

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 53
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.30. **365** .2021

Kraków, dnia **14** .06.2021 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.30.2021 – dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych i naczyniowych.**

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1

Czy w Pakiecie Nr 10 poz. 1 pkt 4 Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, podając długość cewników w cm zamiast w mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i długość cewników należy podać w „mm”.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 3

Czy w Pakiecie nr 11 poz. 3 Zamawiający dopuści stentgraft z możliwością zamiany (w razie potrzeby) na stentgraft obwodowy montowany na balonie o średnicach 5-16 mm i długościach 15-79 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 4

Czy w Pakiecie Nr 11 poz. 4 Zamawiający dopuści stentgrafty bez dostępnych proksymalnych i dystalnych zewężających się elementów (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 4

Czy w Pakiecie Nr 11 poz. 4 Zamawiający dopuści stentgrafty o dostępnych średnicach od 21 do 45 mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 36 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 36 poz. 1 mikrocewnika zbrojonego do CTO o średnicy zewnętrznej szafu dystalnie 0,71 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie Europy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 28



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 28 stentu rozprężanego na balonie o długościach stentu: 19 mm, 29 mm, 39 mm, 49 mm i 59 mm, o długościach szaftu 75 cm i 135 cm? Wszystkie dostępne rozmiary stentu są kompatybilne z koszulką 6F, pozostałe parametry bez zmian? Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie Europy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 6

Dot. Pakiet 6 – Czy Zamawiający dopuści również nowy dostępny rozmiar zastawki 20 mm, pozostałe zapisy s.i.w.z. bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca mogących zabezpieczać pacjenta do 2 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie zapisami SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 16

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada kardiostymulator firmy Medtronic model 5346 DDD.

Pytanie 10

Dotyczy zapisów wzór umowy nr 2 (komis) – załącznik do SWZ

Z uwagi na niewielką ilość asortymentu w przetargu (5-szt.) i jego znaczną wartość jednostkową prosimy o odstąpienie od wymogu komis w pakiecie nr 22. W przypadku pilnego zapotrzebowania na dany asortyment, jesteśmy w stanie niezwłocznie zrealizować jego dostawę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy zapisów wzór umowy nr 2 (komis) – załącznik do SWZ

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §3 ust. 3: „Po dokonaniu odbioru na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z wyrobami medycznymi jak również ryzyko utraty, uszkodzenia wyrobu medycznego. Za wyrób uszkodzony uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu nr 39 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 39 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją



końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika:

19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu nr 39 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakiet 39 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy pakietu nr 39 poz. 2

Czy w pakiecie 39 w pozycji 2 Zamawiający dopuści cewnik z tunelizacją wsteczną 15Fr o długości: 19/39cm, 23/43cm, 28/48cm – cewnik symetryczny spiral „Z” wszystkie pozostałe opisy spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy pakietu nr 39

pytanie 1 do pak. 39


Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz.1 z pakietu 39 i umożliwienie złożenia oferty na jedną pozycję w części lub do oddzielnego pakietu. Cewniki wsteczne to towar oferowany przez jednego producenta i może stanowić wykluczenie innych oferentów, co jest sprzeczne z zachowaniem zasad konkurencyjności i proporcjonalności, dodatkowo dopuszczenie oferowanego cewnika zapewni Zamawiającemu większy wybór lepszych jakościowo cewników, co wiąże się z ogromną korzyścią dla pacjentów, jeśli tak to

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pytanie 2 do pak. 39

Prosimy o dopuszczenie produktu o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności: Przekrój 14,5F, dwuświatłowy, podwójne D, długości do mufki/długość całkowita -



19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm. Zestaw zawiera: cewnik 14,5F, igła wprowadzająca 18Ga x 7 cm, prowadnica, skalpel nr 11, rozszerzacz żył 12 i 14F, prowadnik rozdzielalny 16 F z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, bagnet do tunelizatora, 2x nasadka iniekcyjna, opatrunek samoprzylepny., przepływ jak w opisie Zamawiającego

Mufa wykonana z poliestru. Końcówki wykonane z termoplastycznego poliuretanu. Odgięta końcówka zmniejszająca ryzyko wystąpienia zakrzepicy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
pytanie 3 pak 39

prosimy podać przyczynę odmowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na podstawie obowiązujących przepisów oraz interpretacji stosowanych przez urzędników obsługujących Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nie jest możliwy podział pakietu w trakcie procedury przetargowej. Przesłanie takiego ogłoszenia skutkuje odmową publikacji. Zamawiający musiałby unieważnić postępowanie w pakiecie nr 39 i rozpisać przetarg na nowo.

Nadmieniamy, że Cewnik naczyniowy do dializ z przednią implantacją i Cewnik naczyniowy do dializ ze wsteczną implantacją znalazły się w jednym pakiecie ze względu na tę samą jednostkę chorobową – w zależności od stanu klinicznego leczonego pacjenta używamy albo jednego albo drugiego cewnika. Ze względu na nasze rozwiązania logistyczne wewnątrz na oddziale klinicznym wygodniej jest nam te cewniki przyjmować od jednego dostawcy.

Pytanie 16

Dotyczy zapisów wzór umowy nr 2 (komis) – załącznik do SWZ

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ - wzoru umowy nr 2 poprzez dodanie § 3 ust. 2a o następującej treści: „Wyrób medyczny, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w miejscu przechowania więcej niż jeden wyrób medyczny danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy zapisów wzór umowy nr 2 (komis) – załącznik do SWZ

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ - wzoru umowy nr 2 poprzez dodanie § 3 ust. 2b o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności wyrobów medycznych pozostających u Zamawiającego w przechowaniu.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy zapisów wzoru umowy – załącznik do SWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1-2:

1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości **brutto** zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostawie części dostawy**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości **brutto** zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wadliwego wyrobu medycznego**

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy pakietu nr 35

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie introducera naczyniowego standardowego bez pokrycia hydrofilowego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Dotyczy pakietu nr 35

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie plastikowopapierowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuści do oceny stent wieńcowy pokrywany lekiem o grubości ścianki 60µm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy do doprężeń z szafem dystalnym 2,7F? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Załącznik do pytania nr 13 (Szczegółowe informacje o produkcji)

Z poważaniem
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk