



Opole, 22.09.2021r.

WYJAŚNIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym **w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem uprzedniej oceny ofert, czyli kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy po badaniu i ocenie ofert**, o której mowa w **art. 139 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)** pn. „**Dostawa staplerów chirurgicznych**”. **Nr postępowania FAZ.2800.63.2021-PN** Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE 1)

Dotyczy Zadanie nr 4

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 oczekuje zaferowania takiego samego ładunku, czy dokonał omyłki pisarskiej i oczekuje bądź dopuści: w poz. 3 zaferowania ładunku w kolorze złotym do tkanki średnio-grubej (wyposażony w zszywki o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm), a w poz. 4 zaferowania ładunku w kolorze zielonym do tkanki grubej (wyposażony w zszywki, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm), z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
2. Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści „Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeżeń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej (o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) lub w kolorze zielonym do tkanki grubej (o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm). Zszywki wykonane ze stopu tytanu, zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, nadającą dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymującą ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia (3szt./op.)”?
3. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści „Ładunek do staplera z zakrzywioną główką o długości linii cięcia 40mm kompatybilny ze staplerem z poz. 7. Ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) lub ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Zszywki wykonane ze stopu tytanu zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Ładunek posiada chwytłą powierzchnię, nadającą dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymującą ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia (6szt./op.)”?

ODPOWIEDŹ 1)

Ad. 1) Zamawiający dopuszcza zaferowanie opisanego asortymentu

Ad. 2) Zamawiający dopuszcza zaferowanie opisanego asortymentu

Ad. 3) Zamawiający dopuszcza zaferowanie opisanego asortymentu

Jednocześnie, zamawiający uzupełnia informację na stronie tytułowej w SWZ o wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu nr **2021/S 169-441399** opublikowanym w dniu **01.09.2021r** w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441399-2021:TEXT:PL:HTML>, (pkt, **IV.2.2** oraz **IV 2.7** ogłoszenia) godziny składania i otwarcia ofert, tj. składanie – do godziny 13:00, otwarcie o godzinie 13.05

Opracowały:

Ewa Dyktyńska
Anna Gąska

Zatwierdził :

Dyrektor OCO
Marek Staszewski