

E.ZP.261.43.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę odczynników laboratoryjnych – mikrobiologicznych oraz dzierżawę aparatury.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie w poz. 1 i 2 pakietu nr 7 ezy pakowane po 20 szt., pozostałe cechy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-7 do SWZ) ez pakowanych po 20 sztuk.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 2 Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-7 do SWZ) ez pakowanych po 20 sztuk.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 15.09.2023 r.

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika – po modyfikacji.

Pytanie 2

Pakiet 7 Poz1) Czy Zamawiający dopuści ezy pakowane po 20szt? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania w poz. 1 Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-7 do SWZ) ez pakowanych po 20 sztuk.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 15.09.2023 r.

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika – po modyfikacji.

Pytanie 3 :

Pakiet 7 Poz2) Czy Zamawiający dopuści ezy pakowane po 20szt? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia pakowanego po 20 szt.

Pytanie 4:

Dotyczy Załącznika nr 1-2 do SWZ - Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia – Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy dla Pakietu 2, pozycji 1-3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania przedmiotu zamówienia w poz. 1-3 Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy.

Zamawiający wymaga zaferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 15.09.2023 r.

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika – po modyfikacji.

Pytanie 5:

Dotyczy Załącznika nr 1-2 do SWZ - Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia – Wymagany min. termin ważności od dnia dostawy dla Pakietu 2, pozycji 4-8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowania przedmiotu zamówienia z poz. 4, 5, 7 i 8 Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ) z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie przedmiotu zamówienia z poz. 6 Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ) z proponowanym terminem ważności.

Zamawiający wymaga zaferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 15.09.2023 r.

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika – po modyfikacji.

Pytanie 6:

Dotyczy pkt. 9.2 SWZ w zakresie Pakietu 2 i 4:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty deklaracji zgodności w zamian za złożenie oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu na każde żądanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 7:

Dotyczy Załącznika nr 1-4 do SWZ - Formularz cenowy dla Pakietu 4, poz. 8:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej. Powinno być:

„Test immunochromatograficzny do identyfikacji dodatnich hodowli z probówek ujętych w poz. 5 typu BD MGIT TBc Identification Test. IVD.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował treść Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ).

Zamawiający wymaga zaferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 15.09.2023 r.

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika – po modyfikacji.

Pytanie 8:

Dotyczy §6 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu na podjęcie działań zmierzających do usunięcia uszkodzenia lub awarii do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu podjęcia działań zmierzających do usunięcia uszkodzenia lub awarii do 48 godzin w dni robocze, ale jednocześnie modyfikuje zapis § 6 ust. 3 zd. 1 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„Gwarancja
§ 6 (dotyczy Pakietu 4 poz. 4 i 15)**

3. W przypadku uszkodzenia lub awarii Wykonawca zobowiązuje się podjąć działania zmierzające do jej usunięcia w ciągu 24 godzin w dni robocze od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.”

Pytanie 9:

Dotyczy §6 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego?

Obowiązek taki ciążyący na Wykonawcy powoduje, iż jest on zobligowany do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli Wykonawcy przedstawić ofertę korzystniejszą pod względem finansowym. Jednocześnie, jako Wykonawca zobowiązujemy się do niezwłocznych napraw aparatu w wymaganym terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywanych badań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zapisu umowy, ale jednocześnie modyfikuje zapis § 6 ust. 3 zd. 2 i 3 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„Gwarancja
§ 6 (dotyczy Pakietu 4 poz. 4 i 15)**

3. W przypadku uszkodzenia lub awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu 5 dni roboczych, Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu aparat „zastępczy” na czas naprawy dzierżawionego aparatu, w celu zapewnienia ciągłości badań, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może każdorazowo zwolnić Wykonawcę z tego zobowiązania za pośrednictwem poczty e-mail na adres określony w § 7 ust. 1 umowy. Udostępnienie aparatu powinno nastąpić nie później, niż piątego dnia przypadającego na usunięcie awarii.”

Pytanie 10:

Dotyczy §10 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SWZ):

W nawiązaniu do pytania powyżej, zwracamy się z prośbą o wykreślenie §10 ust. 3 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu projektu umowy.

Pytanie 11:

Dotyczy §10 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 20 zł za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 20 zł za każdy dzień zwłoki, ale jednocześnie modyfikuje zapis § 10 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kary umowne

§ 10

3. W przypadku zwłoki w udostępnieniu aparatu zastępczego, ponad czas podany w § 6 ust. 3 zd. 2 i 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.”

Pytanie 12:

Dotyczy §10 ust. 4 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §10 ust. 4 projektu umowy w przypadku kiedy Zamawiający może samodzielnie pobierać karty charakterystyki ze strony Wykonawcy zgodnie z zapisem §1 ust. 4 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu projektu umowy, ale jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisu § 10 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kary umowne

§ 10

4. *Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu lub udostępnieniu przez Wykonawcę na stronie internetowej pod adresem wskazanym w umowie w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 umowy, do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Zamawiającego, kart charakterystyk substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego lub oświadczenia, że karty charakterystyki nie są wymagane.”*

Pytanie 13:

Dotyczy §10 ust. 5 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 200 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu projektu umowy i zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pytanie 14:

Dotyczy §12 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 6 do SWZ):

Zważywszy na nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków jej rozwiązania, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego jej wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 15:

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1-3 produkty nie będące wyrobem medycznym (tj. nie oznaczone jako IVD)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie przedmiotu zamówienia niebędącego wyrobem medycznym.

Pytanie 16:

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1 i 2 ezy niekalibrowane (czyli nieposiadające świadectw kalibracji)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 17:

Dot. zapisów umowy §4 ust. 7

Prosimy o dopisanie, że „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy [...] na własny koszt i ryzyko przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200,00 zł netto (.....)”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu projektu umowy.

Pytanie 18:

Dot. zapisów umowy §1 ust.6 w zakresie pakietu 5 i 7

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał się „dostarczać z każdą dostawą świadectwo kontroli jakości – dla każdej serii oferowanego odczynnika/ testu/ sprzętu, a w przypadku sprzętu sterylnego, również świadectwo sterylności”.

Czy Zamawiający zaakcetuje złożenie Deklaracji Zgodności dla wyrobów medycznych (która nie jest wystawiana dla każdej partii oddzielnie), natomiast dla wyrobów medycznych sterylnych „świadectwo partii towaru” wystawiane przez Wykonawcę dla każdej partii towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz projektu umowy.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.