



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 11

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 5618 /2021

Data: 30.11.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „Dostawę opatrunków i materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o” Znak Sprawy: 5412 / 2021

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dot. Pakietu 27 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga opatrunku hydrokoloidowego zbudowanego z 3 hydrokoloidów tj.: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów tj.: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 – dot. Pakietu 27 poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przyklepnego opatrunku piankowego w rozmiarze 10x10 cm, pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

