

Katowice, 11.02.2025 r.


**Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy**  
ul. Korczaka 27  
40 – 340 Katowice

Oznaczenie sprawy: 01/TP/D-LABOR/02-5Wz/2025

**PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 10.02.2025 r. kolejne – część II.**

**PYTANIE:** Czy zamawiający zgodzi się by do załącznika nr 4- ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dołożyć dodatkową pozycję obejmującą kontrolę na dwóch poziomach do odczynnika Chlorki metodą kolorymetryczną ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający zgadza się.

DYREKTOR  
Centrum Psychiatrii w Katowicach  
im. dr. Krzysztofa Czumy  
  
mgr/MBA Tomasz Broń