



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 10.10.2024 r.

DZP-39/2024

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. SWZ

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w formularzu cenowym?

Odp.: Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 6 w Załączniku nr 6 – Projektowanych postanowień umowy (dot. Pakietów nr 1-18, 23 oraz Pakietów nr 19-22), który otrzymuje brzmienie:

„6. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na przedmiot zamówienia zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi odstępstwa od umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, że świadczenie Wykonawcy zrealizowane zostanie na minimalnym poziomie wynoszącym 80 % wartości całkowitej umowy.”

Pytanie nr 2 – dot. § 3 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 – dot. § 3 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu: „W przypadku odmowy realizacji dostawy, Wykonawca w terminie do 24 (dwadzieścia cztery) godziny od otrzymania zamówienia, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego faksem lub e-mailem.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 4 – dot. § 3 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości realizowania Zamówień w częściach, bez obciążania karami za zwłokę w dostawie, z możliwością wystawienia maksymalnie 3 faktur do jednego zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie próbek z PS o poj. 10 ml spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 1 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie końcówek o poj. 5000 µl typu Medlab.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 1 poz. 18 i 19

Prosimy o dopuszczenie ez sterylnych jednorazowego użytku z zakończeniem prostym, spełniających wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kapilary wykonane z szkła?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. zapisów SWZ

Czy zamawiający dopuści w pełni sprawną używaną półautomatyczną lub automatyczną linie do badania moczu wyprodukowaną nie wcześniej niż w 2020r. ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 21

Prosimy zamawiającego o ujednoczenie ilości badań w tabeli nr 2 względem sumarycznej ilości badań w tabelach 1a i 1b. Pozwoli to na przedstawienie oferty zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że sumaryczna ilość badań w tabeli nr 2 przedstawia się następująco:

Tabela nr 2 – Materiały eksploatacyjne na okres 36 miesięcy dla analizatorów głównego i zapasowego podać na 150 000 testów (90 000 CBC i 55 000 CBC+5diff i 5 000 CBC+5diff+retic):

- Morfologia podstawowa cbc: 90 000

- Morfologia z rozdziałem cbc5diff: 55 000

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

- Morfologia z rozdziałem cbc+5diff+retic: 5 000

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 1 dopuszcza próbki w opakowaniach handlowych 100 szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 6 dopuszcza próbki o pojemności użytkowej 10ml a całkowitej 11ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 7 wymaga kamer typu Fast Read z akrylu z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul, do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 9 dopuszcza końcówki o zakresie pojemności od 0,5-10ul?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 1 i 14

Czy w przypadku zaferowania niepełnej ilości opakowań Zamawiający wymaga zaokrąglenia do pełnego opakowania w górę czy dopuszcza wycenę opakowań ułamkowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu o czułości wnoszącej 95,5%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 10, poz. 1

Czy w pozycji nr 1 (Test do wykrywania antygenów Streptococcus gr ABCDFG (nie więcej niż 50 ozn./opakowanie)), Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu konfekcjonowanego po 60 oznaczeń w opakowaniu z jednoczesnym zaokrągleniem w górę do 240 oznaczeń lub w dół do 180 oznaczeń ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 10, poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w opisie zamówienia wymaga następującego testu:

Test kasetkowy immunologiczny jakościowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC,OXA,VIM,IMP,NDM) na jednej płytce testowej, podczas pojedynczej procedury napełniania testu. W składzie opakowania bufor do przygotowania zawiesiny testowej o terminie trwałości otwartej buteleczki równoważnym z terminem ważności kasetek testowych. Metodyka testu zawiera pełną informację o walidacji producenta dla określonej grupy podłoży hodowlanych, z których mogą być wykorzystane kolonie bakteryjne do wykonania testu. Zamawiający wymaga testu, który w metodyce zawiera informacje potwierdzające czułość i swoistość testu metodami PCR.

Limit detekcji dla testu do wykrywania i różnicowania pięciu typów najbardziej rozpowszechnionych

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

karbapenemaz, granica wykrywalności enzymów KPC 600 pg/ml, OXA 300 pg/ml, VIM 300 pg/ml, IMP 200 pg/ml, NDM 150 pg/ml.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 12, poz. 53

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 53 (Imipenem/relebaktam 10/25) VAT 23% ponieważ nie jest to wyrób medyczny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 23

Czy Zamawiający, z uwagi wypełniania potrzeb diagnostycznych Poradni Żywienia i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, wymaga zaoferowania analizatora mogącego wykonać również oznaczenia markerów sercowych, takich jak troponina I (TnI) oraz CK-MB, przydatnych w diagnostyce problemów kardiologicznych pacjentów z zaburzeniami gospodarki lipidowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 23

Czy Zamawiający wymaga doposażenia oferowanych analizatorów w bezprzewodowe drukarki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 23

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania bezprzewodowych drukarek w ilości 2 szt., czy też 1 szt., z pominięciem analizatora zapasowego?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 23

Czy zamawiający dopuści jedną stację dokująco-przesyłową umożliwiającą komunikację z HIS obsługującą oba aparaty naprzemiennie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 23 (3b)

Prosimy o potwierdzenie, iż kapilary wskazane w pakiecie 3b (elastyczne kapilary z tworzywa do badania gazometrii o poj. ok. 175 µl, z nasadkami zatykającymi kapilarę i mieszadełkami) zawierają antykoagulant odpowiedniego typu i proporcji pozwalający na dokładny pomiar gazów, precyzyjny pomiar elektrolitów oraz brak zafałszowania poziomu Ca²⁺?

Odp.: Brak Pakietu 3b. W zakresie Pakietu nr 23 - zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuści możliwość oznaczania Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Hct, Hb, Glukoza wyłącznie z krwi żyłnej i tętniczej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 23 (Zestawienie parametrów i warunków wymaganych)

Czy pod wymogiem “Rodzaj próbki: nie mniej niż krew pełna” Zamawiający rozumie krew tętniczą i żylną, czy także włośniczkową?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 23

Celem rzetelnej kalkulacji prosimy o odpowiedź, czy zamawiający dopuszcza możliwość braku oznaczania Ca²⁺(wapń zjonizowany)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 23

Celem rzetelnej kalkulacji prosimy o odpowiedź, czy zamawiający dopuszcza możliwość braku oznaczania Cl⁻ (chlorki)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 5 i 6

Prosimy o informację w jaki sposób przeliczyć liczbę testów na odpowiednią liczbę opakowań w Pakiecie nr 5 i 6 w sytuacji w której wynik dzielenia liczby testów przez liczbę opakowań nie jest liczbą całkowitą?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 6

Prosimy o wydzielenie poz. 1-5 z Pakietu nr 6 (grupa stanowiąca testy immunochromatograficzne) w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu bądź o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje Pakietu nr 5 . Testy we wskazanych powyżej pozycjach stanowią odrębną grupę asortymentową w stosunku do testów lateksowych, odczynników i wyrobów medycznych wyspecyfikowanych w pozostałej części Pakietu nr 6. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, co przyczyni się do znacznego wzrostu cen ofert. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32 – dot. § 3 ust. 18 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 16)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia dokumentów wraz z podpisaniem umowy bądź odstąpienie w przypadku gdy ulotka znajduje się w opakowaniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dot. § 3 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 16)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34 – dot. § 6 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 16)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wystawiania 1 faktury do całego zamówienia, w przypadku realizacji zamówienia w więcej niż 1 części. Faktury wystawiane są na podstawie ruchu magazynowego automatycznie, do każdego dokumentu WZ wystawiana jest osobna faktura.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35 – dot. § 8 ust. 1.4, 1.8 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 16)

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu §8 ust. 1.3 oraz 1.8 Ze wzoru umowy, ponieważ zapis ten stoi w sprzeczności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i stanowi klauzulę abuzywną. Zgodnie z art. 433 pkt. 2 ustawy PzP „Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać... naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem”. Sposób wystawienia faktury oraz brak dostarczenia dokumentów z

pierwszą dostawą nie świadczy o prawidłowym bądź błędnym wykonaniu przedmiotu umowy.
Zwracamy się z prośbą o

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 – dot. § 9 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 16)

Zwracamy się z prośbą wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Równocześnie Zamawiający zmienia treść § 9 ust. 2 w Załączniku nr 6 – Projektowanych postanowień umowy (dot. Pakietów nr 1-18, 23), który otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem”.

Pytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 19, pkt 9 (Załącznik nr 1B)

Zamawiający wymaga aby analizator dokonywał pomiarów z następujących rodzajów próbki: krew pełna, surowica, osocze, płyny z jam ciała oraz materiału kontrolnego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora który ma możliwość dokonywania pomiarów z krwi pełnej, materiału kontrolnego oraz trybu „innych płynów” gdzie tryb ten umożliwi wykonanie pomiarów z surowicy, osocza oraz płynów z jam ciała.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 20, pkt 7 (Załącznik nr 1B)

Zamawiający wymaga 4 miesięcznego terminu ważności odczynników licząc od daty dostawy.

W związku zastosowaną przez producenta technologią produkcji na którą Dostawca nie ma wpływu, maksymalny okres przydatności jest określony przez producenta na 4 miesiące liczone od daty produkcji.

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na dostawy odczynników z trzymiesięcznym terminem ważności liczącym 3 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza..

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 20, pkt 36 (Załącznik nr 1B)

A) Czy Zamawiający udostępni zasoby serwerowe spełniającej min. wymogi techniczne:

- CPU: Quad core 3 GHz lub większy
- RAM: 16 GB lub więcej
- Dysk: 100 GB lub więcej
- Sieć: 100 Mbps lub więcej

Jeśli nie, to Wykonawca dostarczył serwer fizyczny z w/w wymaganiami technicznymi do dodania w infrastrukturę szpitalną, który to serwer posłuży do instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT.

Odp.: Zamawiający udostępni zasoby wirtualnego serwera spełniającej min. wymogi techniczne:

- CPU: Quad Core 3 GHz
- RAM: 16 GB
- Dysk: 100 GB
- Sieć: 100 Mbps lub więcej

B) Czy Zamawiający udostępni system operacyjny do serwera z pytania A): Microsoft Windows Server 2022 lub /2019/2016 Standard lub Datacenter?

Jeśli nie, to Wykonawca dostarczy licencję Microsoft Windows Server 2022 Standard dla potrzeb instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT, dla serwera o fizycznych parametrach jak w pyt A) tj. dla CPU Quad core 3 GHz (do 16 core).

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia licencji Windows Serwer 2022 Standard.

C) Czy, zważając na potrzebę zapewnienia wsparcia serwisowego systemu nadzoru nad POCT, Zamawiający udostępni zdalny dostęp (VPN) do sieci Zamawiającego w zakresie potrzebnym do instalacji, wdrożenia i sprawowania serwisu systemu nadzoru POCT dla wskazanych przez Wykonawcę pracowników?

Odp.: Zamawiający udostępni zdalny dostęp (VPN) do sieci Zamawiającego do instalacji, wdrożenia i serwisu na zasadach polityki bezpieczeństwa obowiązującej w szpitalu.

Pytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 1, poz. 18, 19, 20

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1, pozycji 18,19,20 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozdzielalną całość. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozdzielalnie połączone.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 1, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści - Eza sterylna jednorazowego użytku z oczkiem o poj. 1 µl i zwięzającym się, ostrym zakończeniem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 1, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści - Eza sterylna jednorazowego użytku z oczkiem o poj. 10 µl i zwięzającym się, ostrym zakończeniem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 14

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 14, pozycji 3,4,5 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozdzielalną całość. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozdzielalnie połączone.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający zgodzi się na opakowanie krążków 4x50?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 12

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający zgodzi się, aby pozycje od 1 do 48 zostały wydzielone jako osobny pakiet?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na opakowanie 60 testów dla produktu w pozycji 1?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający zgodzi się, aby pozycje 1-2 zostały wydzielone jako osobny pakiet?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49 – dot. § 3 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 19-22)

Prosimy o usunięcie określenia spełnienia wymogu dot. podpisu: „czytelnego”. Wykonawca nie ma możliwości egzekwowania powyższego od pracowników Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50 – dot. § 3 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 19-22)

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Postanowienie w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51 – dot. § 3 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 19-22)

Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy zamówień krwi kontrolnej, która jest rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”. Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Równocześnie Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 8 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 19-22), który otrzymuje brzmienie:

„8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości każdorazowego zamówienia w jednorazowej dostawie (z wyłączeniem zamówień krwi kontrolnej, która jest rozdysponowywana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego). Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako zwłoka w realizacji dostawy częściowej. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw, zgodnie z zamówieniem tj. zobowiązuje się do nie dzielenia zamówienia na części w celu wystawienia więcej niż jednej faktury.”

Pytanie nr 52 – dot. § 3 ust. 16 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 19-22)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczany przedmiot zamówienia zawierał na opakowaniach wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, w tym instrukcje dot. magazynowania i przechowywania, wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 – dot. § 3 ust. 18 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 19-22) oraz Pakietu nr 21, pkt 36, 35 (Załącznik nr 1B)

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54 – dot. § 4 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 19-22)

Czy Zamawiający dopuści dosłanie wymaganych dokumentów w ślad za umową z biura Wykonawcy? Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 – dot. § 9 ust. 1 pkt. 1.3 Projektowanych postanowień umowy (Pakiet nr 19-22)

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od całego wynagrodzenia należnego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56 – dot. Pakietu nr 21, pkt 2 (Załącznik nr 1B)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada wbudowany komputer sterujący jego pracą?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 21, pkt 3 (Załącznik nr 1B)

Czy w związku z wymogiem oznaczania i raportowania wyników parametrów białokrwinkowych, Zamawiający wymaga dodatkowego, osobnego trybu pomiarowego służącego weryfikacji próbek leukopenicznych, z możliwością manualnego wyboru tego trybu z oprogramowania analizatora przez użytkownika? Dzięki wydłużonemu czasowi pomiaru, analizowana jest większa liczba komórek, a wynik zliczania i różnicowania WBC jest bardziej wiarygodny i dokładny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 58 – dot. Pakietu nr 21, pkt 3 (Załącznik nr 1B)

Czy w związku z wymogiem oznaczania i raportowania wyników PMR oraz płynów z jam ciała Zamawiający wymaga analizatora, który do oznaczeń w płynach z jam ciała, a w szczególności w płynie mózgowo-rdzeniowym wymaga zaledwie max. 200 µl objętości próbki badanej (włącznie z objętością martwą), niezbędnej do wykonania oznaczenia z mikropróbki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 21, pkt 17 i 16 (Załącznik nr 1B)

Z uwagi na specyficzny rodzaj materiału do badania jakim jest PMR, czy Zamawiający wymaga, aby dolna granica oznaczalności dla PMR nie była wyższa niż 5 komórek/ul?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 60 – dot. Pakietu nr 21, pkt 28 i 27 (Załącznik nr 1B)

Czy w związku z wymogiem monitorowania zużycia odczynników w analizatorze Zamawiający wymaga, aby zużycie prezentowane było także w formie graficznej? Jednoczesna prezentacja zużycia odczynników zarówno w formie liczbowej jak i graficznej zdecydowanie ułatwia proces monitorowania zużycia i zarządzania odczynnikami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 61 – dot. Pakietu nr 21, pkt 32 i 31 (Załącznik nr 1B)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na skalkulowanie materiału kontrolnego dla morfologii krwi zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów. Dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się według harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy. Z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny. Nadmieniamy, iż to na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty, dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 21, pkt 32 i 31 (Załącznik nr 1B)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednego wspólnego materiału kontrolnego dla wymaganych paramentów CBC+DIFF+RET pochodzącego od producenta analizatorów? Materiał kontrolny powinien umożliwiać kontrolę wszystkich raportowanych parametrów, a jeden rodzaj materiału kontrolnego pozwala na łatwe wykonanie kontroli, mniejszą ilość oznaczeń kontrolnych oraz porównanie parametrów kontrolnych na jednej karcie kontroli (i późniejsze ich zapisanie lub wydrukowanie) parametrów, które często są od siebie zależne lub na siebie wzajemnie wpływają. Jeden rodzaj materiału kontrolnego daje Zamawiającemu również wymierny efekt ekonomiczny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 63 – dot. Pakietu nr 21, pkt 37 (Załącznik nr 1B) oraz § 4 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację informacji dotyczącej dostarczenia, zainstalowania analizatora i przeszkolenia personelu laboratorium. W projekcie umowy § 4 pkt. 2 znajduje się informacja o terminie „do 5 dni roboczych”, w pkt. 37 Załącznika Nr 1B do SWZ (dot. Pakietu nr 21) „w ciągu tygodnia”. W związku z powyższym i z uwagi na fakt wydłużenia łańcucha dostaw nowych analizatorów - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia i instalacji analizatorów z 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy do 35 dni roboczych od daty zawarcia umowy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym § 4 ust. 2 dla Pakietu nr 21 otrzymuje brzmienie:

„2. Transport przedmiotu dzierżawy, ubezpieczenie, montaż i uruchomienie, a także szkolenie personelu, udokumentowanego certyfikatami, będą wykonane na koszt Wykonawcy w terminie do 35 dni roboczych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.”

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Jednocześnie pkt 37 Załącznika Nr 1B do SWZ (dot. Pakietu nr 21) otrzymuje brzmienie:

„37. Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu laboratorium Zamawiającego udokumentowane certyfikatami w zakresie obsługi analizatora w ciągu 35 dni roboczych od chwili podpisania Umowy.

Pytanie nr 64 – dot. Pakietu nr 21, pkt 9 (Załącznik nr 1B)

Czy w związku z tym, iż Zamawiający deklaruje, że na analizatorze zapasowym zamierza wykonać mniejszą liczbę badań, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności 60 oznaczeń / godzinę – czyli o wydajności takiej samej jaką wymaga dla analizatora głównego?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65 – dot. Pakietu nr 21, pkt 6 (Załącznik nr 1B)

Wymagania zawarte w pakiecie nr 21 dotyczą wykonywania badań morfologii krwi (w załączniku Nr 1 A Zamawiający podaje konkretne ilości oraz profile badań tylko i wyłącznie morfologii krwi, tj. morfologia podstawowa cbc, morfologia z rozdziałem cbc5diff, morfologia z rozdziałem cbc+5iff+retic), nie ma tutaj wymienionego badania jakim jest OB. Zamawiający nie określił ilości oznaczeń OB, a co za tym idzie, Wykonawca, który potwierdzi posiadanie takiej możliwości winien ją zaoferować, a tym samym skalkulować odczynniki do wykonania tegoż badania, czego nie będzie w stanie zrobić, gdyż nie ma podanej ilości badań OB., jaką Zamawiający zamierza wykonać.

Ponadto należy nadmienić, iż tylko jeden producent analizatorów oferuje jednoczesną możliwość oznaczania OB przy okazji wykonywania morfologii krwi, co skutkuje brakiem konkurencyjności oraz brakiem możliwości uzyskania jakichkolwiek punktów dodatkowych przez innych Wykonawców. W związku z powyższym, iż badanie OB nie jest przedmiotem zamówienia i nie wchodzi w skład panelu badań morfologii krwi, który Zamawiający wymaga, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tegoż wymagania z tabeli parametrów podlegających ocenie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 66 – dot. Pakietu nr 21 (Załącznik nr 1A)

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w formularzu asortymentowo-cenowym ilości testów do skalkulowania materiałów eksploatacyjnych na okres 36 m-cy dla analizatorów głównego i zapasowego. W tabeli 1a oraz 1b suma testów dla obu analizatorów wynosi 150 000 testów, a w Tabeli nr 2, 105 000 testów, nie spójne są również ilości badań z poszczególnych profili.

Odp.: Vide odpowiedź na pytanie nr 11.

Pytanie nr 67 – dot. Pakietu nr 21, pkt 41 i 40 (Załącznik nr 1B)

Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze – czy Zamawiający poprzez stwierdzenie „przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin” ma na myśli także naprawę rozumianą jako serwis zdalny?

Odp.: Zamawiający nie ma na myśli naprawy jako serwis zdalny.

Pytanie nr 68 – dot. Pakietu nr 21, pkt 7 (Załącznik nr 1B)

Czy Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie analizatorów, które posiadają bardzo intuicyjne oprogramowanie własne w języku angielskim oraz wbudowaną w oprogramowanie instrukcję obsługi w języku polskim z funkcją inteligentnego i automatycznego przekierowania poprzez automatyczne otwarcie przez aparat konkretnej strony wbudowanej instrukcji obsługi, dotyczącej danego błędu, opisu działań naprawczych dotyczących aktualnie pojawiającego się błędu (komunikatu), informacji dotyczącej czynności konserwacyjnych, bez konieczności manualnego wyszukiwania (wpisywania) kodu lub opisu błędów w pliku PDF lub WORD na zewnętrznym komputerze lub oprogramowaniu.? Ponadto, każdy z

oferowanych analizatorów posiada moduł kontroli jakości.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69 – dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 56 bulionu mózgowo-sercowego w probówkach o pojemności 5 ml ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 – dot. Rozdziału X_ Przedmiotowe środki dowodowe, pkt. 1.2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złożył do oferty:

„- materiały producenta / dystrybutora dotyczące przedmiotu zamówienia, tj. materiały informacyjne (np. opisy, katalogi, raporty badań, foldery, specyfikacje techniczne itp.) potwierdzające, że zaoferowane analizatory spełniają wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego, ze wskazaniem numeru pakietu, którego dany dokument dotyczy);

- instrukcję obsługi analizatora w języku polskim.”?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 – dot. Pakietu nr 22

Czy zamawiający dopuści analizator o parametrach:

Analizator nowy rok produkcji 2024.

Analizator hybrydowy -moduł do analizy pasków i moduł do analizy osadu stanowią jeden analizator
Metoda pomiaru – cytometria przepływowa z ogniskowaniem hydrodynamicznym , cyfrowa analiza obrazu mikroskopowego z dokumentacją fotograficzną .

Analizator z automatycznym podajnikiem na co najmniej 50 próbek

Wydajność analizatora - nie mniejsza niż 60 testów /h dla obu badań (pasek+osad)

Wydajność analizatora - nie mniejsza niż 60 testów /h dla badania osadu

Mocz aspirowany bezpośrednio bez wstępnego przygotowania (odwirowania)

Mocz aspirowany bezpośrednio z próbki. Bez przelewania do specjalnych dodatkowych kuwet.

Objętość aspirowanego moczu (pasek+osad) nie większa niż 3 ml

Fizyczny pomiar ciężaru właściwego, barwy i przejrzystości próbki przy użyciu refraktometru i turbidymetru , nie dopuszcza się odczytu z paska.

Wymagane parametry fizykochemiczne – minimum 17 parametrów : pH, glukoza, białko, krew, urobilinogen, bilirubina, ketony, azotyny, leukocyty, kwas askorbinowy, mikroalbumina, wapń, kreatynina, ciężar właściwy, barwa moczu, przejrzystość moczu, współczynnik ACR

Możliwość pracy na różnych rodzajach pasków: paski 10,11,12,13,14 -parametrowe

Pojemność załadunkowa pojemnika na paski nie mniejsza niż 200 pasków jednorazowo

Możliwość dokładania pasków bez przerywania pracy analizatora

Materiał kontrolny dla ciężaru właściwego – na minimum 3 poziomach

Wyniki badania osadu moczu podawane w ul (mikrolitr) lub w polu widzenia (HPF)

Ilościowa analiza co najmniej 12 elementów morfotycznych w osadzie

Możliwość manualnego wprowadzania zmian w ocenie elementów morfotycznych

Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania moczu przed wysłaniem do LIS.

Funkcja automatycznej walidacji wyników spełniających kryteria określone przez użytkownika

Możliwość ustawienia własnych progów dla badania chemicznego i osadu, sugerujących wykonanie dodatkowego badania mikroskopowego lub posiewu moczu .

Co najmniej 10 udanych instalacji proponowanego analizatora, w tym co najmniej 3 w całodobowych

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

placówkach szpitalnych

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 15.10.2024 r. do godziny 09:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.10.2024 r. o godzinie 09:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 13.11.2024 r.**

Zamawiający w dniu 09-10-2024r. przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; publikacja nastąpiła w dniu 10-10-2024r. pod numerem 610481-2024 (ogłoszenie o zmianie w załączeniu).

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie