



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39
Sekretariat tel. 22 810-06-0ail:
sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

DMZ.26.1785.2024

Warszawa 04.12.2024 r.

Dot. Zapytania ofertowego nr 30/24 na „**Zakup i sukcesywna dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do endoskopii do SZPZLO Praga Południe przez okres 12 miesięcy**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania Zamawiający publikuje ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,3 mm, długość miseczki 3 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, rozwarcie miseczki 7 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści:

Cz.1

Szczypczyki biopsyjne, jednorazowego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Cz.2

Szczypczyki biopsyjne, jednorazowego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, z igłą, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 2 – poz. 1

Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypczyki biopsyjne, jednorazowego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki ok. 3,5 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,9 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 2 – poz. 2

Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypczyki biopsyjne, jednorazowego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, z igłą, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki ok. 3,5 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,9 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Pytanie 7

Dotyczy Załącznik nr 2 – poz. 4

Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne średnica włosia 5 mm i 10 mm. Dł. Narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznik nr 2 – poz. 5

Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować Ustnik endoskopowy z paskiem tekstylnym, jednorazowego użytku, sterylny, otwór centralny o średnicy 20 mm x 25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Warunki realizacji Umowy

1. Wykonawca będzie realizował dostawy stanowiące Przedmiot Umowy na podstawie sukcesywnych zamówień zgodnych z zapotrzebowaniem określonym przez Zamawiającego na dzień złożenia zamówienia, w terminie 6 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dacie złożenia zamówienia, przy czym za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę jego wysłania przez Zamawiającego do Wykonawcy, na podany w ofercie adres mailowy (lub inny adres wskazany przez Wykonawcę), tj.@..... „?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie następującej treści:

„..., w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Zamawiający informuje, że procesor obrazu (źródło światła) musi być kompatybilny z sprzętem będącym na wyposażeniu placówki ZLO ul. Saska 61, w Warszawie - Pracownia Endoskopii tj: procesorem firmy FUJIFILM Typ: EPX-2500.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do 10.12.2024

Zatwierdził:
Dyrektor SZPZLO Praga Południe
Iwona Puchalska
dnia 04.12.2024 r.