

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa automatu do pobierania próbek średniodobowych ścieków – ISCO AVALANCHE BLZZRD”

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa automatu do pobierania próbek – sampler przewoźny typ ISCO AVALANCHE BLZZRD wraz z wyposażeniem dodatkowym: wywzorcowaną sondą pomiarową pH i temperatury PON-pH-T z oprogramowaniem Calsens.

Wymagania:

- sampler przewoźny typ ISCO AVALANCHE BLZZRD

- Zasilanie sieciowe
- Zasilanie akumulatorowe (akumulator 12V, poj. min. 70Ahr z ładowarką 230V)
- Zestaw butelek (14 szt.) z PP o poj. 0,95l
- Wąż ssawny winylowy >7m
- Kosz ssawny 3/8"
- Wózek transportowy
- Pompa perystaltyczna (pobór prób zgodnie z PN-ISO 5667-10:2021-11 oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. poz.1311)
- Powtarzalność pomiaru +/-5ml
- Agregatorowy system chłodzenia (utrzymanie temperatury zgodnie z z PN-ISO 5667-10:2021-11
- System umożliwiający pobór prób proporcjonalnie do przepływu, do czasu, zdarzeniowy i ręczny.
- Ciągły pomiar oraz rejestracja temperatury komory przechowywania prób.
- Transmisja danych do komputera RS 232/ modemem GSM.
- Gwarancja 12 miesięcy.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Specyfikacja techniczna.

- sonda pomiarowa pH i temperatury PON-pH-T z oprogramowaniem Calsens

- Zintegrowana z samplerem ISCO AVALANCHE BLZZRD
- Zapis danych mierzonych z pamięci samplera
- Kabel >10m
- Kalibracja z poziomu samplera lub komputera z zainstalowanym programem Calsens
- Elektroda pH i temperatury
- Oprogramowanie Calsens
- Ciągły pomiar oraz rejestracja pH oraz temperatury w każdej pobranej próbce
- Dokładność 0,1pH oraz 0,5°C, rozdzielczość 0,01 pH oraz 0,1 °C
- Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym przez PCA zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02:
 - w temp.: 5, 10, 25°C,
 - pH: 4, 7, 10
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Specyfikacja techniczna.

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 8 tygodni od daty wystawienia zlecenia

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.

Oferenta powinna obejmować całość zakresu przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być: opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Kompletna oferta musi zawierać

1. Wypełnione formularze oferty.
2. Oświadczenie wykonawcy.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Oferta oraz wymagane załączniki do oferty mogą być sporządzone według wyboru Wykonawcy:

w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub mogą być wypełnione, podpisane i przesłane w formie skanu.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej **do dnia 16.08.2024 r. do godz. 12.00**

Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem faxu/poczty lub poczty elektronicznej.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania:

1. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Laboratorium pod nr telefonu 95 728 59 66 wew. 41 oraz adresem email: m.michalak@pwikigo.pl