

**DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ**

54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Regon: 006320384 NIP: 899-22-28-560 Fax: (71) 306 48 67, (71) 306 44 19

<http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/>

<http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl>

<https://platformazakupowa.pl/>

**SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia równej lub wyższej od progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), prowadzony w oparciu o art. 132 ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej; ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2; 54-049 Wrocław.

Numer telefonu: 071 306 44 19

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następných ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”.

Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progów unijnych określonych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanego na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki według poniższych części:
 - Zadanie 1 Zestaw terapeutyczny do poszerzania zmian mocno uwapnionych,
 - Zadanie 2 Cewnik diagnostyczny do koronarografii,
 - Zadanie 3 Akcesoria,
 - Zadanie 4 Zestaw introduktor,
 - Zadanie 5 Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń,
 - Zadanie 6 Zestaw terapeutyczny do stentowania dużych naczyń i zmian trudnych,
 - Zadanie 7 Zestaw terapeutyczny do stentowania naczyń krętych i zmian długich,
 - Zadanie 8 Kompres uciskowy typu UFO do stosowania po nakłuciu tętnic lub żył,
 - Zadanie 9 System do automatycznego przezskórnego zakładania szwu chirurgicznego naczyniowego do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, w tym po cewnikach powyżej 8F,
 - Zadanie 10 System do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, po cewnikach do 8F,
 - Zadanie 11 Zestaw do ultrasonografii wewnątrznacyniowej (IVUS) oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR),
 - Zadanie 12 Sztywne przewody do walwuloplastyki aortalnej,
 - Zadanie 13 Zestaw do angioplastyki przewlekłych udrożeń (CTO),
 - Zadanie 14 Zestaw do angioplastyki z trudnym dostępem promieniowym, z krętymi, zwężkami zmianami i do bifurkacji,
 - Zadanie 15 Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu PFO i ASD,
 - Zadanie 16 Zestaw do ultrasonografii wewnątrznacyniowej HD (IVUS HD), pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR) oraz materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu,
 - Zadanie 17 Zestaw do koherentnej tomografii optycznej (OCT) oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR),
 - Zadanie 18 Zestaw: stentgraft do naczyń wieńcowych, cewnik aspiracyjny i balon pokryty lekiem do PTCA,
 - Zadanie 19 Zestaw terapeutyczny do PCI (w tym bifurkacji) oraz przezskórnej walwuloplastyki (PTV),
 - Zadanie 20 Cewnik balonowy do kontra pulsacji,
 - Zadanie 21 Zestaw : system oszczędzający kontrast, balon pokryty lekiem do PTCA oraz balon nacinająco-pozycjonujący,
 - Zadanie 22 Zestaw : Urządzenie do zamykania miejsc dostępu o dużych średnicach na tętnicy udowej, cewnik przedłużający oraz mikrocewnik dwuświatłowy,
 - Zadanie 23 Cewnik do termodylucji do pomiaru ciśnień wewnątrz serca,
 - Zadanie 24 Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej (termistor),
 - Zadanie 25 Elektroda do czasowej stymulacji przez żylną.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ww. części został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2 do SWZ), „Kartach Parametrów” (załącznik nr 2a do SWZ) oraz we wzorach umów (załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 3a, załącznik nr 3b, załącznik nr 3c do SWZ) stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część niniejszej SWZ. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ).
4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 - 33111710-1 – Wyroby do angiografii
 - 33111730-7 – Wyroby do angioplastyki

33124210-0 – Wyroby radiodiagnostyczne

33140000-3 - Materiały medyczne

PA02 - Dzierzawa

5. ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje wyroby dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w dokumentach zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisany w „Formularzu cenowym” przedmiot zamówienia stanowi minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów). Jeżeli nastąpiło wskazanie przez Zamawiającego jakiegokolwiek nazwy własnej, marki lub nazwy handlowej służy to prawidłowemu określeniu przedmiotu zamówienia, klasy wyrobu, będącego przedmiotem zamówienia i ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Opis części zamówienia został określony w „Formularzu cenowym”, „Kartach Parametrów” stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość części zamówienia – Zadań.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. PRAWO OPCJI - Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywana, dotyczących dostaw/usług przedmiotu zamówienia opisanego w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego wykazanego w „Formularzu cenowym”, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie Załącznik nr 1 do umowy, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w „Formularzu cenowym”, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w SWZ, w tym w szczególności we wzorach umów, stanowiących jej integralną część. Zgodnie z powyższym wartością prawa opcji będzie iloczyn ilości objętych prawem opcji wskazanych w „Formularzu cenowym” i cen. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości wyspecyfikowanych w zamówieniu podstawowym SWZ przez cały okres obowiązywania umowy. Prawo opcji zostało uwzględnione we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SWZ.
11. Wykonawca udostępni Zamawiającemu urządzenia wykazane w Zadaniach: 1, 11, 16, 17 „Formularza cenowego” (załącznik nr 2 do SWZ) przedmiotu zamówienia. Udostępnienie to nastąpi poprzez wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu na czas trwania umowy, co zostało wskazane w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SWZ. Zasady ww. udostępnienia zostały opisane we wzorze umowy (załącznik nr 3, załącznik nr 3c do SWZ), stanowiącej integralną część SWZ.
12. Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy przetargowej, wyceni zaoferowane urządzenia, zgodnie z „Wykazem wydzierżawionego urządzenia”, który będzie stanowił Załącznik do umowy – dotyczy Zadania 1, 11, 16 i 17.
13. Wykonawca zdeponuje w siedzibie Zamawiającego wybrane wyroby, w ilościach wskazanych w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2 do SWZ), stanowiącym integralną część SWZ. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. depozytu, tj. wskazanie numerów katalogowych wyrobów, dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Wyroby zdeponowane u Zamawiającego stanowić będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do zabiegu operacyjnego oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Części przedmiotu zamówienia dla których Zamawiający wymaga zdeponowania wyrobów wskazane zostały w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SWZ.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Termin dostawy wynosi 3 dni robocze liczone od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.
3. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Ernila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia **wyklucza się** Wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133 oraz z 2021r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, o których mowa powyżej tj. zgodnie z przepisem art. 108 ustawy Pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykluczenie wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę.

Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art., 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

2A. W związku z unijnym zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wynikającym z przepisów art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 2022/576:

- 1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
- 2) Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:
 - a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
 - b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;

- c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;
 - d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;
 - e) zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
 - f) zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022r.
- 3) Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
- 4) Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022r.

W związku z powyższym zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom rosyjskim. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia lub koncesji.

2B. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:

- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Weryfikacja braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia pkt. 2A i pkt. 2B niniejszego rozdziału SWZ w stosunku do konkretnego podmiotu Zamawiający dokona za pomocą wszelkich dostępnych środków, takich jak np.: oświadczenie własne Wykonawcy, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Powyższe wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - *Zamawiający nie określa tego warunku;*
 - b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – *Zamawiający nie określa tego warunku;*
 - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - *Zamawiający nie określa tego warunku;*
 - d) zdolności technicznej lub zawodowej - *Zamawiający nie określa tego warunku.*
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez tych Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wypełniając Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej „JEDZ” w część IV: Kryteria Kwalifikacji. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w części IV i nie wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV.

VI WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OFEROWANYCH DOSTAW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie oferowanych dostaw, wyspecyfikowanych w niniejszej SWZ, w „Formularzu cenowym”, „Kartach Parametrów” oraz we wzorach umów stanowiących integralną część SWZ.

VII JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie, że dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

- a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
- b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o wyrobach medycznych potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy wszystkich pozycji wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym”) - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
- c) materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane oraz nazwę handlową, numery katalogowe (jeżeli dotyczy) i nazwę producenta zaoferowanego wyrobu medycznego.

Dopuszcza się własne tłumaczenie (może odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia wyspecyfikowanych parametrów). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaoferowany wyrób medyczny wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty Parametrów”. W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy handlowej, numerów katalogowych (jeżeli dotyczy), nazwy producenta Zamawiający dopuszcza ich potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa handlowa, numery katalogowe (jeżeli dotyczy), nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinny być tożsame z nazwą handlową, numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), nazwą producenta wskazanymi w „Formularzu cenowym”.

- d) materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) potwierdzające wyspecyfikowane w „karcie Parametrów” parametry dodatkowe zaoferowanego wyrobu medycznego (nie dotyczy Zadania 8 i Zadania 24).

Dopuszczą się własne tłumaczenie (może odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia wyspecyfikowanych parametrów). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaoferowany wyrób medyczny wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru dodatkowego, zgodnie z zapisami „Karty Parametrów”.

Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie - za wyjątkiem przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt d). W przypadku braku złożenia w ofercie przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających parametry dodatkowe wyspecyfikowane w „Karcie Parametrów” Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych, a oferta nie będzie podlegała odrzuceniu w zakresie części przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia: Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, podmiotowych środków dowodowych tj.:

- a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 4 określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że nie podlega wykluczeniu. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu zawiera załącznik nr 12 do SWZ.

W jednolitym dokumencie należy podać m.in.:

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp; w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i pkt 2; art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C JEDZ,
- Wykonawca w Części II Sekcji C JEDZ (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów), oświadcza czy polega na zdolności innych podmiotów,
- Wykonawca w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców na których zdolności Wykonawca nie polega), oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia. Jeżeli tak i o ile to wiadome podaje wykaz proponowanych podwykonawców.
- Wykonawca w Części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. Nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV oprócz pkt 10 sekcji C.
- Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

b) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2020r. poz. 1076 i 1086), o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, a także określonych w Rozdziale V pkt 2B SWZ o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz określonych w Rozdziale V pkt 2A SWZ o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 c) składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informację o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2 c) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub będą zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp i niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

VIII WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
3. Zamawiający żąda od wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów (oprócz formularza JEDZ) dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 SWZ oraz oświadczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty **oświadczenie**, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy Pzp) - *dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ.*

IX WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INNEGO PODMIOTU

(dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ)

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Dokumenty, z których wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinny wskazywać w sposób jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego zasobów oraz informacje określone w punkcie 2 niniejszego rozdziału.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji

finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

8. Wykonawca, powołując się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu przedstawia, wraz z formularzem JEDZ, o którym mowa w pkt. VII 2a) SWZ, także formularz JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9. Zamawiający nie żąda złożenia JEDZ przez Podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

X INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123 i 730).

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej „OpenNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak zwanej dalej „Platforma zakupowa”.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej.

4. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym do złożenia oferty wraz z załącznikami jest Platforma zakupowa. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Za datę przekazania oferty, wniosków, JEDZ, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu Platformy zakupowej.

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, oświadczenia, JEDZ pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentów po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, pytania, wyjaśnienia SWZ oraz wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej.

7. Wszelkie dokumenty sporządza się w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt., .txt, .rtf, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

8. Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie rodzi skutków prawnych określonych w Ustawie Pzp.

9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.

10. Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Zamawiającym, jest dopuszczalne jedynie w formie wskazanej w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt

telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. Jednocześnie Zamawiający prosi o nieadresowanie przesyłek imiennie na nazwisko pracowników szpitala.

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu z dnia 17 października 2018r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.
12. Osobą upoważnioną do komunikowania się z Wykonawcami, wyznaczoną przez Zamawiającego jest: Ewa Kupis.
13. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
2. Jeżeli zamawiający nie udzielił wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 1, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, przekazuje Wykonawcom, którym udostępnił SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

XIII ZMIANY TREŚCI SWZ

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
2. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.
4. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.
5. W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

XIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28.01.2024r.
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa wyżej, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać:
 - a) wypełnioną i podpisaną **Ofertę Wykonawcy** – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,
 - b) wypełniony i podpisany **Formularz cenowy** – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ, na podstawie którego sporządzony będzie następnie załącznik nr 1 do umowy,
 - c) **Przedmiotowe środki dowodowe** wskazane w Rozdziale VII pkt 1 niniejszej SWZ,
 - d) **Pełnomocnictwo**, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
 - e) odpis lub informację z **Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru (w przypadku braku wskazania danych umożliwiających dostęp do ww. dokumentów w „Ofercie Wykonawcy”, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych),
 - f) **Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy** wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 9 do SWZ),
 - g) **Oświadczenia podmiotu** udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 10 do SWZ) (*dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ*),
 - h) wypełnioną i podpisaną „**Kartę Parametrów**” – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko **1 ofertę** na całość przedmiotu zamówienia lub na dowolnie wybrane części - zadania (oferta częściowa).
3. Oferta ma być sporządzona w **języku polskim**. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy złożyć (wczytać) przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.
4. Wykonawcy przygotowują i przedkładają swoje oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SWZ.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost właściwego rejestru stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć **Pełnomocnictwo**.
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upelnomocnionego.

7. Oferta i oświadczenia muszą być złożone w oryginale i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym”, „Kartach Parametrów” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaoferowanego w niniejszym postępowaniu przedmiotu zamówienia. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane.
10. Oferty składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty na platformie taki podpis wykonawcy składa:
 - bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu,
 - dodatkowe podpisanie dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu Przejdź do podsumowania) jest opcjonalne.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
 - a) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty. Z uwagi na to, że oferty są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej.
 - b) Jeżeli oferta składana jest przez nieautoryzowanego wykonawcę (niezalogowanego lub nieposiadającego konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:
 - przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adresem email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub
 - zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę
 - c) Potwierdzenie wycofania oferty w przypadku pkt b) jest data kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji.
13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
 - 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy, tj. m.in.: nazwy i siedziby, informacji dotyczących ceny.
 - 3) Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:
 - a) są nieujawnione do wiadomości publicznej,
 - b) posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)
 - c) przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.W związku z przytoczoną powyżej definicją, Wykonawca musi wykazać na etapie składania oferty (jeśli zastrzegł jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 - 4) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie miał prawo do odtajnienia tych informacji.
 - 5) W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.
14. Z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, wskazanym w pkt 1 ppkt. f) i g) niniejszego rozdziału Zamawiający wskazuje, że po stronie Wykonawcy (odpowiednio jeśli dotyczy) leży obowiązek aktualizacji oświadczeń dotyczących wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega – wskazania, czy Wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do aktualizacji ww. oświadczeń w przypadku wszelkich zmian w ww. zakresie.

XVI INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie nazw (firm) ewentualnych podwykonawców (o ile są mu znane).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XVII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2023r. do godziny 10:00.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza Oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Po wypełnieniu formularza i załączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania. Integralną część platformy stanowi m. in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy <https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o korzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępność wraz z danymi kontaktowymi (np. numerami telefonów) ww. Centrum podana jest na stronie platformy zakupowej. Złożenie Oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

XVIII TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2023r. o godzinie 10:15.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania – platformie zakupowej informację o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający sporządzi protokół z postępowania przetargowego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Załącznikami są: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, a także umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępni się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. W przypadku udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wniosek Wykonawcy w formie wydruku, Zamawiający pobiera opłatę za wykonanie wydruku (zgodnie z obowiązującymi w Jednostce cennikiem) oraz jeśli jest taka potrzeba opłatę za jej przesłanie na adres Wykonawcy.

7. Jeśli Wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest komisja przetargowa Zamawiającego, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

XIX BADANIE OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego rozdziału SWZ, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,

- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XX ODRZUCENIE OFERT

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) została złożona po terminie składania ofert;
 - b) została złożona przez wykonawcę:
 - podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
 - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
 - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
 - c) jest niezgodna z przepisami ustawy;
 - d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - e) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 - f) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
 - g) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - h) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - i) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
 - j) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - k) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
 - l) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - m) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
 - n) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wnioski o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
 - o) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
 - p) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
 - r) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
 - s) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

XXI SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Ceną oferty jest wartość brutto Zadania, będąca sumą iloczynów ceny jednostkowej brutto, obliczonej poprzez powiększenie ceny jednostkowej netto o podatek VAT, oraz liczby jednostek miary, albo też iloczynem ceny jednostkowej brutto, obliczonej jak wskazano wyżej, oraz liczby jednostek miary. Wykonawca wskaże w ofercie, wartość brutto, wartość netto oraz kwotę podatku VAT w sposób określony w „Ofercie Wykonawcy”, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
2. W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować wszelkie ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz przewidzieć właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania dostaw. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem ceny netto oraz kwoty należnej na podatek VAT.
3. Wszystkie ceny w ofercie należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera. Należy wycenić każdą wyspecyfikowaną pozycję „Formularza cenowego” (załącznik nr 2 do SWZ).
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Wykonawca powyższe informacje wskazuje w pkt. 6 „Oferty Wykonawcy”.

XXII INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XXIII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część przedmiotu zamówienia		Kryteria oceny ofert				OGÓLEM
		Cena	Pozacenowe kryteria oceny ofert			
		Ranga % (R)	Kryterium	Punktacja	Max	
Zadanie	8, 24	100,00 pkt.	-	-	-	100,00 pkt.
Zadanie	1-4, 6, 7, 11, 13-23	60,00 pkt.	Dodatkowe parametry techniczne	0/40	40,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	5	70,00 pkt.	Dodatkowe parametry techniczne	0/30	30,00 pkt.	100,00 pkt.
Zadanie	9, 10, 12, 25	80,00 pkt.	Dodatkowe parametry techniczne	0/20	20,00 pkt.	100,00 pkt.

ad. 1 Kryterium Cena

Wartość punktowa kryterium ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

ad.2. Wartość punktowa pozacenowych kryteriów oceny ofert zostanie obliczona, zgodnie z „Formularzem cenowym”, stanowiącymi integralną część niniejszej SWZ, w następujący sposób:

Dodatkowe parametry – wartość punktowa dodatkowych parametrów obliczona zostanie zgodnie z „Kartami Parametrów” opracowanymi do każdego z ww. Zadań. Oferowany wyrób musi spełniać parametry wymagalne – ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Za dodatkowe parametry Wykonawca może otrzymać dla każdego ww. Zadania max. liczbę punktów wskazaną w tabeli powyżej. Niespełnienie któregoś z wymienionych parametrów dodatkowych bądź też brak ich potwierdzenia spowoduje nieprzyznanie przypisanych im punktów w danym Zadaniu.

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miały obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku - pkt. 6 „Oferty Wykonawcy”.
3. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która została uznana jako zgodna z wymogami Pzp i SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyskała najwyższą ilość punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaofertowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

XXIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (albo w terminie nie krótszym niż 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób). Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą przed upływem ww. terminu (art. 264 ustawy Pzp).
2. Podpisanie umowy nastąpi w formie określonej przez Wykonawcę w „Ofercie Wykonawcy”. W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę ww. formy umowa zostanie podpisana w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawiają Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XXV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVI INFORMACJE DODATKOWE

1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 – NIE DOTYCZY.
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp – NIE DOTYCZY.
3. Wizja lokalna – Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
4. Zastrzeżenie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp – NIE DOTYCZY.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
7. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych – NIE DOTYCZY.

XXVII UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
 - b) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;
 - c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 - d) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
 - e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - f) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - g) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp.

XXVIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

1. Odwołanie przysługuje na:

- a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

- a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
- b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Odwołanie zawiera:

- a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
- b) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
- c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
- d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
- e) określenie przedmiotu zamówienia;
- f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
- g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
- h) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
- j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie

przytoczonych okoliczności;
k) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
l) wykaz załączników.

Do odwołania dołącza się:

- a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
- b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;
- c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

8. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
9. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
10. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
11. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze w części dotyczącej tych zarzutów, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia tych zarzutów. W takim przypadku Izba rozpoznaje pozostałe zarzuty odwołania. Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
12. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, może wnieść sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wnieśli sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, zwracając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy, nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym przypadku Izba oddala opozycję.
16. Na czynność zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, albo, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie z art. 524 nie przysługują środki ochrony prawnej.
17. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
18. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
20. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
21. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
22. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp.

XXIX KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. 54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, tel. 71 306 44 19;
 - inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Jakub Betka, tel. 71 306 44 79, iod@szpital-marciniak.wroclaw.pl;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie EZ/822/411-02/23 na dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XXX ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy
- Załącznik nr 2 Formularz cenowy
- Załącznik nr 2a Karty Parametrów
- Załącznik nr 3 Wzór umowy I
- Załącznik nr 3a Wzór umowy II
- Załącznik nr 3b Wzór umowy III
- Załącznik nr 3C Wzór umowy IV
- Załącznik nr 4 Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
- Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego
- Załącznik nr 6 Oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP
- Załączniki nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, a także określonych w Rozdziale V pkt 2B SWZ o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz określonych w Rozdziale V pkt 2A SWZ o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)
- Załącznik nr 9 Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz z art. 5k Rozporządzenia 833/2014
- Załącznik nr 10 Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 (**dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ**)
- Załącznik nr 11 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
- Załącznik nr 12 Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Wrocław, dnia 29.09.2023r.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

OFERTA WYKONAWCY

Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2; 54-049 Wrocław

Wykonawca:

Pełna nazwa Wykonawcy**
.....

Adres (siedziba), NIP, Regon, KRS Wykonawcy**
.....

Adres e-mail Wykonawcy do korespondencji,
osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
.....

1. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie:

Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki

oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Zadanie

Kryterium Cena

Cena netto zł

kwota podatku VAT zł

Cena brutto zł

(słownie:...../100)

itd.

Cena brutto (wartość brutto) powinna zawierać cenę netto, kwotę podatku VAT, cenę transportu, upusty, rabaty oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie wskazanym w SWZ.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty wykonania i dostawy zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z aktualnym wzorem stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. Oświadczamy, że wybór mojej oferty **będzie dla Zadania** (Wykonawca wpisuje numer/numery Zadania/Zadań) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa powyżej należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru:, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać jego wartość bez kwoty podatku: oraz stawkę podatku Brak wypełnienia oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Powstanie obowiązku podatkowego u

Zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku::

- ✓ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- ✓ importu usług lub towarów.

7. Oświadczamy, że zaoferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyspecyfikowane w „Formularzu cenowym”, „Kartach Parametrów”, stanowiących integralną część SWZ.
8. Za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będziemy zapłaty w terminie zgodnym z § „Regulowanie należności” wzorów umów stanowiących integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego przedmiot zamówienia środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt na zasadzie i w terminie określonym w §3 „Warunki dostaw” wzoru umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia..
10. Gwarancję ustala się na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż **12 miesięcy** licząc od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
11. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się podać: numer konta bankowego, adres e-mail, na który Zamawiający będzie przysyłał zamówienia, wszystkie niezbędne dane do zawarcia umowy oraz na żądanie Zamawiającego przesłać „Formularz cenowy” w wersji elektronicznej, edytowalnej.
12. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część wykonania przedmiotu zamówienia **podwykonawcom**(firma, nazwa podwykonawcy) w zakresie
Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
13. Oferta **zawiera/nie zawiera*** informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (W przypadku wskazania „zawiera” Wykonawca wypełnia dalszą część). Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzegam, że informacje:

.....
.....
(wymienić czego dotyczą)

które zawarte są w następujących dokumentach:

.....

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

Uzasadnienie:

.....
.....

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnym pliku, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

14. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ i w terminie ustalonym po otrzymaniu informacji akceptującej*:

- w siedzibie Zamawiającego,
- na własną odpowiedzialność w swojej siedzibie i odesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania, po *:
- przesłaniu pocztą priorytetową,
- przesłaniu pocztą kurierską (nr klienta) na koszt własny,
- odebraniu jej przez przedstawiciela firmy.

15. W przypadku zaistnienia podstaw do **powierzenia przetwarzania danych osobowych** zobowiązujemy się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).
16. Zobowiązujemy się, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, opisanego w SWZ i wzorach umów stanowiących integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, do jego realizacji. Jednocześnie w przypadku nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji przez Zamawiającego, oświadczamy, iż nie będziemy z tego powodu wnosić żadnych roszczeń.
17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 **RODO** (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
18. Oświadczamy, że jako Wykonawca jesteśmy (niepotrzebne skreślić):
- mikro przedsiębiorstwem
 - małym przedsiębiorstwem
 - średnim przedsiębiorstwem
- (Informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Wykonawca zobowiązany jest do podania swojego statusu – informacja obowiązkowa do Prezesa UZP).
19. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów: (wskażać dane/link)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę należy podać nazwy i adresy siedzib wszystkich Wykonawców, a w przypadku Konsorcjum wskazać dodatkowo funkcje pełnione w Konsorcjum przez poszczególne podmioty (np. Lider, Partner, itp.).

FORMULARZ CENOWY

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	j.m.	nazwa handlowa, nr katalogowy	ilość zamówienia podstawowego	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto zamówienia podstawowego	kwota zamówienia podstawowego	VAT	wartość brutto zamówienia podstawowego	producent (uwagi)	ilości objęte prawem opcji	ilość do depozytu
					6	7	8	9	10	11		12		14	15
					X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)		(5*9)	X	X	X
ZADANIE 1 - Zestaw terapeutyczny do poszerzania zmian mocno uwapienionych															
1	Dzierzawa Konsoli Rotablator PRO, wg karty parametrów	msc		24										12	x
2	Prowadnik do aterektomii rotacyjnej, wg karty parametrów	szt		120										72	x
3	Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem, wg karty parametrów	szt		100										60	x
4	Wiercio do aterektomii rotacyjnej, wg karty parametrów	szt		10										6	x
5	Przedłużający cewnik prowadzący, wg karty parametrów	szt		80										48	x
6	Stent DES do naczyń prostych, wg karty parametrów	szt		600										360	50
7	Stent DES do naczyń krętych, wg karty parametrów	szt		500										300	50
8	Cewnik balonowy semi-compliant, wg karty parametrów	szt		600										360	50
9	Cewnik balonowy non-compliant, wg karty parametrów	szt		800										480	50
10	Cewnik balonowy Inący, wg karty parametrów	szt		60										36	x
11	Prowadnik większy do zmian mocno uwapienionych i CTO, wg karty parametrów	szt		120										72	x
12	Cewnik balonowy do perforacji i rekanalizacji, wg karty parametrów	szt		12										7	x
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM					X	X	X
ZADANIE 2 - Cewnik diagnostyczny do koronarografii															
1	Cewnik diagnostyczny do koronarografii z atryumową końcówką, wg karty parametrów	szt		4400										2640	x
2	Cewnik diagnostyczny do koronarografii z miękkim szafitem, wg karty parametrów	szt		1200										720	x
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM					X	X	X

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SWZ
E2/822/411-02/23

Lp	opis przedmiotu zamówienia	j.m	nazwa handlowa, nr katalogowy	Ilość zamówienia podstawowego	cena j netto	VAT %	kwota j VAT (6*7)	cena j brutto (6+8)	wartość netto zamówienia podstawowego (5*6)	kwota VAT zamówienia podstawowego (5*8)	wartość zamówienia brutto (5*9)	producent (uwagi)	Ilości objęte prawem opcji	Ilość do depozytu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X		X	X	X	X	X						X	X	X	

ZADANIE 3 - Akcesoria

1	Przedłużacz ciśnieniowy, wg karty Parametrów	szt		200										120	X
2	Przedłużacz wysokociśnieniowy, wg karty parametrów	szt		100										60	X
3	Łącznik obrotowy Y-KONEKTOR, wg karty parametrów	szt		2 600										1 560	X
4	Obrotnik do przewadnika TORQUER, wg karty parametrów	szt		1 800										1 080	X
5	Rampa trójdrożna wysokociśnieniowa, wg karty parametrów	szt		3 400										2 040	X
6	Strzykawka wysokociśnieniowa (pompa z manometrem), wg karty parametrów	szt		2 400										1 440	X
7	Przewodnik diagnostyczny podstawowy, wg karty parametrów	szt		3 400										2 040	X
8	Przewodnik diagnostyczny hydrauliczny, wg karty parametrów	szt		100										60	X
9	Opaski uciskowe na leńce promieniowa, wg karty parametrów	szt		3 200										1 920	X
10	Igła tępą, wg karty parametrów	szt		400										240	X
X		X	X	X	X	X	X	RAZEM					X	X	X

ZADANIE 4 - Zestaw introduktor

1	Introduktor do tętnicy udowej, wg karty parametrów	szt		2 400										1 440	X
2	Introduktor do tętnicy promieniowej, wg karty parametrów	szt		2 400										1 440	X
3	Introduktor zbiorczy do tętnicy udowej, wg karty parametrów	szt		80										48	X
X		X	X	X	X	X	X	RAZEM					X	X	X

ZADANIE 5 - Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń

1	Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń, wg karty parametrów	szt		30										18	X
---	--	-----	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

L.P	opis przedmiotu zamówienia	J.m.	nazwa handlowa, nr katalogowy	ilość zamówienia podstawowego	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT (6*7)	cena j. brutto (6+8)	wartość netto zamówienia podstawowego (5*6)	kwota zamówienia podstawowego (5*8)	VAT	wartość brutto zamówienia podstawowego (5*9)	producent (uwagi)	ilości objęte prawem opcji	ilość do depozytu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZADANIE 6 – Zestaw terapeutyczny do stentowania dużych naczyń i zmian trudnych															
1	Cewnik prowadzący, wg karty parametrów	szt		2 800										1 680	x
2	Cewnik balonowy typu semi-compliant, wg karty parametrów	szt		600										360	50
3	Cewnik balonowy typu non-compliant, wg karty parametrów	szt		800										480	50
4	Stent DES do dużych naczyń, wg karty parametrów	szt		200										120	30
5	Stent DES do zmian trudnych, wg karty parametrów	szt		500										300	50
6	Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego, wg karty parametrów	szt		60										36	x
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM					X	X	X
ZADANIE 7 - Zestaw terapeutyczny do stentowania naczyń krętych i zmian długich															
1	Prowadnik angioplastyczny, wg karty parametrów	szt		2 800										1 680	x
2	Stent DES do naczyń krętych, wg karty parametrów	szt		600										360	50
3	Cewnik balonowy typu semi-compliant, wg karty parametrów	szt		700										420	50
4	Cewnik balonowy typu semi-compliant, wg karty parametrów	szt		900										540	50
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM					X	X	X
ZADANIE 8- Kompres uciskowy typu UFO do stosowania po nakłuciu tętnic lub żył															
1	Kompres uciskowy typu UFO do stosowania po nakłuciu tętnic lub żył, wg karty parametrów	szt		800										480	x
ZADANIE 9- System do automatycznego przezskórnego zakładania szwu chirurgicznego naczyńlowego do zamykania otworów w tętnicach, w tym po cewnikach powyżej 8F															
1	System do automatycznego przezskórnego zakładania szwu chirurgicznego naczyńlowego do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych. .w tym po cewnikach powyżej 8F, wg karty parametrów	szt		280										168	x
ZADANIE 10 – System do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, po cewnikach do 8F															
1	System do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, po cewnikach do 8F, wg karty parametrów	szt		280										168	x



FORMULARZ CENOWY

Lp	opis przedmiotu zamówienia	Jm	nazwa handlowa, nr katalogowy	Ilość zamówienia podstawowego	cena J netto	VAT %	kwota J VAT (6*7)	cena J brutto (6+8)	wartość netto zamówienia podstawowego (5*6)	kwota VAT zamówienia podstawowego (5*8)	wartość brutto zamówienia podstawowego (5*9)	producent (uwagi)	Ilość objęta prawem opcji	Ilość do depozytu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X	X

ZADANIE 11- Zestaw do ultrasonografii wewnątrzczaszkowej (WUS) oraz pomiaru czaszkowej rezerwy włoścowej (FFR)

1	Dzierzawa systemu do pomiaru (WUS)/FFR, systemu do korekcji obrazu angiograficznego z obrazem (WUS) oraz korektora pomiarów czynnościowych bez wprowadzenia pacjenta w stan hipernii, wg karty parametrów	msc		24									12	X
2	Elektroniczna lub mechaniczna sonda do pomiaru zmian wewnątrzczaszkowych (WUS) w tym wewnątrz naczyń włoścowych, wg karty parametrów	szt		100									60	X
3	Prowadnik do pomiaru FFR, wg karty parametrów	szt		160									96	X
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM				X	X	X

ZADANIE 12- Szywny prowadnik do walwuloplastyki aortalnej

1	Szywny prowadnik do walwuloplastyki aortalnej, wg karty parametrów	szt		30									18	X
---	--	-----	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

ZADANIE 13- Zestaw do angioplastyki przewlekłych udrtżeń (CTO)

1	Prowadnik angioplastyczny do CTO podstawowy, wg karty parametrów	szt		800									480	X
2	Prowadnik angioplastyczny do CTO specjalny, wg karty parametrów	szt		400									240	X
3	Prowadnik angioplastyczny do CTO sterowany, wg karty parametrów	szt		600									360	X
4	Prowadnik do katalerai, wg karty parametrów	szt		100									60	X
5	Mikrocewnik do CTO, wg karty parametrów	szt		40									24	X
6	Mikrocewnik do CTO specjalny, wg karty parametrów	szt		40									24	X
7	Mikrocewnik do CTO specjalny z łepiorkami, miękkim atraumatycznym łepem, wg karty parametrów	szt		48									28	X
8	Cewnik balonowy do CTO D 85mm, wg karty parametrów	szt		24									14	X
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM				X	X	X

FORMULARZ CENOWY

Lp	opis przedmiotu zamówienia	j.m	nazwa handlowa, nr katalogowy	Ilość zamówienia podstawowego	cena j netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j brutto	wartość netto zamówienia podstawowego	kwota zamówienia podstawowego	VAT	wartość brutto zamówienia podstawowego	producent (uwagi)	ilości objęte prawem opcji	Ilości do depozytu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
X	X	X	X	X	X	X	(6*7)	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X	X	X
ZADANIE 14 – Zestaw do angloplastyki z trudnym dostępem promieniowym, z krętymi, zwapnialymi zmlanami i do bifurkacji															
1	Specjalistyczny zestaw do nakładania tężnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną, wg karty parametrów	szt		200										120	x
2	Cewnik balonowy do zmian krętych i zwapnialych semi-compliant, wg karty parametrów	szt		300										180	50
3	Stent DES, wg karty parametrów	szt		400										240	40
4	Mikrocewnik o pojedynczym świetle, wg karty parametrów	szt		40										24	x
5	Cewnik do koronarografii, wg karty parametrów	szt		1 200										720	x
6	Cewnik prowadzący hydrofilny, wg karty parametrów	szt		600										360	x
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM				X	X	X	X
ZADANIE 15 – Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu PFO i ASD															
1	Okcludery do zamykania drożnego otworu owalnego (PFO), wg karty parametrów	szt		60										36	x
2	Okcludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu II (ASD II), wg karty parametrów	szt		20										12	x
3	Systemy dostarczające i uwalniające okcludery, wg karty parametrów	szt		80										48	x
4	Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków, wg karty parametrów	szt		20										12	x
5	Prowadnik sztywny do użytku z okcluderami, wg karty parametrów	szt		40										24	x
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM				X	X	X	X

FORMULARZ CENOWY

Lp	opis przedmiotu zamówienia	J m	nazwa handlowa, nr katalogowy	Ilość zamówienia podstawowego	cena / netto	VAT %	kwota / VAT (6*7)	cena / brutto (6+8)	wartość netto zamówienia podstawowego (5*8)	kwota zamówienia podstawowego (5*8)	VAT brutto zamówienia podstawowego (5*9)	wartość zamówienia producent (uwagi)	Ilości objęte prawem opcji	Ilość do depozytu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZADANIE 16- Zestaw do ultrasonografii wewnątrzczaszkowej HD (VUS HD), pomiaru częściowej rezerwy włoścowej (FFR) oraz materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu

1	Dzierzawa konsoli do VUS HD kompatybilnej z cewnikiem wg karty parametrów*	msc		24										12	X
2	Cewnik HD VUS kompatybilny z konsolą, wg karty parametrów	szt		140										84	X
3	Dzierzawa konsoli kompatybilna z Mikro Cewnikiem FFR, wg karty parametrów*	msc		24										12	X
4	Mikro Cewnik FFR kompatybilny z konsolą, wg karty parametrów	szt		80										48	X
5	Izolowany zbiornik środka kontrastowego kompatybilny z wstrzykiwaczem ACISTI, wg karty parametrów	szt		60										36	X
6	Rozgałęziacz odcinający kompatybilny z wstrzykiwaczem ACISTI, wg karty parametrów	szt		300										180	X
7	Kontroler ręczny AngioTouch kompatybilny z wstrzykiwaczem ACISTI, wg karty parametrów	szt		300										180	X
X		X	X	X	X	X	X	X	RAZEM				X	X	X

ZADANIE 17 - Zestaw do koherentnej tomografii optycznej (OCT) oraz pomiaru częściowej rezerwy włoścowej (FFR)

1	Cewnik do OCT, wg karty parametrów	szt		60										36	X
2	Cewnik do OCT do zmian trudnych, wg karty parametrów	szt		60										36	X
2	Procednik do pomiaru częściowej rezerwy włoścowej (FFR) i pomiarów izjologicznych IHR/CRF, wg karty parametrów	szt		160										96	X
4	Dzierzawa konsoli do OCT, FFR i RFR, wg karty parametrów*	msc		24										12	X
5	Dzierzawa konsoli do pomiaru IHR/CRF, wg karty parametrów*	msc		24										12	X
X		X	X	X	X	X	X	X	RAZEM				X	X	X

ZADANIE 18 - Zestaw: stentgraft do naczyń włoścowych, cewnik aspiracyjny i balon pokryty lekami do PTCA

1	Stentgraft do naczyń włoścowych, wg karty parametrów	szt		24										14	X
2	Cewnik aspiracyjny do naczyń włoścowych i balonów włoścowych, wg karty parametrów	szt		96										57	X
3	Cewnik balonowy do PTCA uwalnający lek, wg karty parametrów	szt		60										30	X
X		X	X	X	X	X	X	X	RAZEM				X	X	X

FORMULARZ CENOWY

Lp	opis przedmiotu zamówienia	j.m.	nazwa handlowa, nr katalogowy	ilość zamówienia podstawowego	cena j netto	VAT %	kwota j VAT (6*7)	cena j brutto (6+8)	wartość netto zamówienia podstawowego (5*6)	kwota zamówienia podstawowego (5*8)	VAT (5*9)	wartość brutto zamówienia podstawowego (5*9)	producent (uwagi)	ilości objęte prawem opcji	ilości do depozytu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
X	X	X	X	X	X	X	X	(6+8)	(5*6)	(5*8)	(5*9)	X	X	X	
ZADANIE 19 - Zestaw terapeutyczny do PCI (w tym bifurkacji) oraz przeszukanej walwuloplastyki (PTV)															
1	Stent DES , wg karty parametrów	szt		200										120	50
2	Stent DES do bifurkacji, wg karty parametrów	szt		4										2	x
3	Cewnik balonowy do przeszukanej walwuloplastyki (PTV), wg karty parametrów	szt		30										18	x
4	Intruduktor do tętnicy promienowej, wg karty parametrów	szt		1 200										720	x
5	Cewnik balonowy typu non-compliant, wg karty parametrów	szt		300										180	50
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM					X	X	X
ZADANIE 20 - Cewnik balonowy do kontrapulsacji															
1	Cewnik balonowy do kontrapulsacji, wg karty parametrów	szt		24										14	x
ZADANIE 21- Zestaw : system oszczędzający kontrast, balon pokryty iekiem do PTCA oraz balon nacinająco-pozycjonujący															
1	Kolec do nakładania tulelek z kontrastem, wg karty parametrów	szt		1 200										720	x
2	Dren do kontrastu z zastawką bezzwrotną, wg karty parametrów	szt		3 000										1800	x
3	Cewnik balonowy do PTCA uwalnijający lek, wg karty parametrów	szt		50										30	x
4	Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący, wg karty parametrów	szt		24										14	x
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM					X	X	X
ZADANIE 22- Zestaw : Urządzenie do zamykania miejsc dostępu o dużych średnicach na tętnicy udowej, cewnik przedłużający oraz mikrocewnik dwusłwiatowy															
1	Urządzenie do zamykania miejsc dostępu o dużych średnicach na tętnicy udowej, wg karty parametrów	szt		30										18	x
2	Cewnik przedłużający, wg karty parametrów	szt		40										24	x
3	Mikrocewnik o podwójnym świetle, wg karty parametrów	szt		20										12	x
X	X	X	X	X	X	X	X	RAZEM					X	X	X
ZADANIE 23- Cewnik do termodylucji do pomiaru ciśnienia wewnątrz serca															
1	Cewnik do termodylucji do pomiaru ciśnienia wewnątrz serca, wg karty parametrów	szt		50										30	x

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SWZ
EZ/822/4-11-02/23

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	j.m.	nazwa handlowa nr katalogowy	liczba zamówienia podstawowego	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT (6*7)	cena j. brutto (6+8)	wartość netto zamówienia podstawowego (5*6)	kwota VAT zamówienia podstawowego (5*8)	wartość brutto zamówienia podstawowego (5*9)	producent (uwagi)	liczba objęta prawem opcji	liczba do depozytu		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X		X	X	X	X	X							X	X	X	X
ZADANIE 24- Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej (termistor)																
1	Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej (termistor), wg karty parametrów	szk		50												X
ZADANIE 25- Elektroda do czasowej stymulacji przeżyłnej																
1	Elektroda do czasowej stymulacji przeżyłnej, wg karty parametrów	szk		200											120	X

Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" wpisuje WSZYSTKIE oferowane wyroby, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia.

W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xx" ani zakresów numerów "od... do...") zaferowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaferowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu. W przypadku nie stosowania numerów katalogowych należy Wykonawca wskazać powyższe, wpisując w kolumnie nr 3 odpowiednią adnotację np. numerów katalogowych nie stosuje się. UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaferowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ!

Zamawiający we wszystkich pozycjach przedmiotu zamówienia wymaga zaferowania wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych

* Wykonawca udostępni Zamawiającemu urządzenia, który jest niezbędny do wykonywania zabiegów przy zastosowaniu dostarczonych wyrobów wyspecyfikowanych w poszczególnych częściach przedmiotu objętego zamówieniem. Udostępnienie to nastąpi poprzez dzierżawę przez Wykonawcę Zamawiającemu ww. urządzenia, na czas trwania umowy. Zasady ww. udostępnienia zostały opisane we wzorach umów, stanowiących integralną część SWZ. W pozycji dzierżawa należy ująć wszelkie koszty związane z wymienioną czynnością, w szczególności koszty dostarczenia, montażu, uruchomienia i demonstacji ww. sprzętu oraz koszty zwrotu ww. sprzętu Wykonawcy. W kolumnie 3 Wykonawca winien podać nazwę handlową zaferowanego w ramach dzierżawy urządzenia.

(data, kwalifikowany podpis elektroniczny)

Dojmośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

ZADANIE 1 – Zestaw terapeutyczny do poszerzania zmian mocno uwapnionych - KARTA PARAMETRÓW

l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Dzierżawa Konsola Rotablator PRO			
WYMAGANE			
1	Konsola elektroniczna z czytelnym panelem sterowania		
1	Możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tys. na minutę	x	x
2	Możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm.	x	x
Prowadnik do aterektonii rotacyjnej			
WYMAGANE			
1	długość 330 cm	x	x
2	średnica 0.009"	x	x
3	końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014" i długości min. 2cm	x	x
DODATKOWE			
1	dostępne dwie sztywności prowadnika		0/10
Cewnik do aterektonii rotacyjnej z łącznikiem			
WYMAGANE			
1	długość cewnika 135cm	x	x
2	zakres dostępnych średnic wiertel 1,25 – 2,50mm	x	x
3	kompabilny z konsolą Rotablator PRO	x	x
Wiertło do aterektonii rotacyjnej			
WYMAGANE			
1	zakres dostępnych średnic wiertel 1,25 – 2,50mm	x	x
2	kompabilne z łącznikiem	x	x
Przedłużający cewnik prowadzący			
WYMAGANE			
1	dostępne rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6FLong		x
2	długość systemu 150 cm		x
3	szafa typu hypotube		x
4	pokrycie hydrofilne		x
5	marker radioceniujący 2mm od końca dystalnego		x
DODATKOWE			
1	średnice wewnętrzne – 6F: 0,057" (1,45mm); 7F: 0,063" (1,60mm); 8F: 0,072" (1,83mm)		0/2
2	długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long		0/2
Stenty DES do naczyń prostych			
WYMAGANE			
1	średnice 2.25 -4.00mm		x
2	długości 8-38mm		x
3	stop platynowo-chromowy, zawartość platyny 3% wagi		x
4	pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego		x
5	ciśnienie nominalne 11 atm		x
6	ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm		x
7	duża siła radialna min. 0.26 N/mm		x
8	profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018" dla wszystkich rozmiarów		x
DODATKOWE			
1	możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5%		0/2
2	recoil max. 3%		0/2
3	możliwość przepięcia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury: 2.50-2.75 do 3.50mm , 3.00-3.50 do 4.25mm oraz 4.00 do 5.75mm		0/2
Stenty DES do naczyń krętych			
WYMAGANE			
1	średnice 2.25 -4.00mm		x
2	długości 8-38mm		x
3	stop platynowo-chromowy, zawartość platyny 3% wagi		x
4	pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego		x
5	ciśnienie nominalne 11 atm		x
6	ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm		x
7	duża siła radialna min. 0.26 N/mm		x
8	profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018" dla wszystkich rozmiarów		x
9	szafa proksymalny typu hypotube z 300 nacięciami laserowymi na dystalnym odcinku 10 cm		x
DODATKOWE			
1	możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5%		0/2
2	recoil max. 3%		0/1
3	możliwość przepięcia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury: 2.50-2.75 do 3.50mm , 3.00-3.50 do 4.25mm oraz 4.00 do 5.75mm		0/2

ZADANIE 1 – Zestaw terapeutyczny do poszerzania zmian mocno uwapnionych - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Cewnik balonowy semi-compliant			
WYMAGANE			
1	dostępny zakres długości pomiędzy 8-30 mm		x
2	dostępne średnice pomiędzy 1.2-4 mm		x
3	profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów		x
4	hydrofilne pokrycie shaft'u		x
5	dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach		
DODATKOWE			
1	ciśnienie nominalne: ≥ 6 atm, ciśnienie RBP: ≥ 12 atm		0/5
2	możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów		0/5
Cewnik balonowy non-compliant			
WYMAGANE			
1	dostępny zakres długości pomiędzy 6-30 mm		x
2	dostępne średnice pomiędzy 2.0-6.0 mm		x
3	profil wejścia max. 0,017"		x
4	ciśnienie nominalne ≥ 12 atm		x
5	ciśnienie RBP: ≥ 18 atm		x
6	dwusegmentowa budowa shaft'u wewnętrznego		x
DODATKOWE			
1	przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów		0/5
2	duża ilość średnic ≥ 13		0/5
Cewnik balonowy tnący			
WYMAGANE			
1	Średnice 2,00-4,00 mm		x
2	długości 6-15mm		x
3	profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów		x
4	liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2,00-3,25mm oraz 4 dla rozmiarów 3,50-4,00mm		x
Prowadnik angioplastyczny do zmian mocno uwapnionych i CTO			
WYMAGANE			
1	średnica: 0,014"		x
2	pokrycie hydrofilne i polimerowe		x
3	długość: 190 i 300cm		x
4	średnia siła podparcia -moderate support		x
5	tip load 1.2g, 1.5g, 1 g, 3g, 6g, 10g, 14g		x
6	końcówki taperowane 0,009" oraz 0,008 "		x
7	końcówka cieniująca 3,5 cm oraz 4 cm		x
8	końcówka robocza prosta lub J		x
Cewnik balonowy do perforacji i rekanalizacji			
WYMAGANE			
1	cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z prowadnikiem 0.014" oraz cewnikiem prowadzącym 6F		x
2	profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018"		x
3	długość robocza 135cm		x
4	długość balonu 10mm		x
5	szerokość balonu 2,5mm		x
6	wysokość balonu 0,3mm		x
7	dwa porty do perforacji śródbłonka umieszczone po przeciwnych stronach balonu oznaczone markerami		x
8	średnica szafu dystalnego 2,9 F		x
9	średnica szafu proksymalnego 3,7F		x
x	x	razem:	0/40

ZADANIE 2 - Cewnik diagnostyczny do koronarografii - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Cewnik diagnostyczny do koronarografii z atraumatyczną końcówką			
WYMAGANE			
1	Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości cewnika		x
2	średnica wewnętrzna cewnika przy 6 F min. 0,056"		x
3	duży wybór kształtów i krzywizn dla średnicy 6 F		x
4	dostępne minimum 2 średnice cewnika, w tym 5 F i 6 F		x
5	konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika		
6	miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka		
7	dostępne długości cewnika: 100cm, 110cm, 125cm oraz 80 cm i 90 cm		
DODATKOWE			
1	dwie różne średnice wewnętrzne przy 5F do prawej i lewej tętnicy wieńcowej (większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA)		0/30
2	maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI.		0/5
Cewnik diagnostyczny do koronarografii z miękkim szafem			
WYMAGANE			
1	Jednorodne pojedyncze zbrojenie metalowe na całej długości cewnika		x
2	średnica wewnętrzna cewnika przy 6 F min. 0,056"		x
3	miękki szaf i sztywne pierwsze zagięcie		x
4	dostępne minimum 2 średnice cewnika, w tym 5 F i 6 F		x
5	konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika		x
6	dostępne długości cewnika: 100cm, 110cm, 125cm		x
DODATKOWE			
1	maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI.		0/5
x	x	razem:	0/40

ZADANIE 3 – Akcesoria – KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Przedłużacz ciśnieniowy			
WYMAGANE			
1	długość w zakresie pomiędzy 15-30 cm		x
2	światło wewnętrzne min. 1,0 mm		x
3	łącznik typu LUER-LOCK		x
4	ciśnienie testowane min. 8 bar		x
x	x	x	x
Przedłużacz wysokociśnieniowy			
WYMAGANE			
1	długość w zakresie pomiędzy 100 - 150 cm		x
2	światło wewnętrzne min. 1,7 mm		x
3	łącznik typu LUER-LOCK		x
4	ciśnienie testowane min. 70 bar		x
x	x	x	x
Łącznik Y-KONEKTOR			
WYMAGANE			
1	Światło wewnętrzne 11Fr, regulowane przyciskiem, łączącym funkcję konektora typu push-pull i typu screw		x
2	Wykonany z przezroczystego materiału PCV medycznego.		x
3	Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej		x
4	Dostępna wersja z drenem 25cm i kranikiem trójdrożnym oraz bez portu bocznego - do wyboru zamawiającego		x
DODATKOWE			
1	Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu		0/20
x	x	x	x
Obrotnik do prowadnika TORQUER			
WYMAGANE			
1	zaciśkanie drutu pomiędzy 0,012" - 0,018"		x
2	dostępne w dwóch rozmiarach i min. w dwóch kolorach do wyboru		x
x	x	x	x
Rampa trójdrożna wysokociśnieniowa			
WYMAGANE			
1	Przezroczysty korpus		x
2	Do dyspozycji rampy typu OFF i ON z końcówką rotującą		x
3	Min. wytrzymałość ciśnienia 500psi		x
4	Łatwe w manewrowaniu, szczelne połączenie elementów		x
x	x	x	x
Strzykawka wysokociśnieniowa (pompka z manometrem)			
WYMAGANE			
1	Inflator z przezroczystym, ergonomicznym uchwytem pistoletowym		x
2	Na życzenie zamawiającego dostępna również wersja o standardowym korpusie strzykawki oraz wersja o rękojeści pół-pistoletowej		x
3	Wyposażony w tarczę fluorescencyjną		x
4	Pojemność tłoka max. 20ml, wytrzymałość do min. 30ATM		x
5	Dren zakończony kranikiem trójdrożnym		x
6	Budowa umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji. strzykawka przystosowana do obsługi jednoręcznej		x
DODATKOWE			
1	Dokładność pomiarów +/- 1 ATM		0/10
x	x	x	x

ZADANIE 3 – Akcesoria – KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Prowadnik diagnostyczny podstawowy			
WYMAGANE			
1	Długość przewodników: 150cm, 180cm, 200cm oraz 260cm - do wyboru Zamawiającego		x
2	Średnice: 0.032", 0.035" oraz 0.038"		x
3	Głębki, dobrze widoczny w skopii, pokryty PTFE		x
4	Dostępna końcówka robocza typu „J” oraz końcówka prosta.		x
DODATKOWE			
1	Dostępna wersja pre-coated		0/10
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta			
x	x	x	x
Prowadnik diagnostyczny hydrofilny			
WYMAGANE			
1	Długość przewodników: 45cm, 150cm, 180cm oraz 260cm - do wyboru Zamawiającego		x
2	Średnice: 0.032", 0.035" oraz 0.038"		x
3	Głębki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie		x
4	Dostępna wersja z końcówką prostą, J oraz „Angeled”		x
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta			
Opaski uciskowe na tętnicę promieniową			
WYMAGANE			
1	Opaski wykonane z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwację miejsca wkłucia		x
2	Dostępne minimum 3 rozmiary do wyboru		x
3	Zamykane na mocny rzep z możliwością wielokrotnej regulacji siły ucisku		x
4	W zestawie strzykawka do inflacji/deflacji		x
5	Możliwość wyboru końcówki prostej oraz typu luer-lock dla wejścia drenu wg potrzeb oddziału		x
6	Dostępna wersja zegarkowa do wyboru zamawiającego		x
Igła tępa			
WYMAGANE			
1	Igła tępa, metalowa do przewodnika wieńcowego		x
2	20Gx7,5cm		x
x	x	razem:	0/40

ZADANIE 4 – Zestaw introduktor – KARTA PARAMETRÓW

l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Introduktor do tętnicy udowej			
WYMAGANE			
1	Kaniula odporna na załamania i zagięcia		x
2	Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy dylatorem a koszulką		x
3	Zawór zapewniający szczelność		x
4	Oferowane rozmiary: 4-10Fr		x
5	Długość 11cm i 23cm - do wyboru Zamawiającego		x
6	W zestawie introducer z uszkiem szewnym, igła 18G (20G dla rozmiaru 4Fr) o dł. 7.0cm, dylator, prowadnik o średnicy 0.038" o dł. odpowiednio 45cm (dla introducerów 11cm) i 70cm (dla introducerów 23cm)		x
7	Identyfikacja kolorystyczna średnicy koszulki wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego		x
DODATKOWE			
1	Dostępna wersja hydrofilna introducerów dla każdej średnicy - na życzenie Zamawiającego		0/10
2	Dostępny mini-prowadnik 0.035" na życzenie Zamawiającego		0/10
x	x	x	x
Introduktor do tętnicy promieniowej			
WYMAGANE			
1	Kaniula odporna na załamania i zagięcia		x
2	Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy dylatorem a koszulką		x
3	Zawór zapewniający szczelność		x
4	Oferowane rozmiary: 4 Fr,5Fr,6Fr		x
5	Długość 7cm i 11cm - do wyboru Zamawiającego		x
6	W zestawie introducer z uszkiem szewnym, igła 20G /21G o dł. 3.8cm, dylator, prowadnik o średnicy 0.021" i dł. 45cm z końcówką prostą		x
7	Identyfikacja kolorystyczna średnicy koszulki wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego		x
DODATKOWE			
1	Dostępna wersja hydrofilna dla każdego rozmiaru - na życzenie Zamawiającego		0/10
x	x	x	x
Introduktor zbrojony do tętnicy udowej			
WYMAGANE			
1	Kaniula odporna na załamania i zagięcia		x
2	Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy dylatorem a koszulką		x
3	Zawór zapewniający szczelność		x
4	Oferowane rozmiary: 4-9Fr		x
5	Długość 11cm,15cm oraz 25cm - do wyboru Zamawiającego		x
6	W zestawie introducer z uszkiem szewnym, igła 18G o dł. 7.0cm, dylator, prowadnik o średnicy 0.035"/0.038" i dł. 45cm oraz 80cm (dla introducerów 25cm) z końcówką prostą		x
7	7. Identyfikacja kolorystyczna średnicy koszulki wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego		x
DODATKOWE			
1	Oferowane rozmiary: 4 - 18Fr.		0/10
x	x	razem:	0/40

ZADANIE 5 - Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń – KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Zestaw do usuwania ciał obcych z naczyń			
WYMAGANE			
1	zestaw: pętla, cewnik pętli, pomocnik do wprowadzania pętli, torquer		x
2	materiał nitinol		x
3	średnice pętli do małych naczyń, w tym wienkowych, w zakresie pomiędzy 2-7mm, długość cewnika 175 cm, długość pętli 200cm (minimum 2 średnice do wyboru zamawiającego)		x
4	średnice pętli do dużych naczyń w zakresie pomiędzy 10-30mm, długość cewnika 100-110 cm, długość pętli 110-130cm (minimum 2 średnice do wyboru zamawiającego)		x
DODATKOWE			
1	Min. 6 rozmiarów pętli do wyboru		0/20
2	znacznik i przewodnik widoczny w skopii		0/10
x	x	razem:	0/30

ZADANIE 6 – Zestaw terapeutyczny do stentowania dużych naczyń i zmian trudnych – KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Cewnik prowadzący			
WYMAGANE			
1	Cewniki dostępne w przedziale 5F do 8F		x
2	Duża średnica wewnętrzna, wymiary minimalne dostępne dla przynajmniej jednego rodzaju cewnika 0,058"-5F; 0,071"-6F; 0,081"-7F; 0,090"-8F		x
3	metalowe zbrojenie zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika dla każdego z oferowanych produktów		x
4	stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu		x
5	odporność na skręcanie i załamania, dobra pamięć kształtu, dobra manewrowalność		x
6	Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych minimum 89 w każdej średnicy, krzywizna umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramiennej, dojsię do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń.		x
7	Dostępne cewniki o długości 100cm, 110cm i 118cm zapewniające możliwość kaniulacji tętnic wieńcowych dla nietypowych anatomii.		x
DODATKOWE			
1	Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami		0/5
x	x	x	x
Cewnik balonowy typu semi-compliant			
WYMAGANE			
1	Cewnik balonowy typu RX, średnice balonu w przedziale min. 1,5 - 4,0 mm		x
2	profil wejścia końcówki balonu (tip) max. 0,016"		x
3	cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych		x
4	ciśnienie RBP min. 14 atm.		x
5	ciśnienie nominalne 8 atm		x
6	profil balonu max. 0,027" dla średnicy 2,5mm (pomiar zgodny z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu)		
7	gwarantowana możliwość minimum 10-krotnej inflacji do RBP		
DODATKOWE			
1	minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 30 mm w tym długość 10 mm		0/5
x	x	x	x
Cewnik balonowy typu non-compliant			
WYMAGANE			
1	Cewnik balonowy typu RX, średnice balonu w przedziale min. 2,0 - 5,0 mm		x
2	profil wejścia końcówki balonu (tip) max. 0,015"		x
3	cewnik balonowy do doprężeń, ciśnienie RBP min. 20 atm. Dla wszystkich rozmiarów		x
4	materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów z gwarantowaną możliwością min. 10-krotnej inflacji do ciśnienia RBP		x
5	cewnik balonowy o długości użytkowej > 140 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm		x
6	ciśnienie nominalne 12 atm dla wszystkich rozmiarów		
DODATKOWE			
1	minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 27 mm		0/5
Stent DES do dużych naczyń			
WYMAGANE			
1	Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus		x
2	Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo-irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu		x
3	dostępne średnice 2,0 - 5,0 mm		x

ZADANIE 6 – Zestaw terapeutyczny do stentowania dużych naczyń i zmian trudnych – KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
4	dostępne długości 8-38 mm		x
5	Średnica elementów konstrukcyjnych stentu maks. 0,0032" dla średnic 2.0 - 4.0 mm oraz 0,0036" dla średnic 4.5 -5.0 mm		x
6	Możliwość przepiężenia stentów o średnicyn 3,5 i 4.0mm do 5,0mm oraz 4,5 i 5.0 mm do średnicy 6,0mm		x
7	Kompatybilność z przewodnikiem wieńcowym 0,014" oraz cewnikiem prowadzącym 5 F w pełnym zakresie średnic do 5.0 mm		x
8	Ciśnienie nominalne 12 atm , ciśnienie RBP min 16 atm		x
DODATKOWE			
1	Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwplatekowej(DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczęcia		0/5
x	x	x	x
Stent DES do zmian trudnych			
WYMAGANE			
1	Stent uwalniający lek antyproliferacyjny Zotarolimus		x
2	Platforma stentu kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu		x
3	dostępne średnice 2.25 - 4.0 mm		x
4	dostępne długości 8-38 mm		x
5	Średnica elementów konstrukcyjnych stentu maks. 0,0036"		x
6	Możliwość przepiężenia stentów 3.5 i 4.0 mm do średnicy 5,0 mm		x
7	Ciśnienie nominalne 12 atm , ciśnienie RBP 18 atm		x
DODATKOWE			
1	Udokumentowana możliwość bezpiecznego przerwania podwójnej terapii przeciwplatekowej(DAPT) po okresie 1 miesiąca od wszczęcia		0/10
x	x	x	x
Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego			
WYMAGANE			
1	Długość cewnika 150 cm, długość kanału dystalnego 25cm		x
2	cewnik dostępny w 2 rozmiarach 6F oraz 7F		x
3	hydrofilne pokrycie dystalnej części na odcinku min 20 cm		x
4	cewnik wykonany w technologii minimalizującej ryzyko zahaczenia urządzenia przy wprowadzaniu do części dystalnej cewnika przedłużającego - wszystkie elementy metalowe zatopione w powłoce polimerowej w miejscu wprowadzania urządzenia do części dystalnej tzw. "entry port"		x
5	miękka atraumatyczna końcówka z markerem radioceniującym		x
DODATKOWE			
1	Obecność 2 markerów pozycjonujących umieszczonych w odległości 90cm i 100 cm od końcówki dystalnej - wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego		0/10
x	x	razem:	0/40



ZADANIE 7 - Zestaw terapeutyczny do stentowania naczyń krętych i zmian długich - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnienie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Prowadnik angioplastyczny			
WYMAGANE			
1	średnica: 0,014"		x
2	końcówka: prosta i „J”		x
3	długość: 190 i 300cm		x
4	różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian (przynajmniej 30 różnych niezależnie od długości i kształtu końcówki)		x
5	różne sztywności części proksymalnej i środkowej		x
6	dostępność prowadników specjalnych do udrożeń przewlekle zamkniętych naczyń		x
7	różne rodzaje sztywności części „roboczej” prowadników do udrożeń (powyżej 10)		x
DODATKOWE			
1	dostępność prowadników z taperowanym tipem o średnicy 0,009";0,010";0,0105";0,012"		0/10
2	dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki)		0/10
x	x	x	x
Stent DES do naczyń krętych i zmian długich			
WYMAGANE			
1	stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus)		x
2	grubość ściany stentu 0,0032" dla wszystkich rozmiarów		x
3	długości 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, dla wszystkich oferowanych średnic		x
4	długość 48 dla średnic 2,5; 2,75; 3,0; 3,5 mm		x
5	ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2,0 - 2,5; 12 atm dla średnic 2,75-4,0mm, oraz 11 atm dla długości 48 mm		x
6	crossing profile 0,039" dla rozmiaru 3,0 x 18		x
7	RBP: 16 atm dla długości 8-38; 18 atm. dla długości 48 mm		x
8	możliwość postdylatacji dla rozmiarów 2,0 - 3,25 do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3,5 - 4,0 mm do 5,5mm		x
9	przedział średnic: 2,0 – 4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0)		x
10	skrócenie stentu przy ciśnieniu nominalnym 0%		x
DODATKOWE			
1	Udokumentowana możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca		0/10
Cewnik balonowy semi-compliant			
WYMAGANE			
1	powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu;		x
2	system monorail;		x
3	profil przejścia (crossing profile) ≤ 0,021 cala dla balonika Ø 3.0 mm;		x
4	profil wejścia (entry profile) ≤ 0,017 cala dla balonika Ø 3.0 mm;		x
	ciśnienie nominalne 8 atm dla wszystkich rozmiarów;		
	ciśnienie RBP - 14 atm dla wszystkich rozmiarów;		
5	różne długości balonika od 6 - 30 mm;		x
DODATKOWE			
1	różne średnice balonika od 1.2 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm.		0/5
Cewnik balonowy non-compliant			
WYMAGANE			
1	powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu;		x
2	system monorail;		x
3	profil przejścia (crossing profile) 0,027 cala dla balonika Ø 3.0 mm		x
4	profil wejścia (entry profile) 0,018 cala dla balonika Ø 3.0 mm;		x
5	ciśnienie nominalne min. 12 atm (dla wszystkich rozmiarów);		x
	ciśnienie RBP 18 atm (dla wszystkich rozmiarów);		
	-różne długości balonika od 6 - 25 mm;		
6			x
DODATKOWE			
1	różne średnice balonika od 1,5 - 5,0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm		0/5
x	x	razem:	0/40

- Poloski Szpital Specjalistyczny im. F. Marchińskiego
 - Centrum Medycyny Rehabilitacyjnej
 ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228561, REGON: 14063274
 KRS: 00001426

ZADANIE 8 – Kompres uciskowy typu UFO do stosowania po nakłuciu tętnic lub żył – KARTA PARAMETRÓW

l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Kompres uciskowy typu UFO do stosowania po nakłuciu tętnic lub żył			
WYMAGANE			
1	produkt kształtem przypominający latający spodek		x
2	wykonany z bezfreonowego tworzywa, składa się z 98% powietrza		x
3	posiada 2 promiennie krzywizny, dzięki temu może być stosowany zarówno u pacjentów szczupłych jak i otyłych		x
4	stosowany do ucisku po nakłuciach naczyń		x

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KPS: 0000040364

ZADANIE 9 - System do automatycznego przezskórnego zakładania szwu chirurgicznego naczyniowego do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, w tym po cewnikach powyżej 8F - KARTA PARAMETRÓW			
l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
System do automatycznego przezskórnego zakładania szwu chirurgicznego naczyniowego do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, w tym po cewnikach powyżej 8F			
WYMAGANE			
1	Dedykowane do otworów po cewnikach od 5F do 8F		x
2	Działające na zasadzie klipsu nitynolowego lub szwu		x
DODATKOWE			
	Możliwość zamykania otworów do 22F przy użyciu 2 systemów		0/20
x	x	razem:	0-20

ZADANIE 10 - System do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, po cewnikach do 8F- KARTA PARAMETRÓW			
l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
System do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, po cewnikach do 8F			
WYMAGANE			
1	System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F		x
2	Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen)		x
3	W zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, przewodnik		x
4	Wszystkie komponenty wchłaniaalne do 90 dni		x
DODATKOWE			
1	Zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F		0/20
x	x	razem:	0/20

ZADANIE 11– Zestaw do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR)			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Dzierżawa systemu do pomiaru IVUS/FFR, systemu do korejstracji obrazu angiograficznego z obrazem IVUS oraz korejstracją pomiarów czynnościowych bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii			
WYMAGANE			
1	aparat współpracujący z kompatybilnymi elektronicznymi (20MHz) sondami IVUS o średnicy obrazowania 20 mm, sondami elektronicznymi dedykowanymi do naczyń obwodowych (20 MHz o średnicy obrazowania 24mm oraz 10 MHz o średnicy obrazowania 60 mm) oraz mechanicznymi sondami IVUS (45 Mhz) o średnicy obrazowania 14mm oraz kompatybilnymi przewodnikami do pomiaru gradientu przezwężeniowego		x
2	możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych		x
3	opcja pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii		x
4	automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/przewodnika		x
6	Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach-przekroje wzdłużne i poprzeczne		x
7	Funkcja wspomagania interpretacji światła naczyniowego oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu		x
8	Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na CD, DVD, wymiennym dysku oraz centralnym serwerze szpitala - DICOM		x
9	możliwość wydruku na kolorowej drukarce termicznej		x
10	kolorowy monitor min 18"		x
11	Możliwość uaktualniania oprogramowania		x
12	Umowa dzierżawy systemu na czas trwania umowy		x
13	Dzierżawa systemu do korejstracji obrazu angiograficznego z obrazem IVUS oraz korejstracją pomiarów czynnościowych bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii		x
14	System korejstrujący obraz angiograficzny z obrazem IVUS uzyskanym z sondy elektronicznej IVUS		
15	System korejstrujący pomiarów czynnościowych bez wprowadzenia pacjenta w stan hyperemii		
16	System korejstrujący wyposażony w funkcje zapewniającą wizualizację małych i krętych naczyń oraz bardzo zwężonych zmian w realnym czasie		
17	System korejstrujący zapewniający łatwy pomiar długości naczynia/zmiany przy użyciu sondy elektronicznej		
18	System korejstrujący zapewniający dokładny pomiar średnicy naczynia/zmiany		
19	Instalacja systemu korejstrującego i serwis wliczone w cenę dzierżawy		
20	Opcja poprawy obrazu naczynia poprzez wyszukanie obszaru docelowego na kilku różnych klatkach należących do jednej sekwencji i połączeniu ich w jeden poprawiony obraz		
x	x		x
DODATKOWE			
1	Menu obsługi urządzenia m. in. w języku polskim		0/10
2	Monitor i stacja robocza zamontowana w sterowni		0/20
Elektroniczna lub mechaniczna sonda do pomiaru zmian wewnątrznaczyniowych (IVUS) w tym wewnątrz naczyń wieńcowych			
WYMAGANE			
1	Sonda elektroniczna lub mechaniczna IVUS (do wyboru zamawiającego) kompatybilna z aparatem do pomiaru IVUS/FFR		x
2	Częstotliwość pracy do 20 MHz dla sondy elektronicznej i 45MHz dla sondy mechanicznej		x
3	Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz przewodnika o max. średnicy 0,014 cala.		x
4	Cewnik o długości roboczej 150 cm		x
5	Dwa rodzaje systemów doprowadzających z przetwornikiem IVUS w odległości 2,5 i 10mm od końca dystalnego		x
6	Niski profil wejścia nie większy niż 0.019"		x
Prowadnik do pomiaru FFR			
WYMAGANE			
1	Prowadnik do pomiaru FFR kompatybilny z aparatem do pomiaru IVUS oraz FFR		x
2	Czujnik w odległości 3 cm od części dystalnej		x
3	Średnica 0.014" (0,36mm)		x
4	Pokrycie hydrofilne w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej		x
5	Końcówka prosta i zakrzywiona		x
DODATKOWE			
1	Możliwość pomiaru gradientu przezwężeniowego bez wywoływania hyperemii		0/10
x	x	razem:	0/40

wojewódzki szpital Specjalizacyjny nr I im. J. Piłsudskiego
 ul. gen. Augusta Ródzkiego
 NIP: 8992228560 REGON: 00032037
 KRS: 000040064

ZADANIE 12 - Sztywny przewodnik do walwuloplastyki aortalnej - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Sztywny przewodnik do walwuloplastyki aortalnej			
WYMAGANE			
1	Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE		x
2	Długości 180cm, 260cm		x
3	Średnica : 0,035" - 0,038"		x
DODATKOWE			
1	Do wyboru końcówki : a. miękka o długości 6cm: prosta lub J 3mm prosta : 1cm lub 3,5cm długości	b.	0/20
x	x	razem:	0/20

ZADANIE 13 - Zestaw do angioplastyki przewlekłych udrożnień (CTO) – KARTA PARAMETRÓW

l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Prowadnik angioplastyczny do CTO podstawowy			
WYMAGANE			
1	Średnica 0.014"		X
2	Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej		x
3	Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip		x
4	Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika		x
5	Szywność końcówki 0,5g i 0,7g		x
6	Dostępne długości: 190 cm i 300 cm		x
7	Dostępne mieszane pokrycie na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon (hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne na proksymalnych 18,5 cm lub dostępne pokrycie hydrofilne na 28 cm		x
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta			
Prowadnik angioplastyczny do CTO specjalny			
WYMAGANE			
1	Średnica 0.014"		x
2	Dostępne długości: 190 cm i 300 cm		x
3	Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej		x
4	Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu		
5	Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika		x
6	Dostępne prowadniki o szywnościach końcówki: 0.5 g, 0.6g, 0.8g, 1.0g,		x
7	Kształt końcówki: prosta i „J”		x
8	Dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40 cm		
9	Dostępny prowadnik z końcówką 0,010"		x
DODATKOWE			
1	Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20 cm		0/5
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta			
Prowadnik angioplastyczny do CTO sterowalny			
WYMAGANE			
1	Średnica 0,014"		x
2	Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej		x
3	Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu		x
4	Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych: 40cm, 41cm, 50cm, 170 cm		x
5	Szywności końcówki 1,7g, 3,0g, 3,5g, 4,5g		x
6	Dostępne długości: 190cm, 200cm, 300cm i 330cm		x
7	Dostępne końcówki robocze taperowane do 0,010"; 0,011"; 0,012"		x
8	Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika		x
DODATKOWE			
1	Przeniesienie obrotu 1:1		0/5
2	Dostępna końcówka cieniująca 15 cm (platyna)		0/5
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta			
Prowadnik angioplastyczny do kolaterali			
WYMAGANE			
1	Średnica 0,014"		x
2	Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej		x
3	dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika		x
4	część spiralna na długości 19 cm		x
5	rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu		x
6	szywność końcówki 0,3g		x
7	kończówka cieniująca 3cm (platyna)		x

ZADANIE 13 - Zestaw do angioplastyki przewlekłych udrożeń (CTO) – KARTA PARAMETRÓW

l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
8	pokrycie hydrofilne na dystalnych 52cm		x
9	kształt końcówki: pre-shape i prosta		
10	pokrycie PTFE na części proksymalnej szafu		
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta			
Mikrocewnik do CTO			
WYMAGANE			
1	Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F		x
2	Dostępny w długości 135 cm i 150 cm		x
3	Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szafu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm)		x
4	Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę		x
	Kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017", proksymalnie 0.022"		x
	Kompatybilny z przewodnikiem 0,014"		x
	opłot wykonany z 18 drutów stalowych		x
			x
DODATKOWE			
1	końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego		0/5
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta			
Mikrocewnik do CTO specjalny			
WYMAGANE			
1	Kompatybilny z przewodnikiem 0,014"		x
2	Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F		x
3	Mikrocewnik zbrojony spletem wolframowym		x
4	Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm		x
5	Średnica wewnętrzna końcówki 0,015"		x
6	Średnica wewnętrzna szafu 0,018"		x
	maksymalne ciśnienie 300 psi		x
			x
DODATKOWE			
1	polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szafu		0/5
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta			
Mikrocewnik do CTO specjalny z taperowanym, miękkim, atraumatycznym tipem			
WYMAGANE			
1	Kompatybilny z przewodnikiem 0,014"		x
2	Mikrocewnik zbrojony opłotem z 14 drutów		x
3	Tip taperowany, miękki, atraumatyczny, widoczny w skopii dzięki wolframowi		x
4	średnica zewnętrzna szafu w odcinku dystalnym 0,71mm (2,1F)		x
5	średnica zewnętrzna szafu w odcinku proksymalnym 0,95mm (2,9F)		x
6	średnica wewnętrzna szafu 0,48mm (0,019")		x
	średnica wewnętrzna tipu 0,38mm (0,015")		x
DODATKOWE			
1	Profil wejścia = średnica zewnętrzna tipu 0,44mm (1,3F)		0/5
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta			
Cewnik balonowy do CTO 0,85mm			
WYMAGANE			
1	Cewnik typu rapid exchange		x
2	Non -compliant		x
3	profil przejścia 0,0195"		x
4	Długości balonu 6mm, 10mm i 15 mm		x
5	Ciśnienie RBP 21 bar		x

ZADANIE 13 - Zestaw do angioplastyki przewlekłych udrożeń (CTO) – KARTA PARAMETRÓW

l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
6	profil wejścia 0,016"		x
7	średnica balonu 0,85 mm przy ciśnieniu nominalnym		x
DODATKOWE			
1	powłoka hydrofilna na balonie i dystalnym szafcie		0/10
x		razem:	0/40

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. I. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364



ZADANIE 14 - Zestaw do angioplastyki z trudnym dostępem promieniowym, z krętymi, zwapniałymi zmianami i do bifurkacji- KARTA PARAMETRÓW			
l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Specjalistyczny zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną			
WYMAGANE			
1	Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr o zredukowanej o 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr, 6 Fr oraz 7Fr światło wewnętrzne		x
2	zestaw z cienką koszulką hydrofilną o długości 10 lub 16 cm		x
3	w zestawie miniprowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021", 0,018" lub 0,025" oraz igła 20g, 21g lub 22g		x
4	Średnica wewnętrzna koszulki 5 Fr: 1,89 mm, koszulki 6 Fr: 2,22 mm, koszulki 7Fr: 2,55 mm		x
5	Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr: 2,13 mm, koszulki 6 Fr: 2,46 mm, koszulki 7 Fr: 2,79 mm		x
DODATKOWE			
1	do wyboru prowadnik stalowy lub nitinolowy		0/5
Cewnik balonowy do zmian krętych i zwapniałych semi-compliant			
WYMAGANE			
1	Cewnik w systemie Rapid exchange semi-compliant		x
2	Balon wykonany z Nylonu		x
3	Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm		x
	Zakres średnic: 1,0-4,0 mm		x
	Profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic		x
	Profil przejścia 0.023" (0.58mm) dla średnicy 1.00mm		x
	Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie		x
4	Kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014"		x
DODATKOWE			
1	Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84mm, dystalny: dla 1.00-1.50 - taperowany 0.79-0.89mm, dla 2.00-4.00 - 0.67mm		0/5
Stent DES			
WYMAGANE			
1	Stent DES kobałtowo-chromowy uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus		x
2	stent o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznic		x
3	powierzchnia komórki stentu 4.57mm ² (dla średnicy 3.0 mm)		x
4	możliwość dopięcia stentu do 5,8 mm (dla średnic 3.5-4.0mm)		
5	zakres długości: 9mm -38 mm		
6	zakres średnic: 2,25 - 4,0		
7	profil wejścia max 0,018", profil przejścia 0,044" (dla średnicy 3,0mm)		
8	średnica szafu proksymalnego max.2,0Fr, średnica szafu dystalnego max. 2,7Fr		
DODATKOWE			
1	wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej (1 miesiąc) potwierdzony w ulocie		0/15
Mikrocewnik o pojedynczym świetle			
WYMAGANE			
1	kompatybilny z prowadnikiem 0,014"		x
2	dostępne długości 130 cm i 150 cm		x
3	proksymalnie: średnica zewnętrzna 2,6Fr (0,87mm), średnica wewnętrzna 0,021" (0,55mm)		x
4	dystalnie: średnica zewnętrzna 1,8Fr (0,60mm), średnica wewnętrzna 0,018" (0,45mm)		x
5	złoty marker o szerokości 0,7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki		x
6	Dystalne 13 cm elastyczne		x
Cewnik do koronarografii			
WYMAGANE			
1	Średnice 4Fr, 5Fr lub 6Fr, długości 65,80,90,100 lub 110 cm		x
2	dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE, warstwa wewnętrzna utwardzona nylonem		x
3	zbrojony, podwójny oplót stalowy, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na złamanie		x
4	średnica wewnętrzna: 4Fr-0,041", 5Fr-0,047", 6Fr-0,051"		x
5	przepływ kontrastu do 22ml/sek, odporność na wysokie ciśnienia podania do 1000 psi		
6	duży wybór krzywizn, w tym dostępny cewnik prawo-lewy		

ZADANIE 14 - Zestaw do angioplastyki z trudnym dostępem promieniowym, z krętymi, zwapniałymi zmianami i do bifurkacji- KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
DODATKOWE			
1	z otworami bocznymi lub bez		0/5
Cewnik prowadzący hydrofilny			
WYMAGANE			
1	Cewnik prowadzący z pokryciem hydrofilnym za wyjątkiem 7cm w części dystalnej i 25 cm w części proksymalnej		x
2	kontrola trakcji 1:1		x
3	Długość 100 cm, dostępne średnice: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr		x
4	Cewniki 6Fr, 7Fr, 8Fr dostępne z otworami bocznymi		x
5	średnica wewnętrzna cewnika 5Fr-0,058", 6Fr-0,071", 7Fr-0,082", 8Fr-0,091"		
DODATKOWE			
1	cewnik prowadzący posiadający krzywiznę dedykowaną wyłącznie do dostępu promieniowego z przynajmniej 5 różnymi rozmiarami tej krzywizny		0/10
x	x	razem:	0/40

ZADANIE 15 - Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu PFO i ASD – KARTA PARAMETRÓW			
l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnienie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Okludery do zamykania drożnego otworu owalnego (PFO)			
WYMAGANE			
1	Budowa okludera w kształcie dwóch dysków z nitynolu		x
2	Dostępność okludery o średnicach dysku prawo -lewostronnego 18/18, 25/18, 30/25, 35/25 mm		x
3	Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez fabrycznie zamontowane koszulki dostarczające z ultra elastyczną końcówką, elastycznym odcinkiem przejściowym i sztywnym odcinkiem proksymalnym - ułatwiającym pozycjonowanie okludera w przegrodzie o wielkościach : Odpowiednio dla implantów o średnicach dysku prawo - lewostronnego : 18/18, 25/18 mm - koszulka 8 Fr 30/25, 35/25 mm - koszulka 9 Fr		
4	Gwarantowana w trakcie zaplanowanej sesji zamykania ubytków (min. 2 zabiegi) pełna rozmiarówka okludery do każdego zabiegu		
5	W przypadku skomplikowanej anatomii ubytku zapewnienie wsparcia przez przedstawiciela Oferenta oraz obecności proktora przy zaplanowanej sesji zamykania ubytków		
DODATKOWE			
1	Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej)		0/20
Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu II (ASD II)			
WYMAGANE			
1	Budowa okludera w kształcie dwóch dysków z nitynolu		x
2	Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera		x
3	Zakres części środkowej okludera do zamykania ASD od 4 do 40 mm, umożliwiające zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okludery o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 40 mm, okludery o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm		x
4	Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnym, bez rąbka aortalnego		x
5	Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez dedykowane koszulki wprowadzające z ultra elastycznym kablem w części dystalnej, elastycznym odcinkiem przejściowym i sztywnym odcinkiem proksymalnym ułatwiającym pozycjonowanie okludera w przegrodzie o wielkości: dla implantów o średnicach części środkowej od 4 do 10 mm koszulka 6 French od 11 do 17 mm koszulka 7 French od 18 do 19 mm koszulka 8 French od 20 do 24 mm koszulka 9 French od 26 do 30 mm koszulka 10 French od 32 do 40 mm koszulka 12 French		x
6	Gwarantowana w trakcie zaplanowanej sesji zamykania ubytków (min. 2 zabiegi) pełna rozmiarówka okludery do każdego zabiegu		x
7	W przypadku skomplikowanej anatomii ubytku zapewnienie wsparcia przez przedstawiciela Oferenta oraz obecności proktora przy zaplanowanej sesji zamykania ubytków		x
DODATKOWE			
1	Samocentralizacja okludera w ubytku		0/10
Systemy dostarczające i uwalniające okludery			
WYMAGANE			
1	Systemy dostarczające kompatybilne z rodzajem okludera (PFO lub ASD) i jego wielkością oraz z elastyczną końcówką		x
2	Dostępne systemy z koszulkami dostarczającymi o średnicy 8F- 9F dla okludera PFO i 6F-12F dla okludera ASD, do wyboru zamawiającego		x
3	Gwarantowana w trakcie zaplanowanej sesji zamykania ubytków (min.2 zabiegi) pełna rozmiarówka sprzętu niezbędnego do doprowadzenia i uwolnienia odpowiedniego okludera		x
4	W przypadku skomplikowanej anatomii ubytku zapewnienie wsparcia przez przedstawiciela Oferenta oraz obecności proktora przy zaplanowanej sesji zamykania ubytków		x
Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków			
WYMAGANE			
1	Balony z możliwością pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów		x
2	Niski profil		x
3	Rozmiary: 18 mm, 24mm i 34 mm.		x
4	Gwarantowana w trakcie zaplanowanej sesji zamykania ubytków (min.2 zabiegi) pełna rozmiarówka sprzętu niezbędnego do doprowadzenia i uwolnienia odpowiedniego okludera		x
5	W przypadku skomplikowanej anatomii ubytku zapewnienie wsparcia przez przedstawiciela Oferenta oraz obecności proktora przy zaplanowanej sesji zamykania ubytków		x
DODATKOWE			
1	Stabilność po wypełnieniu ubytku		0/10
Prowadnik sztywny do użytku z okluderami			
WYMAGANE			
1	Bardzo sztywny prowadnik typ exchange do użytku z okluderami		x
2	Średnica 0.035 cala		x

ZADANIE 15 - Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu PFO i ASD – KARTA PARAMETRÓW

l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
3	Długość 260 cm		x
4	Końcówka przewodnika 3mm „J”, 1,5mm „J”		x
x	x	razem:	0/40

ZADANIE 16- Zestaw do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej HD (IVUS HD) oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR) oraz materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu – KARTA PARAMETRÓW			
l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Dzierżawa konsoli do IVUS HD kompatybilnej z cewnikiem			
WYMAGANE			
1	Konsola do obrazowania IVUS HD kompatybilna z cewnikiem		x
2	Interaktywna, kompaktowa konsola		x
3	Ekran dotykowy umożliwiający szybkie wykonywanie analiz		x
4	Wysoka rozdzielczość i głębokość penetracji umożliwiająca wizualizację całej ścianki naczynia		x
5	Obrazy światła i ścianek naczyń o wysokiej dokładności, bez konieczności wypłukiwania kontrastu		x
6	Umowa dzierżawy konsoli na czas trwania umowy		
x	x		x
Cewnik HD IVUS kompatybilny z konsolą			
WYMAGANE			
1	Cewnik HD IVUS kompatybilny z konsolą		x
2	głowica mechaniczna 60/40 MHz; dwie częstotliwości na jednym cewniku		x
3	czas trwania impulsu (usec) – 0,034		x
4	rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm		x
5	rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm		x
6	penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm		x
7	prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s		x
DODATKOWE			
1	maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm		0/10
2	separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm		0/10
Dzierżawa konsoli kompatybilnej z Micro Cewnikiem FFR			
WYMAGANE			
1	Konsola kompatybilna z Micro Cewnikiem FFR		x
2	Połączenie pomiędzy cewnikiem i systemem posiada łącze optyczne		x
3	Pochodzące z czujnika sygnały ciśnienia są przetwarzane przez konsolę, która wyświetla w czasie rzeczywistym dane: Pd/ Pa , FFR		x
4	Umowa dzierżawy konsoli na czas trwania umowy		x
x	x		x
Micro Cewnik FFR			
WYMAGANE			
1	Micro Cewnik FFR kompatybilny z konsolą		x
2	Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail z portem RX przeznaczony do użytkowania ze standardowymi przewodnikami o średnicy 0,014 cala (0,36 mm) w naczyniach tętniczych		x
3	długość całkowita 335 cm		x
4	długość robocza 150 cm		x
5	trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej		x
6	trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F (0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego		x
7	profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia		x
8	trzon położony proksymalnie od odcinka monorail o wymiarze 2,4 F umożliwiający stosowanie cewników prowadzących od 5 F		x
DODATKOWE			
1	Znaczniki umieszczone w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego		0/10
2	W czujniku ciśnienia zastosowana optyczna technologia pomiarowa		0/10
x	x		x
Izolowany zbiornik środka kontrastowego kompatybilny z wstrzykiwaczem ACIST			
WYMAGANE			
1	Zestaw ten zawiera: Zbiornik środka kontrastowego 100ml oraz rurki z ostrzem do podłączania do zbiornika kontrastu, z zaciskiem		x
2	Przeznaczony do stosowania ze środkami kontrastowymi o lepkości w zakresie od 4,6 do 26,6cP lub od 1 do 26,6cP		x
3	Przeznaczony do użycia w badaniu do 5 pacjentów		x
x	x		x
Rozgątełniacz odcinający kompatybilny z wstrzykiwaczem ACIST			
WYMAGANE			
1	Zestaw zawiera: rozgątełniacz ze złączami soli fizjologicznej i środka kontrastowego, rurki soli fizjologicznej z ostrzem i strzykawkę ręczną		x
2	Przeznaczony do użytku jednorazowego		x
x	x		x
Kontroler ręczny AngioTouch kompatybilny z wstrzykiwaczem ACIST			
WYMAGANE			
1	Zestaw zawiera: Kontroler ręczny AngioTouch, 3-drożny wysokociśnieniowy kurek odcinający z obrotową końcówką i wysokociśnieniowe przewody najwyższej klasy		x
2	Z 54- lub 65-calowym odcinkiem wysokogatunkowego przewodu środka kontrastowego		x
3	Przeznaczony do użytku jednorazowego		x
x	x		x

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-045 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

razem: 0/40

ZADANIE 17 - Zestaw do koherentnej tomografii optycznej (OCT) oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR) – KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Cewnik do OCT			
WYMAGANE			
1	Cewnik współpracujący z konsolą do OCT, FFR, RFR		x
2	Cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0.014"		x
3	Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr		x
4	Długość użytkowa sondy 135 cm		x
5	Shaft 2.7 Fr		x
6	Przeplukiwany kontrastem		x
7	Dostępne długości pullback 54mm lub 74 mm		x
8	Sensor umieszczony 29 mm od wierzchołka dystalnego		x
9	3 znaczniki rentgenowskie dla lepszego pozycjonowania (na końcu dystalnym, przy soczewce i proksymalnie 50 mm od soczewki)		x
10	W zestawie sterylna, teleskopowa osłona modułu sterującego jednorazową sondą i 3ml zakręcana strzykawka do przeplukiwania		x
DODATKOWE			
1	Markery głębokości 90-100cm		0/5
2	Sonda pokryta warstwą hydrofilną		0/5
Cewnik do OCT do zmian trudnych			
WYMAGANE			
1	Cewnik współpracujący z konsolą do OCT, FFR, RFR		x
2	Cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0.014"		x
3	Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr		x
4	Długość użytkowa sondy 135 cm		x
5	Shaft 2.7 Fr		x
6	Przeplukiwany kontrastem		x
7	Dostępne długości pullback 54mm lub 74 mm		x
8	Crossing profile 0.029"		x
9	Sensor umieszczony 23 mm od wierzchołka dystalnego		x
10	W zestawie sterylna, teleskopowa osłona modułu sterującego jednorazową sondą i 3ml zakręcana strzykawka do przeplukiwania		x
DODATKOWE			
1	znaczniki rentgenowskie dla lepszego pozycjonowania (na końcu dystalnym, przy soczewce i proksymalnie)		0/5
2	Sonda pokryta warstwą hydrofilną		0/5
Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR) i pomiarów fizjologicznych IMR/CRF			
WYMAGANE			
1	Prowadnik do pomiaru FFR współpracujący z konsolą do OCT, FFR, RFR		x
2	Długość przewodnika 175 cm		x
3	Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie przewodnika angioplastycznego typu Balance Middle Weight (BMW)		x
4	Końcówka platynowa dystalna, dobrze widoczna w skopii RTG do manulowanego kształtowania 3 cm		x
5	Sensor ciśnienia umieszczony za znacznikiem rtg		x
6	Prowadnik wyposażony również w 2 sensory termiczne, umożliwiające takie pomiary jak CFR, IMR, jak również spoczynkowy indeks rezerwy wieńcowej, dP/dt		x
7	Prowadnik bezprzewodowy – dane przesyłane z przewodnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej		x
DODATKOWE			
1	Powłoka PTFE na części sztywnej		0/10
2	Powłoka hydrofilna na części elastycznej		0/10
x	x	x	x

ZADANIE 17 - Zestaw do koherentnej tomografii optycznej (OCT) oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR) – KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Dzierżawa konsoli do OCT, FFR i RFR			
WYMAGANE			
1	Konsola kompatybilna z cewnikiem do OCT oraz prowadnikiem do FFR i RFR umożliwiającą ich pomiary i ocenę		x
2	Umowa dzierżawy konsoli na czas trwania umowy		x
3	Dzierżawca dostarczy i zainstaluje mobilne urządzenie do OCT/FFR		
4	Dzierżawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia, przeglądów wymaganych przez producenta, napraw usterek nie zawinionych przez użytkownika oraz aktualizacji oprogramowania i urządzenia do wersji z aktywną korejestracją obrazu angiograficznego.		
Dzierżawa konsoli do pomiaru IMR/CRF			
WYMAGANE			
1	Konsola kompatybilna z prowadnikiem do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR) i pomiarów fizjologicznych IMR/CRF		x
2	Umowa dzierżawy konsoli na czas trwania umowy		x
3	Dzierżawca dostarczy i zainstaluje mobilne urządzenie do pomiarów fizjologicznych serca w tym IMR/CRF		
4	Dzierżawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia, przeglądów wymaganych przez producenta, napraw usterek nie zawinionych przez użytkownika oraz aktualizacji oprogramowania.		
x	x	razem:	0/40

ZADANIE 18 – Zestaw: stentgraft do naczyń wieńcowych, cewnik aspiracyjny i balon pokryty lekiem do PTCA– KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Stentgraft do naczyń wieńcowych			
WYMAGANE			
1	Stent chromowo – kobaltowy pokryty pasywną powłoką z węgla krzemowego		x
2	Dostępne długości: 15; 20; 26 mm.		x
3	Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm		x
4	Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm.) i 6F (4.5 – 5.0 mm.)		x
5	Długość systemu dostarczania 140 cm		x
DODATKOWE			
1	Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione)		0/5
2	Grubość pokrycia 90 µm		0/5
3	Crossing profile 1,19 mm (0,046") dla średnicy 3.0 mm		0/5
4	Różne grubości strułów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej)		0/5
Cewnik aspiracyjny do naczyń wieńcowych i bajpasów wieńcowych			
WYMAGANE			
1	Długość 145 cm		x
2	Dostępny w wersji 6F		x
	Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm		x
	Wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie		x
3	Światło aspiracyjne o średnicy 0,043" dla cewnika 6F		x
4	Strykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą oraz 2 filtry		x
DODATKOWE			
1	Prędkość ekstrakcji wody 1,6 ml/s		0/5
2	Marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki		0/5
Cewnik balonowy do PTCA uwalniający lek			
WYMAGANE			
1	Cewnik balonowy pół-podatny		x
2	Lek: Paclitaxel		x
3	Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate)		x
4	Dawka leku: 3 µg/mm ²		x
5	Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm		x
6	Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm		x
7	Crossing profile: 0,845 mm (0,033") dla cewnika 3,0 mm		
8	Złożenie trójzakładkowe		
9	Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F		
DODATKOWE			
1	Udokumentowane utrzymywanie się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni		0/5
2	Wskazania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach, ostra niedrożność naczyń		0/5
x	x	razem:	0/40

ZADANIE 19 - Zestaw terapeutyczny do PCI (w tym bifurkacji) oraz przezskórnej walwuloplastyki (PTV)- KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Stent DES			
WYMAGANE			
1	stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający Sirolimus		x
2	polimer ulegający biodegradacji		x
3	średnice stentu: 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0mm		x
4	długości stentu: 8;10;12;15;18;22;25;29;34;36;40mm		x
7	Wymagane ciśnienie: nominalne 8 atm, RBP 14 atm		x
DODATKOWE			
1	profil przejścia dla stentu o średnicy 3,0 mm - 0,034"		0/10
x	x	x	x
Stent DES do bifurkacji			
WYMAGANE			
1	stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający Sirolimus dedykowany do bifurkacji		x
2	polimer ulegający biodegradacji		x
3	wykonany w technologii slotted tube		x
4	montowany na balonie wysokociśnieniowym o zróżnicowanej średnicy		x
5	średnica proksymalna od 3,5 mm do 4,5 mm		x
6	średnica dystalna od 2,5 mm do 3,75 mm		x
DODATKOWE			
1	system doprowadzający wykorzystujący jeden przewodnik, 3 markery pozycjonujące		0/5
2	długość: 16, 19, 24 mm		0/5
Cewnik balonowy do przezskórnej walwuloplastyki (PTV)			
WYMAGANE			
1	Długość balonu 40,45,50,60mm		x
2	Długość cewnika 110 cm		
3	Dostępne średnice 15,18,20,23,25,28,30,35mm		x
4	Ciśnienie rozprężania do 6 atm.		x
5	Kompatybilne z przewodnikiem 0.035"- 0,038"		x
DODATKOWE			
1	Atraumatyczna końcówka		0/5
2	W ofercie dostępne balony pediatryczne		0/5
Introduktor do tętnicy promieniowej			
WYMAGANE			
1	Kaniuła 21G/38mm (dla rozmiaru od 5F) ,odporna na złamania i zagięcia		x
2	Dostępne długości : 7cm, 11cm, 23cm		x
3	Dostępne średnice 3F-7F		x
4	Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką		x
5	Niezmiennność światła na całej długości		x
6	Mikroprzewodnik 0.18" x 45 cm o budowie hybrydowej (proksymalnie gładki, dystalnie z opłotem, miękka końcówka)		x
7	Dostępne dwie krzywizny : prosta i J (45 stopni)		x

ZADANIE 19 - Zestaw terapeutyczny do PCI (w tym bifurkacji) oraz przezskórnej walwuloplastyki (PTV)- KARTA PARAMETRÓW			
l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
DODATKOWE			
1	Możliwość zamówienia introduktora z powłoką hydrofilną i markerem na końcu dystalnym		0/10
Cewnik balonowy typu non-compliant			
WYMAGANE			
1	długości 8,10,12,15,18,20,25 mm		x
2	Średnice 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,0 mm,		x
3	ciśnienie nominalne 12 atm.		x
4	RBP 20 atm.		x
x	x	razem:	0/40

Wojnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 20 - Cewnik balonowy do kontrapulsacji - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Cewnik balonowy do kontrapulsacji			
WYMAGANE			
1	Balon do kontrapulsacji światłowodowy kompatybilny z pompą Maquet *		x
2	pojemność 40cc na cewniku 7,5Fr dla pacjentów o wzroście powyżej 152cm		x
3	pojemność 50cc na cewniku 8Fr dla pacjentów o wzroście powyżej 162cm		x
4	konstrukcja membrany balonu typu „folded designe”		x
DODATKOWE			
1	dostępne w ofercie 5 różnych pojemności		0/10
2	2 markery RTG na końcach balonu		0/10
3	kanał centralny o średnicy 0,027		0/10
4	zestaw do wprowadzania metodą bezkoszulkową lub z koszulką		0/10
x	x	razem:	0/40
<p>* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany wyrób medyczny wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.</p>			

Jolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 21 - Zestaw : system oszczędzający kontrast, balon pokryty lekiem do PTCA oraz balon nacinająco-pozycjonujący - KARTA PARAMETRÓW			
l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Kolec do nakłuwania butelek z kontrastem			
WYMAGANE			
1	końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową typu Safesite zabezpieczoną koreczkiem		x
2	zintegrowany koreczek zabezpieczający przed skażeniem		x
3	możliwość zastosowania do kilku badań angiograficznych		x
4	długość zestawu 15 cm		x
Dren do kontrastu z zastawką bezzwrotną			
WYMAGANE			
1	dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec do kontrastu z rampą		x
2	duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykającej przepływ kontrastu (zabezpiecza przed skażeniem przez mikroorganizmy)		x
3	duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu		x
4	końcówka męsko – męska z adapterem rotacyjnym		x
5	długość 200 cm		
Cewnik balonowy do PTCA uwalniający lek			
WYMAGANE			
1	balon składany czteropunktowo		x
2	substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym		x
3	brak powłoki polimerowej		x
4	wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm		x
5	minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm (min. 7 długości)		x
6	profil wejścia do zmiany 0,016"		x
7	shaft proksymalny 1,9F dla wszystkich rozmiarów		
8	shaft dystalny 2,5F dla wszystkich rozmiarów		
9	ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm		
DODATKOWE			
1	Udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwplatek w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 4 tygodnie potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo		0/10
2	Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 wielośrodkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu ISR		0/10
Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący			
WYMAGANE			
1	Zaopatrzone w trzy elementy nacinająco-pozycjonujące przymocowane proksymalnie i dystalnie do balonu		x
2	Konstrukcja balonu przystosowana do wykonywania wielu inflacji i deflacji w zależności od długości zmiany		x
3	Szaft proksymalny 2,2F, szaft dystalny 2,7 F		x
4	Ciśnienie nominalne 6 atm., RBP 14 atm		x
5	Długość balonu 13 mm, śr. 2,0-4,0 mm		x
6	Kompatybilny z przewodnikiem 0,014"		x
DODATKOWE			
1	Co najmniej jedno randomizowane badanie kliniczne wykazujące znacznie niższe wskaźniki zdarzeń niż konwencjonalne POBA		0/10
2	minimum 7 rozmiarów		0/10
x	x	razem:	0/40

ZADANIE 22- Zestaw : Urządzenie do zamykania miejsc dostępu o dużych średnicach na tętnicy udowej, cewnik przedłużający oraz mikrocewnik dwuświatłowy - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Urządzenie do zamykania miejsc dostępu o dużych średnicach na tętnicy udowej			
WYMAGANE			
1	Urządzenie o średnicy 14F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 10-14F		x
2	Urządzenie o średnicy 18F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15-18F		x
3	Hemostaza osiągalna za pomocą opatrunku „kanapkowego” kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej stymulacji procesu koagulacji dzięki obecności kolagenu		x
4	Blokada zamykająca powinna zawierać wchłanialny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłaniального polimeru		x
5	Wszystkie elementy blokady zamykającej połączone na trwale niewchłaniальnym szwem		x
6	Czas wchłaniania polimeru 6 miesięcy		x
Cewnik przedłużający			
WYMAGANE			
1	Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego		x
2	Długość robocza 150 cm, długość części wspierającej – 25 cm, długość ryny wprowadzającej (typu half pipe) – 17 cm plus 2 cm zagięte do kąta 200° przed wejściem do wlotu Rx.		x
3	Znaczniki cieniujące – 2 mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx, znaczniki pozycjonujące 95 (pojedynczy) i 105 cm (podwójny) od dystalnego końca cewnika.		x
4	Dostępne średnice: 5F; 5,5F; 6F; 7F; 8F		x
5	Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,046" dla 5F, 0,051" dla 5,5F; 0,056" dla 6F; 0,062" dla 7F; 0,071" dla 8F		x
DODATKOWE			
1	Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem		0/10
2	Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, silikonowany bez powłoki hydrofilnej.		0/20
Mikrocewnik o podwójnym świetle			
WYMAGANE			
1	Mikrocewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014"		x
2	Długość 135cm		x
3	Mikrocewnik o podwójnym świetle, Rx oraz OTW		x
4	Zagięty pod kątem 10 stopni port wyjściowy kanału OTW		x
5	Średnica zewnętrzna podwójnego kanału 3,5F oraz średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 2,1F		x
6	Powłoka hydrofilna na dystalnych 25 cm		x
DODATKOWE			
1	Mikrocewnik zaopatrzony w dwa nieosiowe znaczniki radiocieniujące 1 mm od ujścia portu Rx i 1,5 mm od ujścia portu OTW oraz dwa znaczniki pozycjonujące 95 cm (pojedynczy) i 105 cm (podwójny) od końcówki dystalnej		0/10
x	x	razem:	0/40

Wojniński Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 00632038
KRS: 0000040364

ZADANIE 23- Cewnik do termodylucji do pomiaru ciśnień wewnątrz serca (Swan-Ganz) - KARTA PARAMETRÓW			
I.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Cewnik do termodylucji do pomiaru ciśnień wewnątrz serca (Swan-Ganz)			
WYMAGANE			
1	Cewnik termodylucyjny przeznaczony do pomiarów rzutu serca, ciśnień wewnątrzsercowych (RAP,PAP,PCWP), pobierania krwi, ciągłego monitorowania temperatury w tętnicy płucnej		x
2	Średnica 7F		x
3	Długość 110cm		x
4	Cewnik czteroświatłowy, w tym jedno zakończone balonem		x
5	Możliwość wprowadzania bez konieczności użycia fluoroskopii		x
DODATKOWE			
1	Dostępny cewnik o średnicy 5F		0/20
2	Dostępny cewnik pięćświatłowy		0/20
x	x	razem:	0/40

ZADANIE 24- Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej (termistor) - KARTA PARAMETRÓW			
i.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej (termistor)			
WYMAGANE			
1	Czujnik do pomiaru temperatury kompatybilny z zestawem do monitorowania hemodynamicznego w angiografii Azurion Clarity firmy Phillips		x
2	Czujnik do pomiaru temperatury kompatybilny z zestawem do monitorowania hemodynamicznego PICCO na sali intensywnego nadzoru kardiologicznego		x
x	x	x	x

Wrocławski Szpital Specjalistyczny im. F. Marciniaka
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 8992228560, REGON: 006320384
 KRS: 0000040364

ZADANIE 25 Elektroda do czasowej stymulacji przezskórznej - KARTA PARAMETRÓW

l.p.	parametry techniczne	miejsce oferty, na którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru	punkty za parametry dodatkowe
1. Elektroda do czasowej stymulacji przezskórznej			
PARAMETRY WYMAGANE			
1	Dostępne średnice cewnika 5F, 6F	x	x
2	Prosta lub zagięta końcówka do wyboru zamawiającego	x	x
3	Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia*	x	x
PARAMETRY DODATKOWE			
1	Dostępna wersja z miękką końcówką		0/20
<p>* Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany wyrób medyczny wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”.</p>			

Wrocław, Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

WZÓR UMOWY I
Umowa Nr .../.../23 DOSTAWA / DZIERŻAWA Z DEPOZYTEM
(Dotyczy: Zadania 1)

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,
który reprezentuje:

- 1)
 - 2)
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....

który reprezentuje:

- 1)
 - 2)
- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiający i Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp.
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/822/411-02/23.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa dotyczy dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki – Zadanie 1, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest także do zdeponowania u Zamawiającego wyrobów w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również dzierżawa sprzętu, określonego w załączniku nr 2 do umowy tzn. takiego który umożliwia użycie przez Zamawiającego wyrobów bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail: Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania sprzedaży zaofiarowanych wyrobów medycznych do hemodynamiki z uwzględnieniem prawa opcji. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywana, dotyczących dostaw/usług przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w Załączniku nr 1, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zgodnie z powyższym wartością prawa opcji

będzie iloczyn ilości objętych prawem opcji i cen wskazanych w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości zamówienia podstawowego wykazanych w Załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do ich zrealizowania. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Warunki dzierżawy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu kompletnego sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, do wykonywania zabiegów operacyjnych przy zastosowaniu dostarczonych wyrobów.
2. Kompletny sprzęt powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego i zdeponowany u Zamawiającego nie później niż w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, do siedziby Zamawiającego i zdeponowany. Postanowienia § 5 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio.
3. Kompletny sprzęt zostanie zwrócony Wykonawcy chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
4. Kompletny sprzęt zostanie zwrócony w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji.

§ 5.

Warunki depozytu

1. Wyroby, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, powinny być dostarczone i zdeponowane u Zamawiającego nie później niż w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie wyrobów Zamawiającemu nastąpi w godzinach 07:00-14:30, w dzień roboczy od poniedziałku do piątku i potwierdzone zostanie przez przedstawicieli obu stron, tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pracownika Oddziału Kardiologicznego i pracownika Apteki Szpitalnej, sporządzonym w formie pisemnej protokołem zdawczo – odbiorczym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wyrobów z odpowiednim terminem ważności do użycia, w tym do wymiany wyrobów na nowe w sytuacji, gdy zbyt krótki okres ważności uniemożliwiłby ich wykorzystanie przez Zamawiającego w czasie trwania niniejszej umowy.
4. Wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu operacyjnego zdeponowanych wyrobów oznacza ich zakup przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia depozytu o wykorzystane wyroby, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie do 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zastosowanie znajdują wówczas postanowienia § 3 ust. 4 - 7 umowy.
6. W momencie, gdy Zamawiający wykorzysta całą ilość wyrobów, określonych w § 2 ust. 1 umowy, przewidzianą w umowie dla poszczególnej pozycji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz nieuzupełniania danego wyrobu w depozycie oraz odbioru niewykorzystanych wyrobów, zgodnie z ust. 7.
7. W terminie do 5 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego wyroby z depozytu. Zastosowanie znajdują postanowienia ust. 2 powyżej. Pozostawienie przez Wykonawcę po tym terminie wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za ich utratę oraz nie może być podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym żądania zapłaty ceny.

§ 6.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: - w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaoferowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu oraz zapewnić wsparcie techniczne przez przedstawiciela Wykonawcy oraz obecności proktora przy każdym zabiegu przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby medyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych.
5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
6. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do

podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).

- Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności zapoznał się z dokumentacją postępowania oraz znane są mu założenia i oczekiwania Zamawiającego wobec przedmiotu umowy.

§ 7.

Warunki zakupu zastępczego

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów i/lub uzupełnieniu depozytu we wskazanym w § 3 ust 2 umowy/ § 5 ust 5 umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze) wraz z dzierżawą sprzętu wskazaną w § 2 ust 3 niniejszej umowy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
- W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 8.

Składniki umowy

- Integralną częścią niniejszej umowy są:
 - załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy.
 - załącznik nr 2 – Wykaz dzierżawionego sprzętu
 - załącznik nr 3 – Karta Parametrów

§ 9.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (24 m-ce)

§ 10.

Wartość umowy

- Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
- Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres 6 miesięcy obowiązywania umowy.
- Stołość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
- W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 11.

Regulowanie należności

- Należność wskazana w § 10 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
- Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
- W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
- Za wyroby zdeponowane u Zamawiającego, w przypadku ich użycia, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zużyte wyroby.
- Za dzierżawę kompletnego sprzętu Wykonawca wystawi ostatniego dnia każdego miesiąca fakturę w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, a Zamawiający płacić będzie Wykonawcy opłatę w cyklu miesięcznym w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy, przelewem na konto bankowe Wykonawcy, wskazane w ust. 1 powyżej, w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

6. W przypadku gdy przedmiot umowy objęty dzierżawą wykonywany jest tylko przez część miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ustala się jako iloczyn 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za usługę dzierżawy, o której mowa w ust. 5 i liczby dni świadczonej usługi
7. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.
8. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 12.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 13.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następane Kodeksu cywilnego.
6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 15.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych zawartych w § 3 ust. 2 i § 6 ust. 1 umowy;
 - 4) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 14 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego umową;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji wyrobu będącego przedmiotem umowy;
 - 4) obiektywnej niemożności dostarczenia Zamawiającemu wyrobu będącego przedmiotem niniejszej umowy, spowodowanej tymczasową niedostępnością oferowanego wyrobu w obrocie, w szczególności w wyniku przerwy w produkcji lub braku dostępności na rynku.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 9, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za

pracę albo stawki godzinowej, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46) w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

8. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
 - 1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
 - 2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy.
9. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 10 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
 - 1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,
 - 2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:
 - a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,
 - b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnień/ zwłoki.
 - 3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy w zakresie waloryzacji, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
11. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
12. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-12, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 16.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a. Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - b. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawnymi określonymi;
 - c. Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 13 umowy;
 - d. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 - e. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i

dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 17.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2, oraz w § 4 ust. 2, § 5 ust. 5 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 5 ust. 1, § 6 ust. 3 i ust. 4 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 10 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2. Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 20% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 10 ust. 1.
3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 18.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1233).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 19.

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w tym w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

§ 20.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem umowy przepisy

§ 22.

Postanowienia końcowe

1. Umowa realizowana jest także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240).
2. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364



WZÓR UMOWY II
Umowa Nr .../.../23 DOSTAWA
(Dotyczy: Zadań: 2,3,4,5,8,9,10,12,13,15,18,20,21,22,23,24,25)

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,
który reprezentuje:

- 1)
 - 2)
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

.....

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiający i Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp.
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/822/411-02/23.

§ 2.

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki – Zadanie, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail: Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania sprzedaży zaoferowanych wyrobów medycznych do hemodynamiki z uwzględnieniem prawa opcji. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w Załączniku nr 1, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zgodnie z powyższym wartością prawa opcji będzie iloczyn ilości objętych prawem opcji i cen wskazanych w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości zamówienia podstawowego wykazanych w Załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do ich zrealizowania. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji,

a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzeniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaofiarowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu oraz zapewnić wsparcie techniczne przez przedstawiciela Wykonawcy oraz obecności proktora przy każdym zabiegu przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby medyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych.
5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
6. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).
7. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności zapoznał się z dokumentacją postępowania oraz znane są mu założenia i oczekiwania Zamawiającego wobec przedmiotu umowy.

§ 5.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust 2 umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 6.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy są:
 - 1) załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy,
 - 2) załącznik nr 2 – Karta Parametrów.

§ 7.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (24 m-ce)

§ 8.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres 6 miesięcy obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 9.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 8 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr

w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.
5. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 10.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 11.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następane Kodeksu cywilnego.
6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 13.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych zawartych w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 umowy;
 - 4) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 12 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego umową;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji wyrobu będącego przedmiotem umowy;
 - 4) obiektywnej niemożności dostarczenia Zamawiającemu wyrobu będącego przedmiotem niniejszej umowy, spowodowanej tymczasową niedostępnością oferowanego wyrobu w obrocie, w szczególności w wyniku przerwy w produkcji lub braku dostępności na rynku.

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaofiarowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo stawki godzinowej, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46) w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.
8. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
 - 1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
 - 2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy.
9. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 8 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
 - 1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,
 - 2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:
 - a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,
 - b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnień/zwłoki.
 - 3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy w zakresie waloryzacji, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
11. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
12. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-12, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 14.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a. Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - b. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - c. Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 11 umowy;
 - d. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Warunków Zamówienia;

- e. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
 3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 15.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 i ust. 4 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2. Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 20% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 8 ust. 1.
3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 16.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1233).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 17.

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w tym w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

§ 18.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 19.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem umowy przepisy

§ 20.

Postanowienia końcowe

1. Umowa realizowana jest także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240).
2. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

wojnościński Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364



WZÓR UMOWY III
Umowa Nr .../.../23 DOSTAWA / DEPOZYT
(Dotyczy: Zadań: 6. 7. 14. 19)

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,
który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiający i Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp.
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/822/411-02/23.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa dotyczy dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki – Zadanie, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest także do zdeponowania u Zamawiającego wyrobów w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do **3 dni roboczych** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail: Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania sprzedaży zaoferowanych wyrobów medycznych do hemodynamiki z uwzględnieniem prawa opcji. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywana, dotyczących dostaw/usług przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w Załączniku nr 1, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zgodnie z powyższym wartością prawa opcji będzie iloczyn ilości objętych prawem opcji i cen wskazanych w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości zamówienia podstawowego wykazanych w Załączniku nr 1,

przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do ich zrealizowania. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Warunki depozytu

1. Wyroby, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, powinny być dostarczone i zdeponowane u Zamawiającego nie później niż w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie wyrobów Zamawiającemu nastąpi w godzinach 07:00-14:30, w dzień roboczy od poniedziałku do piątku i potwierdzone zostanie przez przedstawicieli obu stron, tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pracownika Oddziału Kardiologicznego i pracownika Apteki Szpitalnej, sporządzonym w formie pisemnej protokołem zdawczo – odbiorczym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wyrobów z odpowiednim terminem ważności do użycia, w tym do wymiany wyrobów na nowe w sytuacji, gdy zbyt krótki okres ważności uniemożliwiłby ich wykorzystanie przez Zamawiającego w czasie trwania niniejszej umowy.
4. Wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu operacyjnego zdeponowanych wyrobów oznacza ich zakup przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia depozytu o wykorzystane wyroby, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie do 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zastosowanie znajdują wówczas postanowienia § 3 ust. 4 - 7 umowy.
6. W momencie, gdy Zamawiający wykorzysta całą ilość wyrobów, określonych w § 2 ust. 1 umowy, przewidzianą w umowie dla poszczególnej pozycji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz niezupelniania danego wyrobu w depozycie oraz odbioru niewykorzystanych wyrobów, zgodnie z ust. 7.
7. W terminie do 5 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego wyroby z depozytu. Zastosowanie znajdują postanowienia ust. 2 powyżej. Pozostawienie przez Wykonawcę po tym terminie wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za ich utratę oraz nie może być podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym żądania zapłaty ceny.

§ 5.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: - w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaoferowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu oraz zapewnić wsparcie techniczne przez przedstawiciela Wykonawcy oraz obecności proktora przy każdym zabiegu przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby medyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych.
5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
6. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).
7. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności zapoznał się z dokumentacją postępowania oraz znane są mu założenia i oczekiwania Zamawiającego wobec przedmiotu umowy.

§ 6.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów i/lub uzupełnieniu depozytu we wskazanym w § 3 ust 2 umowy/ § 4 ust 5 umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem

zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 7.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy są:
 - 1) załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy.
 - 2) załącznik nr 2 – Wykaz dzierżawionego sprzętu
 - 2) załącznik nr 3 – Karta Parametrów

§ 8.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (24 m-ce)

§ 9.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres 6 miesięcy obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 10.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 9 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
4. Za wyroby zdeponowane u Zamawiającego, w przypadku ich użycia, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zużyte wyroby.
5. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.
6. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 11.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 12.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona

jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).

3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następane Kodeksu cywilnego.
6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 14.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych zawartych w § 3 ust. 2 i § 5 ust. 1 umowy;
 - 4) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 13 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego umową;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji wyrobu będącego przedmiotem umowy;
 - 4) obiektywnej niemożności dostarczenia Zamawiającemu wyrobu będącego przedmiotem niniejszej umowy, spowodowanej tymczasową niedostępnością oferowanego wyrobu w obrocie, w szczególności w wyniku przerwy w produkcji lub braku dostępności na rynku.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo stawki godzinowej, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46) w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.
8. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
 - 1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
 - 2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy.
9. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 9 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
 - 1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,
 - 2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji

określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:

- a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,
 - b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki.
- 3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy w zakresie waloryzacji, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
11. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
12. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-12, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 15.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a. Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - b. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - c. Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 12 umowy;
 - d. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 - e. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 16.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, poczynawszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 1, § 5 ust. 3 i ust. 4 umowy, poczynawszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2. Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 20% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 9 ust. 1.
3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 17.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1233).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 18.

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w tym w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

§ 19.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem umowy przepisy

§ 21.

Postanowienia końcowe

1. Umowa realizowana jest także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240).
2. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

WZÓR UMOWY IV
Umowa Nr .../.../23 DOSTAWA / DZIERŻAWA
(Dotyczy: Zadań: 11, 16, 17)

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,
który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiający i Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp.
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/822/411-02/23.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa dotyczy dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki – Zadanie, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również dzierżawa sprzętu, określonego w załączniku nr 2 do umowy tzn. takiego który umożliwi użycie przez Zamawiającego wyrobów bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do **3 dni roboczych** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail: Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania sprzedaży zaoferowanych wyrobów medycznych do hemodynamiki z uwzględnieniem prawa opcji. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywana, dotyczących dostaw/usług przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w Załączniku nr 1, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zgodnie z powyższym wartością prawa opcji będzie iloczyn ilości objętych prawem opcji i cen wskazanych w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości zamówienia podstawowego wykazanych w Załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do ich zrealizowania. Do zamówień objętych

prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzeniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Warunki dzierżawy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu kompletnego sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, do wykonywania zabiegów operacyjnych przy zastosowaniu dostarczonych wyrobów.
2. Kompletny sprzęt powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego i zdeponowany u Zamawiającego nie później niż w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, do siedziby Zamawiającego i zdeponowany.
3. Kompletny sprzęt zostanie zwrócony Wykonawcy chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
4. Kompletny sprzęt zostanie zwrócony w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji.

§ 5.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić nie więcej niż 3 szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii używania (zastosowania) zaoferowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu oraz zapewnić wsparcie techniczne przez przedstawiciela Wykonawcy oraz obecności proktora przy każdym zabiegu przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby medyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych.
5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
6. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).
7. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności zapoznał się z dokumentacją postępowania oraz znane są mu założenia i oczekiwania Zamawiającego wobec przedmiotu umowy.

§ 6.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust 2 umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze) wraz z dzierżawą sprzętu wskazaną w § 2 ust 2 niniejszej umowy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 7.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy są:
 - 1) załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy.
 - 2) załącznik nr 2 – Wykaz dzierżawionego sprzętu
 - 2) załącznik nr 3 – Karta Parametrów

§ 8.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (24 m-ce)

§ 9.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres 6 miesięcy obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 10.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 9 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
4. Za dzierżawę kompletnego sprzętu Wykonawca wystawi ostatniego dnia każdego miesiąca fakturę w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, a Zamawiający płacić będzie Wykonawcy opłatę w cyklu miesięcznym w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy, przelewem na konto bankowe Wykonawcy, wskazane w ust. 1 powyżej, w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. W przypadku gdy przedmiot umowy objęty dzierżawą wykonywany jest tylko przez część miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ustala się jako iloczyn 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za usługę dzierżawy, o której mowa w ust. 5 i liczby dni świadczonej usługi
6. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.
7. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 11.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 12.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego.
6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 14.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych zawartych w § 3 ust. 2 i § 5 ust. 1 umowy;
 - 4) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 13 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego umową;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji wyrobu będącego przedmiotem umowy;
 - 4) obiektywnej niemożności dostarczenia Zamawiającemu wyrobu będącego przedmiotem niniejszej umowy, spowodowanej tymczasową niedostępnością oferowanego wyrobu w obrocie, w szczególności w wyniku przerwy w produkcji lub braku dostępności na rynku.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo stawki godzinowej, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46) w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.
8. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
 - 1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
 - 2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy.
9. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 9 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
 - 1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,
 - 2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:
 - a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,
 - b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki.
- 3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1%

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy w zakresie waloryzacji, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
11. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
12. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-12, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 15.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a. Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - b. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - c. Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 12 umowy;
 - d. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 - e. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 16.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2, oraz w § 4 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 5 ust. 3 i ust. 4 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2. Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 20% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 9 ust. 1.
3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 17.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1233).

2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 18.

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w tym w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

§ 19.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem umowy przepisy

§ 21.

Postanowienia końcowe

1. Umowa realizowana jest także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240).
2. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Wykaz wydzierżawionych urządzeń

L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (uwagi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	-
ZADANIE 1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Konsola Rotablator		szt.	1								
ZADANIE 11		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	System do pomiaru IVUS/FFR, system do korekcji obrazu		szt.	1								
ZADANIE 16		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Konsola do IVUS HD		szt.	1								
2	Konsola kompatybilna z Micro Cewnikiem FFR		szt.	1								
ZADANIE 17		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Konsola do OCT, FFR i RFR											
2	Konsola do pomiaru IMR/CRF											

UWAGA!

Wydzierżawione sprzęty, zostaną zwrócone Wykonawcy w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z ich normalnej eksploatacji, po zakończeniu niniejszej umowy lub po wyczerpaniu asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

Należy podać wartość handlową wydzierżawianego sprzętu

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer data strona

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ³	Odpowiedź:
Nazwa:	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	EZ/822/411-02/23

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸; czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] [.....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie:</p> <p>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</p> <p>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Rodzaj uczestnictwa:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami¹¹?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p>

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

¹²

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.



D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

<p>W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. udział w organizacji przestępczej¹³; 2. korupcja¹⁴; 3. nadużycie finansowe¹⁵; 4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁶ 5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁷ 6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁸. 	
<p>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]¹⁹</p>
<p>Jeżeli tak, proszę podać²⁰:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-</p>

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 te samej decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

ustalone w wyroku:	y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie“)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

<p>28) Czy wykonawca jest w stanie przedstawić dowody na to, że nie jest w stanie wykonać zamówienia w terminie i w sposób satysfakcjonujący? Jeśli tak, proszę podać szczegóły w formie elektronicznej lub papierowej.</p>	<p>Jeżeli tak, proszę podać szczegóły w formie elektronicznej lub papierowej: [---]</p> <p>Jeżeli nie, proszę podać dowody: [---]</p>
<p>29) Czy wykonawca jest winny poważnego wykroczenia zawodowego?²⁹ Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat.</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[---]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [---]</p>
<p>30) Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat.</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>31) Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat.</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[---]</p>
<p>32) Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat.</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>33) Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat.</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[---]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [---]</p>

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazanych w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.



C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>15) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zrealizowanego wykonania i rezultatu w odniesieniu do następujących robot budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej proszę wskazać:</p>	<p>Liczba zamówień tego rodzaju wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: [---] Roboty budowlane: [---] adres internetowy wydawcy urzad lub organu: [---] adres dane referencyjne dokumentacji: [---]</p>								
<p>16) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub świadczył następujące główne usługi określonego rodzaju. Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców zarówno publicznych jak i prywatnych⁴⁰.</p>	<p>Liczba lat okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: [---]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹ w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości. W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[---] [---]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[---]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[---]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p>								

³⁸ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

6) Wymagawca doczekał na przeprowadzenie kontroli ⁴² ewentualnie zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych nie w czasie konieczności także dostępnymi środkami naukowymi i badawczymi i tak również środków kontroli jakości.	
6) –Kontynuującymi wykształceniami i kwalifikacjami zawodowymi (egzaminacje etc. etc.) samo- lub ogólnie lub wyjątkowo lub 6) –liczebność na wymagów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia – z tego kadra –liczebność-	6) (.....) 6) (.....)
7) Planując realizację zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego-	(.....)
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia w wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok – średnie roczne zatrudnienie – (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) Rok – liczebność kadry kierowniczej – (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....)
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia-	(.....)
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy- Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być ostateczne i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać-	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie adres internetowy – wydający urząd lub organ – dokładne dane referencyjne dokumentacji – (.....) (.....) (.....)
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy- Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytucje lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).



<p>Czy wykonawca posiada lub zamierza wykonać zapewnienie jakości i/lub normę zarządzania środowiskowego w stosownym zakresie lub dokumentację zapewnienia?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego – wskazać jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione.</p> <p>Jeżeli odnośnie dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać</p>	<p>____</p> <p>adres internetowy – wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji: _____</p>
---	---

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy – zapewniania – jakości – i – normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego – określić jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewnienia jakości mogą zostać przedstawione. Jeżeli odnośnie dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>_____</p> <p>adres internetowy – wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji: _____</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego – określić jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione.</p> <p>Jeżeli odnośnie dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>_____</p> <p>adres internetowy – wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji: _____</p>



Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁵</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[...]⁴⁶</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Wojniński szpital Specjalistyczny im. F. Marchińskiego
 - Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
 54-049 Wrocław
 NIP: 882 220 0000 KRS: 005321131



Wykonawca:

.....
.....
.....
(Pełna nazwa, adres, NIP, Regon)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE WYMAGAŃ W ZAKRESIE OFEROWANYCH DOSTAW

składane na podstawie art. 106 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm. dalej jako: ustawa Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki

prowadzonego przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Data, kwalifikowany podpis elektroniczny

Wykonawca:

.....

.....

.....

(Pełna nazwa, adres, NIP, Regon)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE WYROBÓW MEDYCZNYCH

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki

prowowanego przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że oferowane w **Zadaniu** wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP.

Oświadczam, iż na każde pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuję się do przedłożenia, w terminie określonym w żądaniu, oświadczeń/dokumentów potwierdzających powyższe oświadczenie.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Data, kwalifikowany podpis elektroniczny

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

Wykonawca:

.....
.....
.....
(Pełna nazwa, adres, NIP, Regon)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki

Oświadczam, że:

1. **NIE NALEŻĘ** z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp*

2. **NALEŻĘ** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami*:

- a.
b.

W przypadku zaistnienia okoliczności z pkt 2 Wykonawca wraz z oświadczeniem przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

*niepotrzebne skreślić

** (jeżeli dotyczy)

.....
Data, kwalifikowany podpis elektroniczny

UWAGA:

1. Oświadczenie należy **złożyć na wezwanie** Zamawiającego zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp – niniejszego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą lub samodzielnie uzupełniać bez wezwania Zamawiającego.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca:

.....
.....
.....

(Pełna nazwa, adres, NIP, Regon)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. dalej jako: ustawa Pzp)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki

Oświadczam, że:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

a także przesłanek wykluczenia określonych w Rozdziale V pkt 2B SWZ, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w Rozdziale V pkt 2A SWZ wynikających z przepisów art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 2022/576

są nadal aktualne.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

UWAGA:

1. Oświadczenie należy **złożyć na wezwanie** Zamawiającego zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp – niniejszego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą lub samodzielnie uzupełniać bez wezwania Zamawiającego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Umiejscowski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000010364

Wykonawca:

.....
.....
.....
(Pełna nazwa, adres, NIP, Regon)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ Z ART. 5K
ROZPORZĄDZENIA 833/2014**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki

prowadzonego przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie:
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

.....
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

.....
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

Podmiot udostępniający zasoby:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ Z ART. 5K
ROZPORZĄDZENIA 833/2014

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki

prowadzonego przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum
Medycyny Ratunkowej, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIĄJĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.³

³ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- f) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).⁴

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

.....
.....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

.....
.....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Polski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON
006320384

który reprezentuje:

1.
2.

- zwanym dalej „Zamawiającym”
a

.....

który reprezentuje:

.....

- zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

Zwanymi dalej „Stroną” lub „Stronami”

Zważywszy, że w dniu Strony zawarły umowę
(zwaną dalej: **Umową Główną**), Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę powierzenia
przetwarzania danych, (zwaną dalej: **Umową**), o następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – zwanej dalej: **RODO**).
2. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze regulacje Stron w obszarze ochrony danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy Głównej, co dotyczy również przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy Głównej oraz wykonania pozostałych operacji przetwarzania danych osobowych wskazanych w Umowie, nieobjętych wprost przedmiotem Umowy Głównej.
4. Zapisów ust. 3. powyżej nie stosuje się, jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Wykonawcę przepisy prawa. W takiej sytuacji Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 2

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 RODO, dalej wskazane dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej.
4. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe następujących kategorii osób:....., które Zamawiający przetwarza jako administrator lub jako podmiot przetwarzający w przypadku posiadania uprawnienia do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Wykonawca może przetwarzać następujące dane osobowe:..... Na danych tych będą wykonywane następujące operacje:.....
6. Zamawiający oświadcza, że charakter danych osobowych powierzanych Umową obejmuje/nie obejmuje szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO lub dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, w rozumieniu art. 10 RODO.

§ 3

1. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszej Umowie, w szczególności do:
 - 1) przeprowadzania bezpośredniej kontroli przetwarzania danych osobowych w siedzibie Wykonawcy i innych miejscach, w których następuje przetwarzanie danych osobowych będące przedmiotem niniejszej Umowy;
 - 2) zlecenia podmiotom zewnętrznym prowadzenia kontroli warunków przetwarzania danych osobowych.
2. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Wykonawca upoważniony jest odmówić przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenia czynności kontrolnych, jeżeli pojawią się oni w siedzibie Wykonawcy bez zawiadomienia, lub po zawiadomieniu, które nie uwzględnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do przeprowadzania czynności kontrolnych zobowiązani są powstrzymać się od działań mogących doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych innych niż będące przedmiotem niniejszej Umowy.
4. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia nałożonych na niego Umową zobowiązań.
5. Uprawnienia określone w ust. 1-4 powyżej przysługują Zamawiającemu odpowiednio w stosunku do Podmiotów podpowierzenia, o których mowa § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę przetwarzania danych Podmiotom podpowierzenia.
6. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 2 powyżej, Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia i posiadania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującym prawem, stanem wiedzy technicznej oraz charakterem, zakresem, kontekstem i celem przetwarzania.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zakres wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych przed podpisaniem niniejszej umowy oraz po jej zawarciu na każde żądanie Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (zwany dalej: „Rejestrem”), dokonywanych w imieniu Zamawiającego, w przypadku obowiązku prowadzenia takiego rejestru wynikającego z art. 30 ust. 5 RODO.

§ 6

1. Zamawiający nie wyraża ogólnej zgody, aby Wykonawca powierzył dalej przetwarzanie danych osobowych (dalej jako: **Podpowierzenie**) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy podmiotowi trzeciemu (dalej jako: **Podmiot podpowierzenia**). Wykonawca o każdym zamiarze Podpowierzenia danych osobowych poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający może w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go przez Wykonawcę, zgłosić sprzeciw wobec Podpowierzenia. W przypadku zgody Zamawiającego na Podpowierzenie, Wykonawca w umowie Podpowierzenia zobowiązuje Podmiot podpowierzenia przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, stosownie do przepisów, o których mowa w art. 32 RODO. Środki techniczne i organizacyjne podjęte przez Podmiot podpowierzenia powinny zapewniać ten sam lub wyższy stopień bezpieczeństwa co środki wdrożone przez Wykonawcę.
2. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Wykonawca nadał upoważnienia, o których mowa w art. 29 RODO.
3. Wykonawca zobowiązuje się dopilnować, aby każda osoba upoważniona zobowiązała się pisemnie do zachowania poufności w czasie trwania zatrudnienia oraz po jego zakończeniu niezależnie od formy zatrudnienia, w zakresie przetwarzania powierzonych osobie upoważnionej danych osobowych.
4. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu określonym w Umowie i wyłącznie w okresie trwania Umowy Głównej. Wykonawca oświadcza, że w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, zgodnie z art. 33 RODO.

§ 7

1. Wykonawca odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową lub obowiązkami nałożonymi przez przepisy powszechnie obowiązujące lub RODO bezpośrednio na Wykonawcę oraz w wyniku działania poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom.
2. Zamawiający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec osób trzecich w wyniku przetwarzania danych naruszającego RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli udowodnią, że zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu biorą udział obie Strony i są odpowiedzialne za szkodę spowodowaną przetwarzaniem zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej, ponoszą one odpowiedzialność solidarną. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 lub 2 powyżej.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu podpowierzenia, dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, jak za działania lub zaniechania własne, przez co postanowienia dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy na warunkach opisanych powyżej obejmują także odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub zaniechania Podmiotów podpowierzenia.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno powierzonych danych, jak również informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania poufności trwa bezterminowo.
2. Wykonawca oświadcza, że każda osoba przez niego zaangażowana, mająca dostęp do danych osobowych, uzyskała odrębne pisemne upoważnienie, zobowiązała się do zachowania poufności takich danych oraz będzie je przetwarzała wyłącznie na polecenie Wykonawcy, w granicach realizacji Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że w razie stwierdzenia:
 - 1) wycieku danych osobowych, w tym zagubienia nośnika danych osobowych;
 - 2) utraty danych osobowych;
 - 3) nieautoryzowanej zmiany danych osobowych;
 - 4) innego przypadku mogącego wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą;zawiadomi o takiej okoliczności Zamawiającego niezwłocznie, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od daty stwierdzenia, podając przy tym wszystkie okoliczności zdarzenia.
4. Wykonawca niezwłocznie po stwierdzeniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązany jest:
 - 1) zabezpieczyć wszelkie dowody na okoliczność zdarzenia;
 - 2) wyeliminować przyczynę naruszenia, o ile jest to jeszcze możliwe;
 - 3) podjąć stosowne środki zaradcze dla ograniczenia skutków wystąpienia naruszenia.
5. W przypadku naruszeń ochrony danych osobowych innych niż te określone w ust. 3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takiej okoliczności Zamawiającego nie później niż w terminie 48 godzin od chwili ich stwierdzenia, podając przy tym wszystkie okoliczności zdarzenia. Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio, niezależnie od powyższych obowiązków informacyjnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w niniejszej umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących przetwarzania powierzonych jej przez Zamawiającego danych osobowych i realizować niezbędne działania mające na celu zadośćuczynienie prawom osoby, której dane dotyczą, w szczególności w zakresie określonym w Rozdziale III RODO (np. prawo do bycia zapomnianym). Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne pozwalające na realizację ww. praw.
2. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych oraz posiadane informacje, Wykonawca zobowiązuje się do pomocy Zamawiającemu w zakresie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności dotyczących wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu oraz osobie, której dane dotyczą, co oznacza udzielenie Zamawiającemu na każde jego żądanie i we wskazanym przez niego terminie, wszelkich wyjaśnień i innych form wsparcia, w tym informacji o stanie faktycznym, które pomogą Zamawiającemu w spełnieniu jego obowiązków wynikających z RODO.

§ 10

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa obowiązuje na czas trwania Umowy Głównej.
2. Umowa ulega rozwiązaniu bez odrębnego wypowiedzenia z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Głównej.
3. Z chwilą rozwiązania Umowy Głównej Wykonawca nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do usunięcia danych oraz usunięcia wszelkich istniejących kopii danych osobowych lub zwrotu danych chyba, że Zamawiający postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalsze przechowywanie danych.
4. Wykonawca usunie posiadane dane osobowe najpóźniej w dniu zakończenia Umowy Głównej, chyba że Zamawiający poleci mu zrobić to wcześniej.
5. Po usunięciu danych Wykonawca w terminie 7 dniłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku wskazanego w ust. 3-4 powyżej.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (dalej jako: „Dane poufne”).
2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż realizacja Umowy Głównej chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Głównej.

§ 12

1. Zmiana Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, a także przepisy innych ustaw regulujących ochronę danych osobowych.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

