



WOJSKOWE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 24 stycznia 2023 r.

## Wykonawcy postępowania nr 1/D/2023

WCKiK – SZP.2612.1.1.D/2023

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do inaktywacji wirusów w Koncentracie Krwinek Płytkowych kompatybilne z systemem inaktywacji Mirasol BCT produkcji TerumoBCT użytkowanym przez Zamawiającego, zestawów jednorazowych do poboru UKKP z wykorzystaniem separatora MCS plus oraz pojemników transferowych – 1000ml.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP Zamawiający wyjaśnia treści następujących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”, **w zakresie Części nr 1**

**Punkt 11 w załączniku nr 2/1 do SWZ (arkusz asortymentowo – cenowy)**

- 1. PYTANIE 1.** Wnosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia o treści „Wykonawca zapewnia przegląd, aktualizację i dostosowanie urządzenia oraz przeszkolenie personelu przed pierwszym użyciem zestawu”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów jednorazowych kompatybilnych z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego. Urządzenia nie wymagają przeglądu, aktualizacji i dostosowania przed pierwszym użyciem kompatybilnego z nimi zestawu. Wskazane postanowienie jest zatem niezwiązane z przedmiotem zamówienia.

**ODPOWIEDŹ Zamawiający zmieni zapis na** „Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu przed pierwszym użyciem zestawu oraz ew. aktualizację i dostosowanie urządzenia.”

- 2. § 2 ust. 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

**PYTANIE 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w formacie PDF i przysyłanie ich pocztą elektroniczną na adres email wskazany przez Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

- 3. § 3 ust. 9 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

**PYTANIE 3.** Wnosimy o potwierdzenie, że wskazane postanowienie o treści „Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zrealizuje nie może być mniejsza niż 50% wartości, o której mowa w ust. 1” oznacza, iż Zamawiający zobowiązuje się kupić od wykonawcy w okresie obowiązywania umowy zestawu o wartości stanowiącej co najmniej 50% wartości maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy.

**ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się kupić od wykonawcy w okresie obowiązywania umowy zestawu o wartości stanowiącej co najmniej 50% wartości maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy**

- 4. § 3 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

**PYTANIE 4.** Wnosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „jej niezrealizowanie nie może stanowić podstawy dla Wykonawcy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu” nie dotyczy kwoty wskazanej w § 3 ust. 9 projektu umowy.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, zwrot ten nie dotyczy minimalnej gwarantowanej wartości zamówienia jaką zamawiający zrealizuje, tj. §3 ust. 9.

**5. § 6 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

**PYTANIE 5.** Wnosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji jakościowej (ustosunkowanie się do niej) z 48 godzin do 30 dni kalendarzowych.

Rozpatrzenie reklamacji jakościowej wymaga udziału producenta zestawów oraz badania zestawów; z tego powodu termin 48 godzin jest niemożliwy do dotrzymania.

**ODPOWIEDŹ :** Nie zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ – wymagana również opinia części medycznej

**6. §6 ust. 4 oraz ust. 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

**PYTANIE 6.** Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z §6 ust. 6 termin na dostarczenie przedmiotu wolnego od wad wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia uwzględnienia reklamacji oraz dotyczy on zarówno reklamacji jakościowych jak i ilościowych.

**ODPOWIEDŹ: TAK ,** Zamawiający potwierdza, że dostarczenie przedmiotu wolnego od wad wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia uwzględnienia reklamacji oraz dotyczy on zarówno reklamacji jakościowych jak i ilościowych

**7. § 6 ust. 3, 4 i 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

**PYTANIE 7.** W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytania, wnosimy o wyjaśnienie, czy jeżeli po wymianie towaru zgłoszonego przez Zamawiającego jako wadliwy, okaże się, że reklamacja jakościowa była nieuzasadniona, Zamawiający zapłaci cenę zarówno za reklamowane, jak i wymienione wyroby?

**ODPOWIEDŹ : TAK**

**8. § 6 ust. 3, 4 i 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

**PYTANIE 8.** Wnosimy o wyrażenie zgody, jeżeli reklamacja jakościowa okaże się uzasadniona, Wykonawca miał obowiązek wymiany wadliwych zestawów na nowe jedynie, gdy reklamacja jakościowa dotyczy całej dostarczonej partii zestawów, natomiast w przypadku reklamacji pojedynczych zestawów, po potwierdzeniu zasadności reklamacji, by wykonawca był zobowiązany do korekty faktury VAT i zwrotu ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe zestawy.

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**9. § 9 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

**PYTANIE 9.** Czy Zamawiający dopuści w projekcie umowy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, poprzez:

- zmianę producenta wyrobu (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę), wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu,
- zmianę specyfikacji przedmiotu umowy, która nie spowoduje pogorszenia jakościowego przedmiotu umowy lub zmiany jego funkcjonalności, w szczególności w przypadku wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego lub ulepszanego wyrobu, wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu,
- zmianę sposobu pakowania lub konfekcjonowania wyrobu,

o ile zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**10. § 9 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

**PYTANIE 10.** Czy Zamawiający dopuści w projekcie umowy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, możliwość zmiany umowy poprzez skrócenie terminu ważności poszczególnych partii wyrobów, w przypadku braku rynku wyrobów z wymaganym terminem ważności, np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii lub zakończenia produkcji, jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego, np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności?

**ODPOWIEDŹ:** Tak pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu z zamawiającym i po wyrażeniu przez zamawiającego zgody.

**11. § 9 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

**PYTANIE 11.** Czy Zamawiający dopuści, bez konieczności zmiany umowy, zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej wyrobów, której nie towarzyszy zmiana samego wyrobu?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Ponadto Zamawiający informuje:**

1. Treść ust. 1 w rozdziale XI SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj od dnia 30 stycznia 2023 r.
2. Treść ust. 13 w rozdziale XII SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
„13. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **30 stycznia 2023 roku** do godziny **09:00.**”
3. Treść ust. 20 w rozdziale XII SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  
„18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 stycznia 2023 roku**, po godzinie **09:05.**

**W imieniu kierownika Zamawiającego**