



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



Płock, dnia 01 sierpnia 2023 r.

TZPiZI.261.1609.2023

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
nr postępowania TZPiZI.261/04/D/23**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp. na dostawę pn. „**Sukcesywny zakup sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku**”.

I. Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1. Część 2 poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych na pasku po 4szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 2. Część 2 poz.2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych na pasku po 5szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 3. Część nr 2 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żelazem stałym, pakowanych po 5 szt na pasku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 4. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG dla dzieci z żelazem ciekłym, okrągłych o średnicy 36 mm z wypustką (38mm) ułatwiającą aplikację, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia pakowanych po 5szt na pasku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza elektrodę EKG dla dzieci z żelazem ciekłym, okrągłych o średnicy 36 mm z wypustką (38mm), **jednak elektrody zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia mają być pakowane osobno.**

25^{lat} Mazowsze

KRS: 0000029842 NIP: 774-10-02-289 REGON: 610317845

Telefon: 24 267-84-00; fax: 24 267-84-15

e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl <http://wspritsplock.pl>

Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie: <http://wspritsplock.pl> w zakładce ochrona danych.

PYTANIE 5. Projekt umowy – par. 6 pkt.4 Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 10% do wartości umowy pozostałej do realizacji zamiast ogólnej wartości zamówienia o której mowa w par. 4 pkt 1

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 12 do SWZ.

PYTANIE 6. Załącznik 2, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG dla dzieci, samoprzylepną, z żelazem stałym, średnica 30 mm, okrągła ze złączem zatraskowym? Każda elektroda osobno. (op. 50 szt.)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 7. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. 2 wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 2 wskazał: W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 albo dostarczy go w tym terminie, ale towary objęte jednostkowym zamówieniem będą posiadały wady lub braki, o których mowa w § 2 ust. 10, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości jednostkowego zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie materiałów zgodnie z zamówieniem, nie więcej jednak niż 20% wartości jednostkowego zamówienia.

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 5 % wartości jednostkowego zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie materiałów zgodnie z zamówieniem, nie więcej jednak niż 20% wartości jednostkowego zamówienia, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 5 % wartości jednostkowego zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie materiałów zgodnie z zamówieniem, nie więcej jednak niż 20% wartości jednostkowego zamówienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 3 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 3 % wartości jednostkowego zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie materiałów zgodnie z zamówieniem, nie więcej jednak niż 15% wartości jednostkowego zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 12 do SWZ.

PYTANIE 8.

Pakiet 1, Pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworem centralnym i dwoma naprzemianległymi, spełniające pozostałe wymagania swz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 9.

Część 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 2,0mm o długości roboczej 250mm +/-5mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 10.

Część 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości roboczej 250mm +/-5mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 11.

Część 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 3,3mm o długości roboczej 350mm +/-5mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 12.

Część 1, pozycja 32-33

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4,7mm o długości roboczej 355mm +/-5mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 13.

Część 1, pozycja 34-35

Czy Zamawiający dopuści prowadnice bez futerału, pakowane papier-folia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 14.

Część 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści łącznik 22M/15F – 15M z otworem do odsysania oraz bronchoskopii zabezpieczony zatyczką?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 15.

Część 1, pozycja 37-38

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych w jednym rozmiarze, z uniwersalnymi rzepami umożliwiającymi szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy, z regulowanym uchwytem pozwalającym na zamontowanie każdego rozmiaru rurki, możliwość zaoferowania w dwóch typach: z pionowym lub poziomym umocowaniem śruby?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 16.

Część 1, pozycja 49-61

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowaną z niskociśnieniowym, cienkościennym mankietem, bez znakowania rozmiarem na baloniku kontrolnym, ze śladową zawartością ftalanów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 17.

Część 1, pozycja 62-68

Czy Zamawiający dopuści niebieskie, nieprzeźroczyste maski z przeźroczystym tubusem i drenem jak na zdjęciu:



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 18.

Część 1, pozycja 107-110

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z tłokiem z czterostronnym podcięciem na końcu tłoka, umożliwiającym jego złamanie i zapobiegnięciu ponownemu użyciu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 19.

Część 1, pozycja 107

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 2,2ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 20.

Część 1, pozycja 108

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 5,5ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 21.

Część 1, pozycja 109

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 11ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 22.

Część 1, pozycja 110

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe ze skalą nominalną rozszerzoną do 22ml w opakowaniach zbiorczych a'50 szt. z przeliczeniem opakowań?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 23.

Część 1, pozycja 111

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 24.

Część 1, pozycja 115-120

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z zielonym tłokiem wykonanym z polipropylenu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**PYTANIE 25.**

Część 1, pozycja 115

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**PYTANIE 26.**

Część 1, pozycja 121

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) o przepływie 17ml/min, pakowane w twardej blister (PVC + lakierowany papier)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**PYTANIE 27.**

Część 1, pozycja 122

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 23ml/min, z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**PYTANIE 28.**

Część 1, pozycja 123-128

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z portem górnym o kształcie zaoblonego trójkąta umieszczonego nad skrzydełkami jak na zdjęciu:



?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**PYTANIE 29.**

Część 1, pozycja 123-128

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarach i przepływach jak poniżej:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4 "	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 30.

Część 1, pozycja 136

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski w rozmiarze L ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 31.

Część 1, pozycja 137-140

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniu papier-folia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 32.

Część 1, pozycja 141-144

Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniu papier-folia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 33.

Część 1, pozycja 148

Czy Zamawiający dopuści aparat o długości komory w części przezroczystej 45mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 34.

Część 1, pozycja 154

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kateterem do odsysania w rozmiarze CH21?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 35.

Część 1, pozycja 163-165

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 36.

Część 1, pozycja 163

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 140mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 37.

Część 1, pozycja 165

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 38.

Część 1, pozycja 166

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z polietylenu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 39.

Część 1, pozycja 166-173

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 40.

Część 1, pozycja 175

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 41.

Część 1, pozycja 178

Czy Zamawiający dopuści aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 42.

Część 1, pozycja 180

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki 90x220cm z dwoma parami rękawic?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 43.

Część 1, pozycja 180

Czy Zamawiający dopuści płachtę foliowa do przykrycia o wymiarach 220x120 bez dołączonych do zestawu rękawiczek foliowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 44.

Część 1, pozycja 180

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oraz wycenę osobno płachty do zwłok oraz foliowych rękawiczek?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 45.

Część 1, pozycja 181

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy składający się z trzech pakietów o składzie:

PAKIET A:

1 szt. podkład chłonny 40 x 60 cm

1 szt. podkład nieprzemakalny

2 szt. ręczniczki do rąk

2 pary rękawiczek lateksowych

PAKIET B:

1 szt. gruszka do odsysania wydzieliny

4 szt. zaciski pępowinowe

4 szt. kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm

1 szt. nożyczki do pępowiny

PAKIET C:

- 1 szt. opaska identyfikacyjna dla noworodków
- 1 szt. kocyk dla noworodka 100 x 60 cm
- 2 szt. ręczniczki do rąk
- 1 szt. pielucha dla noworodka
- 1 szt. podpaska higieniczna
- 1 szt. torba foliowa na łóżysko?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 46.

Część 1, pozycja 202

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 47.

Część 1, pozycja 205

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania o szlifie ołówkowym w rozmiarze 18G 12x30mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 48. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części 7 poz. 1 i 2 w przedmiotowym postępowaniu:

Zamawiający określa w Części 7 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do jednego modelu pasków testowych konkretnego producenta tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałyby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści zaoferowanie w Części 7 poz. 1 równoważnych, konkurencyjnych pasków testowych tego samego producenta o nazwie MultiSure GK (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów i zaoferowaniem kompatybilnego płynu kontrolnego w poz. 2) charakteryzujących się identycznymi lub przeważającymi parametrami, tj.: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. **Ponadto, Zamawiający zwraca uwagę, że w załączniku nr 8 do SWZ zamieszczona jest następująca informacja: „Zamawiający dopuszcza ofertę innych pasków do glukometru pod warunkiem dostarczenia do nich przy pierwszej dostawie bezpłatnie glukometrów w ilości – 50 sztuk”.**

PYTANIE 49. Część 1,

Czy zamawiający wydzieli poz.111-113,137-148174-175,177,188,200-201, 204 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości

wyboru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 50. Część 1, poz. 112-113

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzona 50/60 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 51.

Czy zamawiający dopuści strzykawki o wymiarze: długość 15,3 cm, w stanie rozłożonym 25 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 52. Część 1, poz. 148

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 53. Część 1, poz. 200

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 54. Część 1, poz. 201,204

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 55. Część 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 96 do 106 cewników Foleya z plastikową zastawką?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 56.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 110 strzykawki 20 ml pakowanej w opakowania po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 160 op. a 50 szt.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 57.


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 181 zestawu położniczego jednorazowego użytku o następującym składzie:

Skład zestawu:

- 1 serweta Protect (opakowanie zestawu)
- 1 serweta dla noworodka
- 2 ręczniki celulozowe
- 6 kompresów włókninowych Medicomp
- 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe Peha-instrument
- 3 zaciski do pępowiny plastikowe
- 4 rękawiczki Peha-soft nitrile by pack
- 1 gruszka gumowa
- 1 x torebka papierowa

Rozmiar:

- 120 x 95 cm
- 87 x 90 cm
- 30 x 33 cm
- 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m²)
- 14,5 cm
- 53 mm
- L
- 60 ml
- 30 x 18,5 cm



ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 58.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części 1 poz. 182 zestaw do drenażu opłucnej, gdyż produkt nie jest już dostępny na rynku, producent zakończył produkcję?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 59.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 182 zestawu do drenażu opłucnej użytku o następującym składzie:

Zestaw do drenażu opłucnej i jamy brzusznej z 3-drożnym kranikiem i 3 igłami typu lancet lub igłą typu Verres



Worek o pojemności 2000 ml

3 rodzaje igieł typu lancet w rozmiarze 14G, 16G, 18G dł 80 mm

dren łączący z / końcówką lock

strzykawka trzyczęściowa jednorazowa lock poj. 60 ml

dren dł. 90 cm

kranik

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 60.

Część 1, pozycja 30 - Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze ID 2.0/255 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 61.

Część 1, pozycja 31 - Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze ID 3.3/340 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 62.

Część 1, pozycja 33 - Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze ID 4.7/340 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 63.

Część 1, pozycja 34-35 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnej intubacji pakowaną w opakowanie papierowo-foliowe z plastikowym zabezpieczeniem końcówki prowadnicy, bez futerału?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 64.

Część 1, pozycja 36 – Czy Zamawiający dopuści łącznik do rurek intubacyjnych w rozmiarze 15F/22M?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 65.

Część 1, pozycja 37: Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych dla dzieci przeznaczony do rurek w rozmiarze dziecięcym (od 2,0 – 6,0)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 66.

Część 1, pozycja 47-61 – Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne wykonane z medycznego PCV, nie pokryte silikonem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 67.

Część 1, pozycja 62-68 – Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z medycznego PCV, zawierającą śladową ilość ftalanów, dopuszczoną do produkcji wyrobów medycznych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 68.

Część 1, pozycja 82 – 95 – Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową wykonaną z medycznego PCV, nie pokrytą silikonem, zawierającą śladową ilość ftalanów, dopuszczoną do produkcji wyrobów medycznych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 69.

Część 1, pozycja 96 – 106 – Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z plastikową zastawką?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 70.

Część 1, pozycja 107 – 110 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zwężoną końcówką tłoka jak zdjęciu poniżej?



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 71.

Część 1, pozycja 112- 113 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o długości całkowitej min. 15 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 72.

Część 1, pozycja 115 – 120 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe z zielonym tłokiem, które w zamian parametru „bez lateksu, BPA” spełniają parametr „bez lateksu i bez ftalanów”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 73.

Część 1, pozycja 115 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml w zamian 2 ml?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 74.

Część 1, pozycja 115 – 120 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe z tłokiem wykonanym z polietylenu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 75.

Część 1, pozycja 122 – Czy zamawiający dopuści kaniulę dożylna (do delikatnych żył) noworodkowa typu neoflon. Kaniula wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowania typu Tyvek - zabezpieczające przed wilgocią. Na opakowaniu oznaczenie producenta o braku lateksu w kaniuli. Jałowa, z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar 24G (0,7x19mm, przepływ 13ml/min) ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 76.

Część 1, pozycja 123 – 128 – Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym w zamian bezpośrednio na kaniuli?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 77.

Część 1, pozycja 123 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 24G (0,7x19 mm), przepływ 23 ml/min?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 78.

Część 1, pozycja 125 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 20G (1,1x32 mm), przepływ 61 ml/min?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 79.

Część 1, pozycja 126 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 18G (1,3x45 mm), przepływ 100 ml/min?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 80.

Część 1, pozycja 127 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 17G (1,5x45 mm), przepływ 142 ml/min?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 81.

Część 1, pozycja 128 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 16G (1,7x45 mm), przepływ 200 ml/min?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 82.

Część 1, pozycja 134 – Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną pakowaną po 100 sztuk z przeliczeniem do pełnych opakowań?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 83.

Część 1, pozycja 154 – Czy Zamawiający dopuści zestaw wyposażony w końcówkę do odsysania w rozmiarze ok CH21 (7,51mm) i dren o długości 210 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 84.

Część 1, pozycja 161 – 166 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady z standardowym wieczkiem zamykanym na wcisk lub zakręcane w zależności od pojemności ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 85.

Część 1, pozycja 162 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 300 mm, średnicy górnej / dolnej : 240 / 200 mm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 86.

Część 1, pozycja 176 - Czy zamawiający dopuści jednorazowe wkłady (stosowane wraz z wielorazowymi uchwytami z możliwością dezynfekcji) – zdjęcie poglądowe poniżej, takie rozwiązanie eliminuje czyszczenie, rozchlapywanie, rozlanie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Po 30 sekundach superchłonna wkładka higieniczna zamienia 600 ml płynów ustrojowych w żel. Wkładki są wykonane w 100% z materiałów recyklingowych. Wymiary: 16x43 cm, pakowane po 20 szt.



ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 87.

Część 1, pozycja 181: Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy składający się z trzech pakietów o składzie:

PAKIET A:

1 szt. podkład chłonny 40 x 60 cm

1 szt. podkład nieprzemakalny

2 szt. ręczniczki do rąk

2 pary rękawiczek lateksowych

PAKIET B:

1 szt. gruszka do odsysania wydzieliny

4 szt. zaciski pępowinowe

4 szt. kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm

1 szt. nożyczki do pępowiny

PAKIET C:

1 szt. opaska identyfikacyjna dla noworodków

1 szt. kocyk dla noworodka 100 x 60 cm

2 szt. ręczniczki do rąk

1 szt. pielucha dla noworodka

1 szt. podpaska higieniczna

1 szt. torba foliowa na łóżysko?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 88.

Część 1, pozycja 182: Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej o składzie:

- cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm

- cewnik 2,7 x 450 mm wykonany z poliuretanu -kontrastuje w promieniach RTG , koreczek zamykający , folia ochronna na cewnik

- podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika

- worek 2,0 L

- strzykawka trzyczęściowa 60 ml z końcówką Luer Lock

- kranik trójdrożny ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 89.

W związku z informacją od producenta o wstrzymaniu produkcji układów oddechowych do

respiratora ParaPac – mod. 100/905/301 prosimy o wyłączenie tej pozycji (nr 7) z załącznika nr 4.

Brak wyłączenia tej pozycji do osobnego pakietu może spowodować brak możliwości złożenia oferty potencjalnym oferentom.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych
lek. med. Piotr Rykowski