



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa videogastroskopu TN 802/1851 oraz videokolonoskopu TN 802/1852 w pracowni Endoskopii w ZZOZ w Wadowicach.

Termin realizacji max 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował oryginalne części zamienne.

1. Videogastroskop typ EG-760 R, sn: 5G402K090 (TN 802/1851)

Uszkodzona linka napędu długiego.

Do wymiany:

- Zespół napędu
- Osłona gumowa
- Inne drobne części

Przegląd techniczny

2. Videokolonoskop typ EC-760 R-V, sn: 4C728K069 (TN 802/1852)

Uszkodzony jeden ze światłowodów, napęd długi końcówki skrętnej, pancierz wgłębnika zgrubienia i załamania.

Do wymiany:

- Światłowod
- Kanał woda - powietrze
- Kanał spłukiwania na wprost
- Zespół napędu
- Pancierz wgłębnika
- Osłona gumowa
- Inne drobne części

Przegląd techniczny

Niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań będzie skutkowało odrzuceniem oferty.