



## Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 4, Nr sprawy: ZP-24-135BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

### Pytanie 1

**Pakiet 5** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 5 zestawów laryngologicznych sterylnych w rozmiarach:

Poz. a - 2,5 mm

Poz. b – 4 mm ?

**Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje**

**Pytanie 2** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 bezpiecznego zestawu do punkcji opłucnej z igłą Veresa 16G z zamkniętym obtym mandrynem i dwoma otworami przy zachowaniu pozostałego wymaganego składu zestawu?

**Odp. Nie, Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje**

**Pytanie 3** Jaki model wstrzykiwacza do kontrastu jest w posiadaniu Zamawiającego, dla którego zostały ujęte materiały do badań tomograficznych w pakiecie nr 4 postępowania ?

**Odp. Zamawiający jest posiadaniu wstrzykiwacza do pracowni tomografii komputerowej: CT Expres Urządzenie CT Expres 4D System podawania środka kontrastującego BRACCO INJENEERING.**

**Pytanie 4** dotyczy SWZ, rozdział II, punkt 4

Zwracamy się z prośbą o uściślenie, czy dla wyrobu medycznego klasy Is Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał kod UDI na etykiecie wyrobu medycznego lub na wyrobie i wyższych poziomach opakowania, a także w treści deklaracji zgodności kodu Basic UDI-DI. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi nie ma takiego obowiązku. **Odp. Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 5** Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dreny zakończone z jednej strony uniwersalnym łącznikiem z możliwością jednokrotnego docięcia (cut-to-fit), a z drugiej strony elastycznym łącznikiem typu lejek (zapewniający dużą ruchomość i ułatwiający manipulację rączką)? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**