



# CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA z DUKLI



ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

Lublin, dnia 13.01.2021 r.

COZL/DZP/AW/3411/PN-202/20

## Dot. „Usługa przeprowadzania przeglądów okresowych, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego, konserwacji oraz naprawy urządzeń będących na wyposażeniu COZL”

Zamawiający informuje, że działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm) Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### 1. Zmiana załącznika nr 2.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Części 1 – : **Tomograf komputerowy - Strony zamienne w załączeniu**

Zmiana polega na usunięciu zapisu w pkt.5. Załącznik nr 2.1:Część 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

#### 5. W zakresie modyfikacji:

- 5.1.Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia;
- 5.2.Wykonanie zleconych przez producenta aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego;
- 5.3.Wykonanie zleconych przez producenta modyfikacji urządzenia

### 2. Zmiana SIWZ w pkt XX.

Było

#### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

(<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>)

należy złożyć w terminie do dnia

**18 stycznia 2021 roku do godziny 09:45**

#### OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

(<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>)

nastąpi w dniu

**18 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00**

w siedzibie Zamawiającego

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,

ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin,

Dział Zamówień Publicznych – Budynek 2, 4 piętro (pokój 32).

STARSZY SPECJALISTA  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli

mgr Agnieszka Wąsiewicz



**Jest:**

**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego  
(<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>)  
należy złożyć w terminie do dnia  
**15 lutego 2021 roku do godziny 09:45**

**OTWARCIE OFERT:**

Otwarcie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego  
(<https://platformazakupowa.pl/pn/cozl>)  
nastąpi w dniu  
**15 luty 2021 roku o godzinie 10:00**  
w siedzibie Zamawiającego  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,  
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin,  
Dział Zamówień Publicznych – Budynek 2, 4 piętro (pokój 32).

*Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych i Infrastruktury  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
*mgr Dariusz Ciwiński*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
*mgr Mariola Koziej*

STARSZY SPECJALISTA  
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej  
im. Św. Jana z Dukli  
*mgr Agnieszka Wąsiewicz*

## ZMIANA

### Załącznik nr 2.1: Część 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

#### **Wykaz urządzeń (Producent SIEMENS Healthcare)**

- 1) Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 64997
- 2) Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN, s/n 49692
- 3) Tomograf komputerowy SOMATOM Sensation OPEN sliding gantry, s/n 49693
- 4) Tomograf komputerowy SOMATOM Definition AS, s/n 95721

#### **Opis przedmiotu zamówienia**

1. W zakresie przeglądów okresowych:
  - 1.1. Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres według wymagań producenta; terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;
  - 1.2. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;
  - 1.3. Kontrola występowania usterek zewnętrznych;
  - 1.4. Inspekcja zużycia części;
  - 1.5. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;
  - 1.6. Smarowanie ruchomych części mechanicznych;
  - 1.7. Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego;
  - 1.8. Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego;
  - 1.9. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;
  - 1.10. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;
  - 1.11. Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy (raportem serwisowym), wpisem do paszportu technicznego (jeżeli dotyczy), oraz wystawieniem certyfikatu sprawności sprzętu medycznego;
2. W zakresie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych:
  - 2.1. sprawdzanie jakości obrazu;
  - 2.2. sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury;
  - 2.3. przeprowadzenie czynności korygujących;
3. W zakresie zdalnego dostępu :
  - 3.1 wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzenia objętych kontraktem
  - 3.2 wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki, regulacji i naprawy urządzenia
  - 3.3 konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania
  - 3.4 utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu
  - 3.5 System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013
4. W zakresie napraw:
  - 4.1. Diagnostyka i naprawy w ramach wynagrodzenia za umowę;
  - 4.2. Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera w ramach wynagrodzenia za umowę;
  - 4.3. Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części w ramach wynagrodzenia za umowę;
  - 4.4. Termin rozpoczęcia naprawy (przyjazd inżyniera serwisowego) – nie później niż 24 godzin od chwili zgłoszenia;
  - 4.5. Czas naprawy wynosi 3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;
  - 4.6. W przypadku zamówienia części naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;
  - 4.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;
  - 4.8. Dokumentacja interwencji serwisowych.
  - 4.9. Przeglądy i naprawy agregatu wody lodowej
5. W zakresie części zamiennych i komponentów specjalnych:
  - 5.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych i oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji wraz z komponentami specjalnymi tj.: dla tomografów lamp RTG oraz kompletnych detektorów promieniowania, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego oraz instalacji infrastruktury pracowni i budynku w tym wentylacji i klimatyzacji.
  - 5.2. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.
  - 5.3. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów do przeprowadzania modyfikacji.
6. W zakresie pomocy aplikacyjnej:
  - 6.1. Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.

.....  
podpis osoby upoważnionej do  
reprezentowania wykonawcy