

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: Dostawa pętli indukcyjnych, interkomów oraz tabletów w ramach projektu: „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie”**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie Nr 1**

Wymagany parametr do pętli stanowiskowej: minimalna powierzchnia działania 15 m<sup>2</sup>. Wskazujemy na fakt, że urządzenie do obsługi stanowiskowej ma zupełnie inne przeznaczenie. Ma zapewnić prywatność rozmowy np. obsługującego i petenta. Pętla indukcyjna, która ma zapewnić prawidłowe działanie na powierzchni większej niż rozmowy 1:1 wymaga innych parametrów wzmacniacza oraz konfiguracji, która nie jest dostępna w pętli stanowiskowej, między innymi odpowiednia regulacja do większych powierzchni, poziom wysterowania pętli.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, iż parametry techniczne podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2.1 do SWZ – Kosztorys ofertowy - Część 1 – Pętla indukcyjna stanowiskowa 2 szt. , są prawidłowo wyspecyfikowane.

Co więcej, Zamawiający oczekuję pętli indukcyjnej stanowiskowej, spełniającej wymagania normy EN 60118-4.