



Poznań, dnia 25.09.2023r.

Oznaczenie sprawy: TP-105/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę videolaryngoskopów w ramach projektu POIŚ**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych – Zamawiający poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

CZĘŚĆ NR 1 – Videolaryngoskop 2 szt.

1. **Dotyczy punktu 12** Czy Zamawiający dopuści urządzenie nagrywające filmy oraz zdjęcia na wewnętrznym nośniku pamięci 8G z możliwością transferu filmów i zdjęć bezpośrednio poprzez wbudowany port micro USB?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

2. **Dotyczy punktu 14** Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu HDMI tj. bez możliwości podłączenia zewnętrznego monitora?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

CZĘŚĆ NR 2 – Videolaryngoskop 2 szt.

1. **Dotyczy pkt. 8** Czy Zamawiający dopuści ekran o rozdzielczości 640x480 dpi? Jest to wartość pozwalająca na zaobserwowanie wszystkich istotnych szczegółów związanych z intubacją.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

2. **Dotyczy pkt. 12** Czy Zamawiający dopuści videolaryngoskop, którego złącza elektryczne wbudowane są w monitor, który nie jest przeznaczony do zanurzania w płynach? Producent dopuścił jego dezynfekcję za pomocą ściereczek antybakteryjnych. Natomiast dolna jego część tj. prowadnica z zintegrowaną kamerą oraz źródłem światła posiadają klasę ochrony IPX8, co pozwala na dezynfekcję poprzez zanurzenie w roztworze antybakteryjnym lub sterylizację niskotemperaturową.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

3. **Dotyczy punktu 14** Czy Zamawiający dopuści urządzenie nagrywające filmy oraz zdjęcia na wewnętrznym nośniku pamięci 8G z możliwością transferu filmów i zdjęć bezpośrednio poprzez wbudowany port micro USB?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

4. **Dotyczy punktu 15** Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości odłączenia monitora od korpusu tj. stanowiące jedną nierozłączalną całość?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

.....
(podpis Zamawiającego)



CERTYFIKAT 2019/26

