

Znak: ZOZ.V.010/DZP/34/22

Sucha Beskidzka dnia 17.05.2022r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici, siatek i staplerów chirurgicznych.
Znak: ZOZ. V.010/DZP/34/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Dot. Pakietu nr 1, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point bez określenia „mikrograwerowana”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia bakteriobójczego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem bez określenia „wzmocniona”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Pakietu nr 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, o czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy, bez katalogowego określenia „kontrolowane rozciąganie oraz plastyczne odkształcanie węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Pakietu nr 5, poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Pakietu nr 5, poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną bez określenia „dwuwklęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu nr 5, poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point bez określenia „dwuwklęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe częściowo wchłaniające, zbudowane z polipropylenu i poliglekapronu, o czasie wchłaniania 90-110 dni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Subst. Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek