



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie**

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018;

WSPRiTS/ZP/161/2022  
ZP.261.18.2022

Warszawa, dnia 25.05 2022 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2022/S 096-264615 z dnia 18.05.2022 r. na zakup akcesoriów i materiałów medycznych [Nr postępowania: 18/ZP/2022].**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### **Dotyczy Części 6 „Termometry elektroniczne”:**

1) **PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy medyczny termometr elektroniczny na podczerwień zakresem temperatur 34-43 C? Oferowany zakres jest optymalnym w celu szybkiej oceny stanu pacjenta i zastosowania określonych procedur skutecznej pomocy. Obiektywnie, przy dużym wychłodzeniu ciała (hipotermii) gdy zależy nam na najwyższym stopniu dokładności, pomiarów należy dokonywać termometrami tympanicznymi - dousznymi wyposażonymi dodatkowo w podgrzewaną sondę, której celem jest równoważenie temperatur zew. otoczenia i wew. ciała.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

#### **Dotyczy Części 5 „Pojemniki i worki na odpady medyczne”:**

2) **PYTANIE: poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poniższych wymiarach:

Wymiary: Wymiary DxS: Owal 100x55 mm; Wysokość całkowita: 120 mm; Otwór wrzutowy: 37 mm  
Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

3) **PYTANIE: poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o poniższych wymiarach: Wysokość: 12,5cm; Szerokość: 10cm; Otwór: 4,3cm; Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

4) **PYTANIE: poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poniższych wymiarach: Wysokość: 16cm Szerokość: 10cm; Otwór: 4,3cm; Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

5) **PYTANIE: poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poniższych wymiarach: Średnica górna: 140 mm; Średnica dolna: 102 mm; Wysokość całkowita: 125 mm; Otwór wrzutowy: 60 mm; Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza pojemnika o powyższych wymiarach.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

*Sprawę prowadzi:*  
Julia Wizlińska Motyka  
Inspektor ds. Zamówień Publicznych  
Tel. /22/ 52 51 243