

Metrolog

Sekcja Organizacyjna Logistyk

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł) dla zadania pod nazwą: **Przeгляд, sprawdzenie, naprawa, regulacja, porównanie wskazań ze wzorcem oraz wypisanie świadectwa wzorcowania PCA przyrządów pomiarowych.**

1. Wzorcowanie ciśnieniomierza sprężynowego Ilość - 7 szt.

- Producent WIKA;
- Typ M-100;
- Zakres (0–1) bar;
- Klasa dokładności: klasa 1,0
- Średnica obudowy: 100 mm
- Przyłącze procesowe: M20 x 1,5
- Położenie przyłącza: dolne
- Wskazówka: standardowa wskazówka
- Materiał elementu ciśnieniowego: System pomiarowy 316L
- Stopień ochrony: IP 65
- Zakres temperatury medium: +200°C
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: -40 ... +60 °C
- Manometr- standard: międzynarodowy (Europe)
- Wzorcowany przyrząd powinien otrzymać świadectwo wzorcowania PCA

1. Wzorcowania termohigrometru WCM – 1 Tanel

sonda powietrzna

punkty:

05 °C 20 % RH

05 °C 30 % RH

10 °C 30 % RH

20 °C 50 % RH

30 °C 50 % RH

Sonda zanurzeniowa

punkty:

- 05 °C

- 00 °C

05 °C

10 °C

Wzorcowany przyrząd powinien otrzymać świadectwo wzorcowania PCA