

## FORMULARZ CENOWY

## Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla KWP w Lublinie

## Pakiet Nr III

Lp.	Przedmiot zamówienia	Charakterystyka przedmiotu zamówienia	Nazwa zaoferowanego asortymentu /producent/ nr katalogowy	Ilość wymagana przez Zamawiającego	Wielkość zaoferowanego opakowania *	Ilość zaoferowanych opakowań*	Cena jednostkowa brutto za opakowanie [zł]	Wartość brutto [zł]	Stawka podatku VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 26 loci STR i locus Amelogeniny, PowerPlex® Fusion 6C System	Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 26 loci STR i locus Amelogeniny, PowerPlex® Fusion 6C System: - stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoosobnej, multiplexowej amplifikacji fragmentów DNA oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu analizatorów AB3500/3130xl Genetic Analyzer, w następujących loci: Amelogenina, D3S1358, D1S1656, D2S441, D10S1248, D13S317, Penta E, D16S539, D18S51, D2S1338, CSE1PQ, Penta D, TH01, vWA, D21S11, D7S820, D5S818, TPOX, D8S1179, D12S391, D19S433, SE33, FGA, D22S1045, DYS391, DYS576, DYS570; - gotowy do użycia, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR zgodnie ze standardem wewnętrznym oraz wodą, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinkę alleli; - z dołączonym w zestawie standardem wielkości; - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektromiromi własnościami posiadanych aparatów AB3500/3130xl Genetic Analyzer (znakowane sześcioma barwnikami, oprogramowaniem GeneMapper ID-X użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek); - zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej (materiał dowodowy i porównawczy) w badaniach sądowych; - wystarczający na 200 reakcji PCR, prowadzonej w objętości reakcyjnej 25 µl/ lub 400 reakcji przy amplifikacji bezpośredniej; - umożliwiający przeprowadzenie bezpośredniej amplifikacji materiału biologicznego zabezpieczonego na kartach FTA i wymazówkach; - w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników		400 reakcji (opakowania nie większe niż 200 reakcji)						
<b>Razem wartość brutto (zł):</b>										

Okres przydatności do użytku: min. ....miesiący.

\*Zaofertowana przez Wykonawcę ilość asortymentu łącznie (iloczyn kolumny 6 i 7) nie może być mniejsza niż ilości asortymentu wymaganego przez Zamawiającego w kolumnie 5.

 Uwagi

W kolumnie nr 4 proszę podać producenta i nr katalogowy. W przypadku, gdy produkt nie posiada numeru katalogowego proszę wpisać „brak numeru katalogowego”.

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)