



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 28.06.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 18/2023

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów urazowych oraz endoprotez do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 43 – Endoproteza stawu śródrečno – nadgarstkowego:
 - w poz. 1. Trzpień o poniższych parametrach Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
 - w poz. 2 Szyjkę o poniższych parametrach: Szyjkę ze stali nierdzewnej, dostępną w wersji z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7 mm, 8,7 mm lub 10,7 mm Szyjka z główką 4 mm, zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 137°?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
 - w poz. 3 Panewkę o następujących parametrach: Panewkę ze stopu tytanu pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości) dostępne 3 średnice: 8 mm, 9mm oraz 10 mm
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

DB. 91/8105982