



Wrocław, 7 lipca 2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.44.2022

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź na pytanie nr 9: SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-3:**

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1-7:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaofertowanie torebek foliowo-papierowych, samoklejących, w których kierunek otwierania umieszczony jest tylko od strony folii?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1-7:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaofertowanie torebek foliowo-papierowych pakowanych po 200 szt. zamiast po 100, po odpowiednim przeliczeniu ilościowym?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1-7:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaofertowanie torebek foliowo-papierowych posiadających trzy wskaźniki sterylizacji zamiast dwóch?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 6 poz. 4:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaofertowanie torebek foliowo-papierowych o rozmiarze 130x356 zamiast 130x270?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 8 poz. 1-10:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaofertowanie rękawów foliowo-papierowych, w których kierunku otwierania umieszczony jest tylko od strony folii?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 8 poz. 1-10:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868 ?

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 8 poz. 1-10:**

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaofertowanie torebek włókninowo-foliowych pakowanych po 1000 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilościowym?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 11 poz. 3-4:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaofertowanie torebek włókninowo-foliowych pakowanych po 500 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilościowym?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 14 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1°C)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 14 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej były wyrobami medycznymi?

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 12 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści testy samoprzylepne o parametrach 121°C/15min. i 134°C/3,5min.?

**Odpowiedź na pytanie nr 22: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 12 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści testy samoprzylepne o parametrach 121°C/20min. i 134°C/7min.?

**Odpowiedź na pytanie nr 23: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-6:**

Czy Zamawiający dopuści włókninę o następującym składzie: pulpa celulozowa > 50% włókno syntetyczne < 30%, spoiwo < 20%; z możliwością stosowania w sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu, promieniowaniem gamma i formaldehydem? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 24: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-3:**

Czy Zamawiający dopuści włókninę niebieską o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne.

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 10 poz. 4-6:**

Czy Zamawiający dopuści włókninę zieloną o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne.

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 27 dotyczy projektowanych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę

do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpieniem od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpieniem od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź na pytanie nr 27: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 28 dotyczy projektowanych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy wyrażenie „*ceny brutto gwarantowanej części pakietu*” zostało zastąpione wyrażeniem „*wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie*”?

**Odpowiedź na pytanie nr 28: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**