



WOJSKOWE CENTRUM

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 7



Egz. Nr

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Wykonawcy postępowania nr 66/D/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę zestawu urządzeń ewidencyjnych i drukujących do systemu E-Krew.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, skierowane przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Pytanie nr 1:

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE – DRUKARKA DO WYDRUKU OPASEK, PILOTEK, ETYKIET Opaski identyfikacyjne dla dorosłych Zebra są pakowane w kasetkach, w jednej kasetce znajdują się 200 szt. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 200 szt. opasek do każdej drukarki (1 kasetki) zamiast 250 szt. ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga dostarczenia nie mniej niż 18 500 szt. opasek na rękę (250 opasek x 74 drukarki). Zamawiający dopuszcza dostarczenie opasek w innych opakowaniach niż 250 szt. pod warunkiem dostarczenia wymaganej ilości.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza czytnik z celowaniem LED w kolorze czerwonym?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający wymaga aby czytniki posiadały powłokę antybakteryjną (healthcare)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 4:

Co zamawiający rozumie przez : Opaski identyfikacyjne na rękę w kolorze białym do zastosowań w służbie zdrowia w ilości 250 szt. - czy to oznacza że 250 szt opasek do każdej drukarki czy na całe zamówienie.

Pytanie nr 5:

Taśma barwiąca zapewniająca maksymalną jakość - czy to oznacza że zamawiający wymaga dodatkowo po 1 szt na każdą drukarkę taśmy ?

Odpowiedź na pytanie nr 4, 5:

Parametry określone w tabeli arkusza asortymentowo-cenowego:

"WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE - DRUKARKA DO WYDRUKU OPASEK, PILOTEK, ETYKIET" oraz "WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE – CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH" dotyczą każdej sztuki zamawianego urządzenia. Tym samym parametry (wymagania) określone w poz. 19 "Dodatkowe wyposażenie materiały eksploatacyjne", powinny być spełnione – dostarczone do każdej zamawianej drukarki.

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający wymaga aby Drukarka do wydruku opasek, pilotek, etykiet wyposażona była w kolorowy wyświetlacz który w znacznym stopniu ułatwia współpracę z drukarkami.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający, nie wymaga, aby drukarka do wydruku opasek, pilotek, etykiet wyposażona była w kolorowy wyświetlacz.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **ULEGA** zmianie tj.:

Zmiana treści SWZ

1. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt III Termin związania ofertą ppkt 1 otrzymuje następującą treść:
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **24.10.2023 r.**
2. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt I Sposób i termin składania ofert ppkt 13 otrzymuje następującą treść:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 25.09.2023 r. do godziny 09:00**
3. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt II Sposób i termin otwarcia ofert ppkt 1 otrzymuje następującą treść:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert, tj. **25.09.2023 r. godzina 09:15**

W imieniu kierownika Zamawiającego

Sporządził: Ł. Malmur

Podpis jest prawidłowy 

Dokument podpisany przez Tomasz Stefański
Data: 2023.09.20 13:56:54 CEST