

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE**



**ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów**  
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126  
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01  
e-mail: [sekretariat@szpitalradziejow.pl](mailto:sekretariat@szpitalradziejow.pl)  
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 13 grudnia 2024 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na: **„Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem i dzierżawą zbiornika tlenu i azotu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”** (oznaczenie sprawy TP-17/2024) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09 grudnia 2024 r. pod numerem: **2024/BZP 00640928/01**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź: TAK**

**2. Załącznik nr 2 do SWZ Pakiet nr 4**

- 2.1 Czy mieszanina gazów N<sub>2</sub>O 50% + O<sub>2</sub> 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądanym jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

- 2.2 Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, oferowany konkretny typ/model zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50%

podtlenek azotu ma być dedykowany przez producenta tylko i wyłącznie do podawania tejże mieszaniny, z wyłączeniem innych gazów sprężonych?

**Odpowiedź: TAK**

- 2.3 Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów które bez użycia dedykowanych do tego narzędzi można: swobodnie, przypadkowo, spontanicznie lub natychmiastowo odkręcić, usunąć, względnie może dojść do poluzowania związanego eksploatacją, co może stworzyć potencjalne zagrożenie w bezpośrednim otoczeniu oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.:

**Odpowiedź: TAK**

- 2.4 Czy Zamawiający oczekuje dostępność oferowanego zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazów 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wyposażonego w standardową wersję z przewodem o długości 3m oraz w wersji o powiększonej długości? tj. dłuższej (niż 3m).

**Odpowiedź: NIE**

- 2.5 Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w ChPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku. Czy, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia ChPL oferowanej mieszaniny gazów do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego.

**Odpowiedź: TAK**

- 2.6 W celu przygotowania rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie konkurencyjnej oferty, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie § 1 pkt.1 ppkt. 3) mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% wraz z dzierżawą butli i oprzyrządowania o parametrach i ilości zgodnej z załącznikiem nr 1 prosimy Zamawiającego o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego o następujące pozycje (wraz ze wskazaniem oczekiwanych ilości i jednostki miary):

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla z umowy § 1 pkt.1 ppkt. 3) „i oprzyrządowania” Zamawiający nie wymaga żadnego dodatkowego oprzyrządowania do pakietu nr 4.**

Obligatoryjnie:

- 3 Dzierżawa zaworu do podaży gazu - jako sprzęt niezbędny do podawania mieszaniny 50% N<sub>2</sub>O i 50 % O<sub>2</sub>

**Odpowiedź: Zamawiający nie dodaje dodatkowej pozycji w pakiecie nr 4.**

- 4 Jednorazowy zawór wydechowy do podawania mieszanki 50% N<sub>2</sub>O i 50 % O<sub>2</sub> – op. = 100 szt.  
– jako sprzęt jednorazowy niezbędny do podawania tejże mieszanki gazowej (opakowanie po 100 szt)

**Odpowiedź: Zamawiający nie dodaje dodatkowej pozycji w pakiecie nr 4.**

Fakultatywnie:

- 5 Dzierżawa wózka do butli dla mieszanki 50% N<sub>2</sub>O i 50 % O<sub>2</sub> – miesiąc

**Odpowiedź: Zamawiający nie dodaje dodatkowej pozycji w pakiecie nr 4.**

**3. Załącznik nr 2 do SWZ Pakiet nr 2 poz. 7,8**

Czy biorąc pod uwagę wygodę pracy personelu, Zamawiający wymaga aby waga pełnej butli o pojemności 2l, z tlenem medycznym i zintegrowanym zaworem, wynosiła poniżej 4 kg, na co Wykonawca powinien przedstawić stosowny certyfikat?

**Odpowiedź: NIE**

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 13 grudnia 2024 r.

**p.o. DYREKTOR**  
**Andrzej Walczak**