

Katowice, dn. 17.03.2023r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 5,  
Nr sprawy: ZP-23-024UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1, Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści igły sterylne, jednorazowe do nakłuć lędźwiowych w rozmiarach:

- a. 1,2x88
- b. 1,1x88
- c. 0,9x88?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymagań bez zmian.**

### Pytanie 2, Pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania igieł tępych z ostrzem ściętym pod kątem 45 °, co zapobiega defragmentacji korka i ryzyku zaktucia przez osobę przygotowującą lek

**Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SWZ i je podtrzymuje.**

### Pytanie 3, Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania igieł tępych z filtrem z ostrzem ściętym pod kątem 45 °, co zapobiega defragmentacji korka i ryzyku zaktucia przez osobę przygotowującą lek

**Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Zamawiający swoje oczekiwania określił w SWZ i je podtrzymuje.**