



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 25

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1722 / 2881 / 24

Data: 20.08.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 23 poz. 1 i 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o możliwość zaoferowania w pakiecie 23 pozycji 1 i 2 i 3 igły doszpikowe w których w skład zestawu wchodzi: : igła, stabilizator, zestaw przedłużający , opaska na nadgarstek, pojemnik na ostre części. Stabilizator pakowany jest razem w zestawie , nie zas oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 36 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 36 poz 1 filtry oddechowe o przestrzeni martwej 39,64 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 36 poz. 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 36 poz 2 filtry oddechowe z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

