

Opole, 11.10.2024 r.

Sygnatura postępowania: D/20/2024/C

**Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: **Zakup aparatury dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego, część nr 5 – Zakup i dostawa skanera 3D z oprogramowaniem i wyposażeniem – 1 szt.**

W związku z wnioskiem Wykonawcy, o którym mowa w art. 284 ust 2 ustawy Zamawiający udziela wyjaśnienia do złożonego zapytania dotyczącego przedmiotowego postępowania.

PYTANIE

Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza produkt nieznacznie przekraczający wymagania specyfikacji pod kątem wagi (o ok. 4% cięższy), jednak charakteryzujący się znacznie wyższą wydajnością (o 100%), większym zasięgiem (o ok. 85%) i lepszymi parametrami modułu foto?

Jesteśmy przekonani, że poprawione parametry techniczne oferowanego rozwiązania przyniosą Zamawiającemu wymierne korzyści, które z nadwyżką zrekompensują różnicę wynikającą z nieznacznie wyższej wagi. Wierzymy, że nasze rozwiązanie przyczyni się do osiągnięcia lepszych rezultatów pomiarowych oraz pełniejszej realizacji zamierzonych przez Zamawiającego celów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanego rozwiązania.

Uwzględniając udzieloną odpowiedź, w związku z art. 284 ust. 2, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert **pozostaje bez zmian do dnia 16.10.2024 r. do godz. 10:00.**

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Z-CA KANCLERZA

mgr Cezary Pawęzki