

Kraków, dn. 30.04.2021r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-15/21

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa pulsoksymetrów (pakiet nr 1), zasilacza regulowanego opasek zaciskowych (pakiet nr 2)”

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

#### PYTANIA I

Dotyczy Załącznik 2 OPZ Pakiet 1 – Pulsoksymetr 4 szt.

1. Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry z dokładnością pomiaru Puls (bpm) +/- 3 bpm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry o wadze 300 g z akumulatorem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### PYTANIA II

**Pakiet nr 2-Opis przedmiotu zamówienia, Tabela nr 2**

1. Czy Zamawiający w poz. nr 16 wyrazi zgodę na udzielenie 12 miesięcznej gwarancji zamiast 24 miesięcznej?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 2 i nadaje mu brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.**

**Zamawiający modyfikuje również § 4 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ (projekt umowy), który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela gwarancji wynoszącej 24 miesiące (pakiet nr 1)/ 12 miesięcy (pakiet nr 2), której termin rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 1. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.”**

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §10:

- a. ust. 1 z 2% na 0,5%,
- b. ust. 2 z 2% na 0,5%,
- c. oraz zmieni maksymalny poziom kar umownych do 20%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów §10 ust. 1,2,3 załącznika nr 4 do SWZ (projektu umowy), który otrzymuje brzmienie:**

**„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.**

**2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1:**

- a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi,**
- b) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.4,**
- c) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w par. 2 ust. 4.**

**3. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 25 % wynagrodzenia brutto.”**

**2. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

**3. Czy Zamawiający dookreśli w §14 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?**

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.**

### **Pytania III**

Zapytanie do pakietu nr 2 ( zasilacz regulowany opasek zaciskowych)

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania wysokiej jakości produkt niemieckiego producenta o poniższych parametrach:

- \*Zasilacz do wytworzenia i utrzymania bezkrwawego pola w operowanych kończynach
- \*Zasilanie pneumatyczne- sprężone powietrze z Medyczne
- \*Ciśnienie zasilanie 2-10 barów ( 200-1000kPa)
- \*Ciśnienie wyjściowe na opasce( 0-600mmHg)
- \* Zakres nastawy czasu 1s÷ 99 min 59s co 1s
- \* Wymiary zasilacza ( W x S x G ) 140mm x 210mm x 180mm)
- \*Waga zasilacza ok 2,3kg
- \* W zestawie z zasilaczem: dren spiralny do podłączenia mankietu uciskowego , przewód zasilający do urządzenia.
- \* system awaryjny z ręczną pompką włączający się automatycznie w przypadku braku zasilania i pozwalająca na pracę urządzenia mimo braku zasilania ( sprężonego powietrza)
- \*Zestaw opasek:
  - opaska zaciskowa na ramię ( część robocza opaski długość x szerokość 46cm x 10cm) zakres stosowania 25-46cm obwód ręki w cm
  - Opaska zaciskowa na udo ( część robocza opaski długość x szerokość 86cm x12cm) zakres stosowania 40-85 cm obwód uda w cm
  - Folie zabezpieczające na mankiety utrzymujące mankiety w czystości
  - Opaska uciskowa /taśma Esmracha wielorazowa :długość 5m szerokość 6cm
  - Opaska uciskowa /taśma Esmracha wielorazowa :długość 5m szerokość 8cm
  - Opaska uciskowa /taśma Esmracha wielorazowa :długość 5m szerokość 15 cm
- \*Gwarancja 24 miesiące kończąca się bezpłatnym przeglądem serwisowym urządzenia,
- \*Instrukcja urządzenia ( papierowa 2 szt , elektroniczna), protokół zdawczo odbiorczy, karta gwarancyjna, paszport urządzenia
- \* Dokumenty dopuszczające urządzenia do sprzedaży: CE, wpisy do Rejestru wyrobów Medycznych?

Zdjęcie poglądowe zestawu ( zasilacz, opaska zaciskowa, taśma Esmrcha , taśma uciskowa)



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

*Odpowiedzi do pytań oraz zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a

Załączniki:

- ✓ Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia p.2 – po zmianie
- ✓ Załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy – po zmianie