



Konstancin-Jeziorna, 12.05.2022 r.

Do wszystkich
uczestników postępowania
Znak sprawy – TP-27/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu. Znak sprawy – TP-27/2022 – dostawę wyrobów medycznych (sprzęt do sterylizacji)**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Pakiet nr 6

poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do manualnego i maszynowego reprocessowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestetycznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,1% do 0,5%. Szerokie zastosowanie – mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz w myjniach dezynfektorach. Wartość pH* (koncentrat) 20 °C - 8 , Wartość pH* (roztwór, 1 – 5 ml/l) 20 °C - 7,25 . Szybkie działanie – już po 1 min. Kanister 5L. Wyrób medyczny klasy I.

poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego; z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych; zawierający w swym składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze; spektrum:

* B i drożdżakobójcze (wg. VAH - warunki brudne) - 0,5% w 15min

* B (zgodnie z EN 13727 i EN 14561 - warunki brudne) - 0,5% w 5min

* drożdżakobójcze (zgodnie z EN 13624 i EN 14562 - warunki brudne) - 0,5% w 5min

* patki grzyźlicy (zgodnie z EN 14348 i EN 14563 - warunki brudne) - 1% w 30min

* V osłonkowe (zgodnie z EN 14476 / EN 1711 - warunki brudne) - 0,5% w 15min

Kanister 5 L.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet nr 6

poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min. Substancja aktywna: kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy - PHERA®System - brak zawartości kwasu octowego, ph: 7,5-8,5. Aktywność preparatu max. 14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 30 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych - pakowane po 50 szt. Opakowanie 5l + zintegrowany aktywator.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 3, poz. 11

czy Zamawiający dopuści rękaw o wielkości fałdy 5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 3, poz. 13

czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 30x8cm x 100m lub 38x8cm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 3, poz. 14

czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 38x8cm x 100m lub 42x9cm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw w rozmiarze 42x9 cm x 100m.

Pytanie 6

Pakiet 3, poz. 15

czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 15x30cm, pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza torebki w rozmiarze 15 x 30 cm pakowane po 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie 7

Pakiet 3, poz. 16

czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 21x28cm, pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Pakiet 3, poz. 17-20

czy Zamawiający dopuści torebki pakowane a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 3, poz. 21-24

czy Zamawiający wyłączy pozycje z pakietu?

Odpowiedź: Nie wyłączy.

Pytanie 10

Pakiet 3

czy Zamawiający dopuści torebki i rękawy z papierem:

- przenikanie powietrza [1,47 k Pa] nie mniej niż 11,4 $\mu\text{m}/\text{Pa}\cdot\text{s}$
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m
- folia: minimum 6 warstw, nie licząc warstwy kleju
- w miejsce wytrzymałości na rozdarcia w obu kierunkach, siła zrywająca wzdłuż 65N, w poprzek 62N
- potwierdzenie ilości warstw folii przez producenta na Karcie danych Technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

do zapisów SWZ – Rozdział V, lit. C, pkt 3 – Pakiet nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

Pytanie 12

do zapisów SWZ – Rozdział V, lit. C, pkt 3 – Pakiet nr 4

Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. W tym postępowaniu zamierzamy zaofiarować preparaty, których skład, wielkość opakowania są dokładnie znane Zamawiającemu (trwająca umowa), a więc wymóg potwierdzania ich zgodności z wymaganiami wydaje się być bezzasadny.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.