

Tarnów, dnia 18.08.2023r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.58 .KK.2868 /23

**Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: odczynników wraz z dzierżawą sprzętu oraz generatory atmosfery dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr spr 58/23**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.08.2023r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy zakresy 1

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do diagnostyki Borrelia w surowicy i PMR metodą ELISA, w których dla klasy IgG zastosowano antygeny natywne Borrelia burgdorferi, B. garinii i B. afzelii oraz reekombinant VlsE, natomiast dla klasy IgM antygeny natywne Borrelia burgdorferi, B. garinii i B. afzelii?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający może doprecyzować ile razy w roku wymaga kontroli zewnątrzlaboratoryjnej?

**Odpowiedź:**

2 kontrole w roku dla każdego oznaczenia.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający może określić szacunkową ilość tonerów do drukarki zużywanych w ciągu roku, tak aby można było skalkulować zapotrzebowanie na 3 lata?

**Odpowiedź:**

Szacunkowo 2 tonery na rok.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści testy z terminem ważności 10 miesięcy od daty produkcji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie materiałów potwierdzających parametry wymagane, bez zaznaczania ich w tekście?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Otrzymują:

1/ adresat

2/ A/a

*Anna Czech*  
DZIAŁ DIAGNOSTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
Stanisław Mikołajczyk  
Krzysztof Kwikiel

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
*Anna Czech*