

Konin, 03.01.2023r.

WSZ-EP-60/22/6/2023

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów do sterylizacji” (nr sprawy: WSZ-EP-60/2022).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy Pakietu 11:

1. Czy Zamawiający uzna za kompatybilność testu z posiadanym inkubatorem jako warunek spełniony jeśli w ramach dostawy testów o odczycie do 20 min., zostanie dostarczony inkubator na czas trwania umowy? Uzasadnienie: testy biologiczne są kompatybilne wyłącznie z inkubatorami producenta oferowanego testu, zapis zastosowany przez Zamawiającego uniemożliwi złożenia oferty innym wykonawcą niż wyłączny dystrybutor, co jest niegodne z PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.