

**Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.43.D.2021, odpowiadamy na pytania Wykonawców

**Pytanie 1:** Zadanie 19, Pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
- cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwi ich aseptyczne użytkowanie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-7 z Zadania nr 19 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 2:** Zadanie 1 poz.1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 3:** Zadanie 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 4:** Zadanie 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 50-60ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 5:** Zadanie 2 poz.2

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z końcówką ściętą pod kątem 45 stopni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga

**Pytanie 6:** Zadanie 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 50-60ml.

**Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie**

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 01722233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 7:** zadanie 9 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 8:** zadanie 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości rurki 50 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 zadania 53

pojemników o pojemności 10000 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 10:** pakiet 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bez pierścienia ekwipotencjalnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem