



Kraków, dn. 06.04.2022 r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-12/22

Postępowanie pn. „**Dostawa szwów chirurgicznych (pakiet 1) oraz materiałów hemostatycznych (pakiet 2)**”

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

### PYTANIA I

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 do grupy szwów „Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający, polidoksanon, dopuszcza się dodatek antybakteryjnego triclosanu, efektywny okres podtrzymywania tkankowego 90 dni, okres wchłaniania 182-238 dni, igły ze stopu typu ethalloy, zapewniającego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami konwencjonalnymi.” pozycja 1 dopuści szew o rozmiarze 3/0, igła 17mm 1/2 koła okrągła, dł. 70cm fioletowy reszta parametrów zgodna z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 do grupy szwów „Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający, polidoksanon, dopuszcza się dodatek antybakteryjnego triclosanu, efektywny okres podtrzymywania tkankowego 90 dni, okres wchłaniania 182-238 dni, igły ze stopu typu ethalloy, zapewniającego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami konwencjonalnymi.” pozycja 2 dopuści szew o rozmiarze 3/0, igła 26mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 45 cm niebarwiony reszta parametrów zgodna z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 do grupy szwów „Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający, poliglekapon, efektywny okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni, podtrzymywanie tkankowe 50-60% po 7 dniach, 20-30% po 14 dniach, okres wchłaniania 90-120 dni, igły ze stopu typu ethalloy, zapewniającego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami konwencjonalnymi.” pozycja 3 dopuści szew o rozmiarze 4/0, igła 16mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwkłęśta, dł. 45.cm reszta parametrów zgodna z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 do grupy szwów „Powlekany szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, polimer kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1, pokryty mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1), dopuszcza się dodatek antybakteryjnego triclosanu, efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni (udokumentowany w instrukcji obsługi), podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, okres wchłaniania 56-70 dni, igły ze stopu typu ethalloy, zapewniającego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami konwencjonalnymi.” pozycja 10 dopuści szew o rozmiarze 5/0 igła 17 mm 1/2 koła okrągła , rozwarstwiająca ,dł. 75 cm fioletowy x 12 szt. fioletowy reszta parametrów zgodna z SWZ z odpowiednim przeliczeniem ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 do grupy szwów „Powlekany szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, polimer kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1, pokryty mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1), dopuszcza się dodatek antybakteryjnego triclosanu, efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni (udokumentowany w instrukcji obsługi), podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, okres wchłaniania 56-70 dni, igły ze stopu typu ethalloy, zapewniającego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami konwencjonalnymi.” pozycja 10 dopuści szew o rozmiarze 5/0 igła 17 mm 1/2 koła okrągła , rozwarstwiająca ,dł. 70 cm fioletowy x 36 szt. fioletowy reszta parametrów zgodna z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIA II****Dot. Pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłami ze stali typu 300?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w opakowania zbiorcze po 12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem kolumny „ilość”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Dot. Pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści również igły odwrotnie tnące kosmetyczne wszędzie tam gdzie wymaga igieł dwuwklesłych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Dot. Pakietu 1, C**

Czy Zamawiający dopuści nici o czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



**Dot. Pakietu 1, D**

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez katalogowego określenia „posiadający kontrolowane rozciąganie ... i plastyczne odkształcanie węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Dot. Pakietu 1, D, poz. 8**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu szwu samouszczelniającego, pozostałe parametry bez zmian?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Dot. Pakietu 1, E, F**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający, poliglekapon, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Dot. Pakietu 1, G**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, niewchłaniający, poliester, powlekany silikonem?

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Dot. Pakietu 1, H**

Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli w/w pozycję?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***

*Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a