



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Nr postępowania 3/AMB/2023

18.05.2023

Odpowiedzi na pytania - 3

złożone do postępowania pn.: „Dostawa 3 ambulansów sanitarnych”

W związku z ogłoszoną specyfikacją techniczną do postępowania nr 3/AMB/2023 z wracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania .

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak przenośny (akumulatorowy) zamiast wymaganej centralnej instalacji próżniowej?

Uzasadnienie.

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia jego wykorzystanie również poza ambulansem co w sposób bezpośredni przekłada się na jego walory użytkowe. Dodatkowo urządzenie jest zdecydowanie tańsze od opisanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1: TAK – Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie - zgodnie z zapisem normy PN-EN 1789, tablica nr 11 poz. 5 - może być stacjonarny lub przenośny.

Wszystkie odpowiedzi należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W załączeniu skorygowane dokumenty:
- załącznik nr 1d do SWZ - tabela nr 5a

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
Paweł Rzepczyński