



Bydgoszcz, dnia 19.11.2024 r.

**NZP/85/P/24**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  
Dostawa urządzeń medycznych

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 i art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia zapisy SWZ

**Pytanie nr 1 –**

**Dotyczy zadania 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaofertowany w zadaniu nr 3 przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023/2024 r.? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty dostawy/installacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza aby zaofertowany w zadaniu nr 3 przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r.

**Pytanie nr 2 –**

**Dotyczy zadania 3**

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający potwierdza, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów – dotyczy wszystkich zadań.

**Pytanie nr 3 –**

**Dotyczy zadania 3**

(dot. wzoru umowy §3 ust. 10 lit. a-c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę wymagającą wymianę części lub podzespołów do 20 dni roboczych, na naprawę nie wymagającą wymiany części i podzespołów do 15 dni roboczych i w przypadku konieczności wymiany towaru do 30 dni roboczych?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na naprawę wymagającą wymianę części lub podzespołów do 20 dni roboczych, na naprawę niewymagającą wymiany części i podzespołów do 15 dni roboczych i w przypadku konieczności wymiany towaru do 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady – dotyczy projektu umowy załącznik nr 3 do SWZ – §3 ust. 10 lit. a-c – dotyczy wszystkich zadań.

**Pytanie nr 4 –**

**Dotyczy zadania 3**

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie, jeśli wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o takiej samej funkcjonalności?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie, jeśli wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o takiej samej funkcjonalności – dotyczy wszystkich zadań



**Pytanie nr 5 –**

**Dotyczy zadania 3**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §3 ust.6 lit. a z 2% na 1%?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający obniża wysokość kary, o której mowa w projekcie umowy §3 ust.6 lit. a z 2% na 1% - dotyczy wszystkich zadań.

**Pytanie nr 6 –**

**załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia**

zadanie nr 2 - Zestaw endoskopowy z torem wizyjnym – 1 kpl.

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

**Ppkt. 1** Procesor do endoskopii – Czy Zamawiający oczekuje współpracy oferowanego procesora z będącymi na wyposażeniu szpitala endoskopami GIF, CF serii 185 i 190?

Skutkować to będzie możliwością wydajniejszego planowania procedur oraz zabezpieczeniem w przypadku potencjalnych awarii sprzętu.

**Ppkt. 157** Endoskop ultrasonograficzny EUS o skanowaniu liniowym współpracujący z zaoferowaną centralą USG – Czy Zamawiający oczekuje współpracy oferowanego endoskopu ultrasonograficznego z będącymi na wyposażeniu szpitala procesorami CV-1500 oraz CV-190 jak i posiadaną przez Zamawiającego centralą USG ALOKA Arietta 750?

Skutkować to będzie możliwością wydajniejszego planowania procedur oraz zabezpieczeniem w przypadku potencjalnych awarii sprzętu.

**Ppkt. 171** Videogastroskop zabiegowy – Czy Zamawiający oczekuje współpracy oferowanego endoskopu z będącymi na wyposażeniu szpitala procesorem CV-1500?

Skutkować to będzie możliwością wydajniejszego planowania procedur oraz zabezpieczeniem w przypadku potencjalnych awarii sprzętu.

**Ppkt. 173** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania aparatu nowszego technologicznie z kanałem roboczym o średnicy 2,8 mm?

**Ppkt. 174** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania aparatu nowszego technologicznie z wziernikiem o średnicy 9,9 mm?

**Ppkt. 175** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania aparatu nowszego technologicznie z końcówką endoskopu o średnicy 9,6 mm?

**Ppkt 176** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania aparatu nowszego technologicznie z podwójną głębią ostrości: bliska: 1,5 - 5 mm, normalna: 3 – 100 mm?

**Ppkt. 185 Videokolonoskop** – Czy Zamawiający oczekuj współpracy oferowanego endoskopu z będącymi na wyposażeniu szpitala procesorem CV-1500?

Skutkować to będzie możliwością wydajniejszego planowania procedur oraz zabezpieczeniem w przypadku potencjalnych awarii sprzętu.

**Ppkt. 195** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania aparatu nowszego technologicznie z podwójną głębią ostrości: bliska: 1,5 - 5 mm, normalna: 3 – 100 mm?

**Ppkt. 223 MAJ-860 Kabel HF diatermia**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kabla, monopolarnego, do narzędzi do endoterapii, o dł. 4,5 m, wtyk 8 mm do diatermii ESG-150, ESG-300, ESG-400 i innych z kompatybilnym gniazdem? Wydłużenie kabla skutkować będzie poprawą ergonomii wykonywanych procedur.

**Ppkt. 205 i 225** Prosimy o informację, czy nie doszło do pomyłki pisarskiej i z tego powodu wózki do diatermii zostały wpisane omyłkowo dwukrotnie?



Wymagania ogólne – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu elementów wyposażenia tak jak np. akcesoria wózka endoskopowego, akcesoria do ssaka, które nie są produktami medycznymi i doliczany jest do nich podatek VAT w wysokości 23%?

**Odpowiedź na zapytanie:**

załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia

zadanie nr 2 - Zestaw endoskopowy z torem wizyjnym – 1 kpl.

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

- ppkt. 1 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- ppkt. 157 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
- ppkt. 171 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
- ppkt. 173 – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. średnica kanału roboczego 2,8 mm
- ppkt. 174 – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. średnica zewnętrzna wziernika 9,9 mm
- ppkt. 175 – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. średnica końcówki endoskopu 9,6 mm
- ppkt. 176 – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. podwójna Głębia ostrości: bliska 1,5-5 mm, normalna 3-100 mm
- ppkt. 185 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
- ppkt. 195 – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. podwójna Głębia ostrości: bliska 1,5-5 mm, normalna 3-100 mm
- ppkt. 223 – Zamawiający skreśla w całości zapis z ppkt. 223. Zamawiający nie wymaga powyższego parametru.
- ppkt. 205 i 225 – Zamawiający skreśla w całości zapis z ppkt. 205. Zamawiający nie wymaga powyższego parametru. Zamawiający podtrzymuje zapisy z ppkt. 225.

Wymagania ogólne:

Zamawiający umożliwił Wykonawcy w załączniku nr 2 formularz oferty wycenę przy różnej stawce VAT dla przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przypomina, że w takiej sytuacji zgodnie z zapisami w formularzu oferty – załącznik nr 2 do SWZ:

1. Jeżeli przedmiot zamówienia liczy więcej niż jeden element, a wszystkie te elementy objęte są jednolitą stawką VAT to należy wyliczyć cenę w jednej pozycji sumując wszystkie elementy o tej samej stawce VAT.

2. W przypadku zróżnicowanej stawki VAT na elementy przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w odrębnych pozycjach dla każdej stawki VAT według schematu wskazanym w pkt. 1 powyżej.

**Pytanie nr 7 –**

paragraf 4 rękojmia i gwarancja punkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację zapisu:

W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tej samej części, podzespołu, itp. przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany części, podzespołu na nowy wolny od wad w terminie określonym w §3 ust. 10 lit a. Do przypadku niedotrzymania powyższego terminu stosuje się zapisy § 3 ust. 13 lit. b i c.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający zmienia zapisy SWZ – projekt umowy § 4 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku trzykrotnej naprawy **gwarancyjnej** tej samej części, podzespołu, itp. przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany części, podzespołu na nowy wolny od wad w terminie określonym w §3 ust. 10 lit a. Do przypadku niedotrzymania powyższego terminu stosuje się zapisy § 3 ust. 13 lit. b i c.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich zadań.

Kajetan Kliszewski  
Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
Dział Zamówień Publicznych