

Znak: ZOZ.V.010/DZP/99/20

Sucha Beskidzka dnia 04.12.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Dostawa ubrań i artykułów z włókniny i flizeliny”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet 1, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 2: Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m², z wstawką antypotną?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną mocowaną na gumki w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 3 pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35 g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 1 – 6 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 1-6 – Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany na standardowy rzep w okolicy karku?

Pakiet 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M o długości 124 cm (+/- 3cm), długość rękawa z mankietem 67,5 cm (+/- 3 cm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 2, 4 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128 cm (+/- 3cm), długość rękawa z mankietem 68,5 cm (+/- 3 cm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 3, 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138 cm (+/- 3cm), długość rękawa z mankietem 69,5 cm (+/- 3 cm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 4-6 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem prostym zapewniającym swobodę ruchów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 4, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 116 cm. Gramatura materiału 5g/m². Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca z folii o grubości 0,035mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

(osłony górna i dolna zakończone elastyczną gumką)

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy o gramaturze 25g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m²?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawem zakończonym mankietem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Pakiet 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L?


Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści: Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepyłającej włókniny ($25 \text{ g/m}^2 + 25 \text{ g/m}^2 + 25 \text{ g/m}^2$), wymiary maski $17,5 \text{ cm} \times 9,5 \text{ cm}$. Wymiary gumek $16,5 \text{ cm}$. Długość sztywnika do formowania maski na nosie $10,5 \text{ cm}$. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II- poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe $34,67 \text{ Pa/cm}^2$, czystość mikrobiologiczna $1,11 \text{ cfu/g}$ (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

mgr inż. 
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suczej Górnicy
mgr inż. 

 Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr S. 