



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNAŃIU
Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L.dz. DZP-615/20

Poznań, dnia 24.09.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy - platforma zakupowa

Dotyczy: PN-64/20 – przetargu dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 4 części.

DOTYCZY CZĘŚCI 1.

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela nast. odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem regulacji CO2 w zakresie 1% do 20%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inkubator z zakresem regulacji CO2 w zakresie 1% do 20%.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby inkubator posiadał sterylizację w 180°C?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby inkubator posiadał sterylizację w 180°C.

3. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych (szer.x gł.x wys.) 637 x 880 x 900 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inkubator o wymiarach zewnętrznych (szer.x gł.x wys.) 637 x 880 x 900 mm.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 83 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 83 kg.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby inkubator posiadał wewnętrzną filtrację HEPA poprzez montowany wewnątrz inkubator filtr H14?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby inkubator posiadał wewnętrzną filtrację HEPA poprzez montowany wewnątrz inkubator filtr H14.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby inkubator informował na wyświetlaczu o osiągnięciu klasy czystości powietrza ISO 5?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby inkubator informował na wyświetlaczu o osiągnięciu klasy czystości powietrza ISO 5.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 dla części 1 – inkubator. Aktualny załącznik należy złożyć wraz z ofertą. Złożenie nieaktualnego załącznika nr 3 w zakresie cz. 1 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. pkt 2 Ustawy Pzp.



**UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**
Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Zgodnie z art. 38 ust 6 Ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert z:

Składanie ofert: 12.10.2020 r. godz. 9:00
Otwarcie ofert: 12.10.2020 r. godz. 9:15
na:
Składanie ofert: 13.10.2020 r. godz. 9:00
Otwarcie ofert: 13.10.2020 r. godz. 9:15

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

Z poważaniem
DYREKTOR DS. BUDOWY CENTRALNEGO
ZINTEGROWANEGO SZPITALA KLINICZNEGO
I WSPÓŁPRACY ZE SZPITALAMI KLINICZNYMI
.....
Za Zamawiającego
mgr Krystyna Piątkowska

Opracowała: *Stawomira Baranowska*
e-mail: dzp@ump.edu.pl
tel: 061 854-60-15

By