

Drezdenko, dnia 6 lutego 2023 roku

**Do Wykonawców,  
ubiegających się o zamówienie**

**P2**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów ortopedycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/2/2023, 2023/BZP 00067051/01 z dnia 2023-01-30**

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwaną dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

#### **Pytanie 1**

##### **pakiet 1, poz. 1a**

Czy Zamawiający dopuści gwoździe udowe w zakresie średnic 9-14mm? Pozostałe parametry bez zmian.

##### **Odp. do pytania 1**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 1 poz. 1a gwoździe udowe z dostępem do średnic w zakresie 9-14mm. Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Pytanie 2**

##### **pakiet nr 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści śruby o gwincie częściowym o wymiarach: 16mm w zakresie długości 30-130mm i gwincie 32mm i długości 45-130mm ze skokiem co 5mm zamiast wymaganych w SWZ?

##### **Odp. do pytania 2**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 4 poz.3 na śruby o gwincie częściowym o wymiarach: 16mm w zakresie długości 30-130mm i gwincie 32mm w zakresie długości 45-130mm ze skokiem co 5mm. Pozostałe parametry bez zmian.

#### **Pytanie 3**

##### **projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- a. §2 ust. 11 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
- b. §2 ust. 21 pkt 21.4 z „48 godzin” na „2 dni robocze”,
- c. §2 ust. 21 pkt 21.5 z „72 godzin” na „3 dni robocze”,
- d. §2 ust. 22 pkt 22.4 z „48 godzin” na „2 dni robocze”,
- e. §2 ust. 23 pkt 23.1 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

##### **Odp. do pytania 3**

W trybie art. 286 ust. 1 Ustawy Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie §2 projektowanych postanowień umowy. Treść po zmianie:

„ust. 11 Jeżeli w trakcie realizacji umowy przedmiot będzie wstrzymany lub wycofany z obrotu, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 dni roboczych od daty wydania ww. decyzji powiadomić, o tym fakcie Zamawiającego.”

„ust. 21.4 Czas rozpoczęcia napraw do 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, faksem, poczta elektroniczną.

„ust. 21.5 W przypadku napraw instrumentarium trwających dłużej niż 3 dni robocze od zgłoszenia, Wykonawca po upływie tego terminu zapewni instrumentarium zastępcze.”

„ust. 22.4 Termin uzupełnienia depozytu do 2 dni roboczych od przekazania protokołu wszczęcia.”

#### **Pytanie 4**

##### **projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający dookreśli w §2 pkt 21.3 oraz §3 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

##### **Odp. do pytania 4**

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest odebrać zareklamowane produkty od Zamawiającego. Termin odbioru zareklamowanych produktów zależy od Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe wprowadza się zmianę. Treść po zmianie

§3 ust. 4 " Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 5 dni od daty jej złożenia. Dopuszcza się możliwość rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej zgłoszenia pod warunkiem przesłania w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym produktu będącego przedmiotem reklamacji bez wad."

#### **Pytanie 5**

##### **projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 1 lit b i lit. c, iż trzykrotność wadliwych dostaw odnosi się do 3 kolejnych po sobie dostaw?

Z uwagi na okres obowiązywania umowy oraz planowaną ilość dostaw częściowych koniecznym jest dookreślenie jak powyżej.

##### **Odp. do pytania 5**

Zamawiający wyjaśnia, że "trzykrotność" wskazana w §8 ust. 1 lit b i lit. c nie odnosi się do trzech kolejno występujących po sobie wskazanych okoliczności. Po co najmniej trzecim wystąpieniu zdarzenia od początku obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony będzie do zastosowania wskazanych w projekcie umowy działań.

#### **Pytanie 6**

##### **projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

##### **Odp. do pytania 6**

W obecnym zapisie projektowanych postanowień umowy w §8 ust. 1 jest ww. zapis: "... po bezskutecznym wezwaniu do wykonania umowy."

#### **Pytanie 7**

##### **projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty.

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego, aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

##### **Odp. do pytania 7**

W trybie art. 286 ust. 1 Ustawy Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie §11 ust. 2 projektowanych postanowień umowy. Treść po zmianie:

„Wszelkie wątpliwości i spory związane z interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach uzgodnień obu Stron. **Powyższe nie oznacza zapisu na sąd polubowny.**”

#### **Pytanie 8**

##### **pakiet nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty Kirschnera typu trójkąt, zaostrzony jednostronnie.

Dostęp do co najmniej następujących rozmiarów:

dł. 150mm- średnica 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6

dł. 210mm- średnica 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2

dl. 310mm- średnica 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4  
dl. 380mm -średnica 2.2, 2.4, 2.8, 3.0

**Odp. do pytania 8**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SWZ

Z poważaniem

**Prezes Zarządu**

**Agnieszka Banaszek**

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/719081> dnia 06.02.2023 r.