

Załącznik Nr 5 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania aparatury i sprzętu medycznego dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy:

1. okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu, a w szczególności:
 - a. zbierania informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterek,
 - b. wykonywaniu oględzin aparatury, usuwaniu zauważonych usterek,
 - c. wykonywaniu prac konserwacyjnych określonych przez producenta w tym min. np.: sprawdzenie poprawności działania urządzenia, badanie bezpieczeństwa elektrycznego miernikiem bezpieczeństwa,
 - d. wykonywaniu regulacji i pomiarów kontrolnych,
 - e. sprawdzaniu działania wymienionych urządzeń oraz innych określonych przez Wykonawcę form obsługi technicznej,
 - f. dokonywaniu wpisów do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu (paszport) wykonywanych czynności,
 - g. wystawienie raz w roku pisemnej opinii o stanie technicznym aparatu,
 - h. usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia w ramach czynności przeglądowo - konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne o wartości jednostkowej 50,00 zł,
 - i. wydanie orzeczeń technicznych o stanie urządzeń w tym nie nadających się do naprawy
2. wykonywania napraw i usuwania awarii;
3. dostarczania części zamiennych niezbędnych do usuwania zgłoszonych awarii usterek urządzeń spełniających warunki określone w przepisach prawa, w tym w ustawie i o wyrobach medycznych (w przypadku zakupu części zamiennych o wartości powyżej 300 zł) Zamawiający zastrzega sobie konieczność każdorazowego uzgadniania takiego zakupu;
4. wykonywania kalibracji, wzorcowania i cechowania dla określonych urządzeń medycznych (według harmonogramu) w firmach do tego upoważnionych.


Przegląd aparatury uwzględnia również następujące elementy:

- a. zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być również zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami,
- b. przegląd zakończony zostaje raportem lub wpisem do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu,
- c. podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji aparatu, w szczególności instrukcji użytkowania (atestu). W miarę potrzeb dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez serwis,
- d. w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone bezpłatne instruktaże dla użytkownika,
- e. udział w corocznych przeglądach technicznych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego, dla autoklawów,
- f. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naprawy sprzętu takich jak: wagi lekarskie, tablice do badań wzroku, oraz innych drobny sprzęt medyczny.

 A. Kowalski

WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO W MWOMP W PŁOCKU ODDZIAŁ W RADOMIU Z HARMONOGRAMEM PRZEGLĄDÓW NA ROK 2023

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa wyposażenie	Data produkcji / zakupu	Zakres	Rok 2023							Czynności dodatkowe	
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		XII
1.	Poradnia okulistyczna gab.nr 103	Autorefraktometr z keratometrem typ GR 3100K firmy Grand Seiko	31.08.2007r.	przegląd roczny		X							
2.	Poradnia okulistyczna gab.nr 103	Synoptofor typ L-2510 ze stolikiem elektrycznym MD1N	08.03.2004r	przegląd roczny		X							
3.	Poradnia okulistyczna gab.nr 103	Fotel okulistyczny FO-02.0	18.11.2005r	przegląd roczny		X							
4.	Poradnia okulistyczna gab.nr 103	Ofthalmoskop typ BX-4 z akumulatorem	2001r.	przegląd roczny		X							
5.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat do zabiegów prądami diadynamicznymi DIATRONIC DT-10B	19.11.2004r	przegląd roczny		X							
6.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat do terapii laserowej Terapuls mini	29.11.2004r.	przegląd roczny		X							
7.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat INTERDYNAMIC ID-8C	04.01.2005r.	przegląd roczny		X							
8.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Lampa typ BIOTRON PRO	04.01.2005r.	przegląd roczny		X							
9.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Magnetronik typ MF-10	01.01.1998r.	przegląd roczny		X							
10.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Rower H-67	2001r.	przegląd roczny		X							
11.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Bieżnia	01.07.1998r.	przegląd roczny		X							
12.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat Stymat S110	1991r.	przegląd roczny		X							
13.	Sterylizatornia nr 010	Zgrzewarka szczegółowa typ Ms-82	1998r.	przegląd roczny								X	
14.	Sterylizatornia nr 010	Autoklaw typ Exacta	01.12.1998r.	przegląd roczny								X	
15.	Pracownia psychologiczna nr 115	Aparat Piórkowskiego PIOR/ATB2.0	18.05.2007r.	przegląd roczny		X							
16.	Pracownia psychologiczna nr 115	Aparat krzyżowy AK/ATB 2.0	18.05.2007r.	przegląd roczny		X							





A. Głowacki


17.	Pracownia psychologiczna nr 115	Aparatura do badań psychologicznych - aparat do pomiaru czasu reakcji APR	07.09.2004r.	przegląd roczny		X									
18.	Prac. badań układu oddech. nr 102	Spirometr typ Lungtest 500	01.07.2000r.	przegląd roczny	X									procedura kalibracji	
19.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Frontofokometr AL. 500 Reichert	19.05.2009r.	przegląd roczny		X									
20.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Inhalator ultradźwiękowy MONSUN MP1	19.05.2009r.	przegląd roczny		X									
21.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Lampa Sollux LS-3 statywowa	19.05.2009r.	przegląd roczny		X									
22.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Inhalator pneumatyczny MONSUN MP1	19.05.2009r.	przegląd roczny			X								
23.	Prac. badań układu oddech. nr 102	Spirometr LUNGTEST 1000S	00584	przegląd roczny									X	procedura kalibracji	
24.	Poradnia laryngologiczna nr 126	Lampa laryngologiczna L-20/25z/10W	07.04.2009r.	przegląd roczny		X									
25.	Pracownia EKG nr 11	Elektrokardiograf wraz ze stolikiem typ SILVER -2 firmy ASPEL	29.09.2010r.	przegląd roczny									X		
26.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat do elektrotterapii MULTITRONIC MT-3 firmy ETE Otwock	29.09.2010r.	przegląd roczny									X		
27.	Sterylizatoria nr 010	Autoklaw typ MILENUIUM B-2 firmy Mocom Włocły	29.09.2010r.	przegląd roczny							X				
28.	Poradnia laryngologiczna nr 127	Lampa laryngologiczna	2000r.	przegląd roczny		X									
29.	Poradnia laryngologiczna nr 127	Lampa laryngologiczna	2009r.	przegląd roczny											
30.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Wyświetlacz optyków LCD typ CP-400P wraz z testem ośnienia	02.12.2015r	przegląd roczny									X		
31.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Zestaw rehabilitacyjny 4 części BTL	31.01.2006r	przegląd roczny		X									
32.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Zestaw aparatury do elektrotterapii BTL	31.01.2006r	przegląd roczny		X									
33.	Poradnia laryngologiczna nr 127	Lampa bakteriologiczna	2001 rok	przegląd co dwa lata									X		
34.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Lampa bakteriologiczna	2001 rok	przegląd co dwa lata		X									

53.	Prac. badań czynn. układu odd. gab. 102	Spirometr Lungtest 1000SB z osprzętem	12.07.2019r	przegląd roczny			X						procedura kalibracji
54.	Prac. badania słuchu gabinet 126	Kabina audiometryczna z rampą dla osób niepełnosprawnych KC120	11.07.2019r	przegląd roczny			X						
55.	Pracownia badania słuchu gabinet 126	Audiometr z tympanometrem kliniczny AA222 Interacoustic	11.07.2019r	przegląd roczny			X						procedura kalibracji
56.	Poradnia laryngologiczna nr 127	Fotel laryngologiczny PROMAT MX	07.08.2019r	przegląd roczny				X					
57.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Lampa solux statywowa LUMINA V 5.0	17.06.2019r	przegląd roczny		X							
58.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Perymetr komputerowy (z badaniem BLUE on YELLOW	17.07.2019r	przegląd roczny			X						
59.	Pracownia badań wibracyjnych gab. 126	Termometr bezdotykowy do badania temperatur	04.07.2019r	przegląd co 2 lata			X						
60.	Pracownia badań wibracyjnych gab. 126	Termometr bezdotykowy do badania temperatur	04.07.2019r	przegląd co 2 lata			X						
61.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Wielofunkcyjny 4 kanałowy aparat do terapii skojarzonej BTL 5000	14.08.2019r	przegląd roczny							X		
62.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Bieżnia elektryczna CPQ6	06.11.2020r	przegląd roczny						X			
63.	Poradnia laryngologiczna nr 127	Lampa naczodowa LED CLAR N 55	27.11.2019r	przegląd roczny						X			
64.	Poradnia laryngologiczna nr 127	Lampa naczodowa LED Ri FOCUS R -6091	27.11.2019r	przegląd roczny						X			
65.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Masażer pistolet	22.07.2021r	przegląd roczny			X						
66.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Platforma wibracyjna HS -080VS	22.07.2021r	przegląd roczny			X						
67.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Orbitek elektryczno magnetyczny HS -50C	22.07.2021r	przegląd roczny			X						
68.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Rower treningowy Kettler Axos AVIOR P	28.06.2021r	przegląd roczny		X							
69.	Poradnia Medycyny Pracy gab. 18	Tester wzroku wraz z wyposażeniem Optec 5000G	15.09.2021r	przegląd roczny	X								
70.	Zakład rehabilitacji leczniczej	Aparat do krioterapii FROOZER	11.10.2018r	przegląd roczny					X				
71.	Poradnia dla uczniów gab. 206	Waga kolumnowa ze wzrostomierzem typ MS4971	09.06.2021r	przegląd co 2 lata		X							

WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO W MWOMP W PŁOCKU ODDZIAŁ W RADOMIU Z HARMONOGRAMEM PRZEGLĄDÓW NA ROK 2024

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa wyposażenie	Data produkcji / zakupu	Zakres	Rok 2024												Czynności dodatkowe
					I	II	II	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Poradnia okulistyczna gab.nr 103	Autorefraktometr z keratometrem typ GR 3100K firmy Grand Seiko	31.08.2007r.	przegląd roczny							X						
2.	Poradnia okulistyczna gab.nr 103	Synoptofor typ L-2510 ze stolikiem elektrycznym MD1N	08.03.2004r	przegląd roczny							X						
3.	Poradnia okulistyczna gab.nr 103	Fotel okulistyczny FO-02.0	18.11.2005r	przegląd roczny							X						
4.	Poradnia okulistyczna gab.nr 103	Oftalmoskop typ BX-4 z akumulatorem	2001r.	przegląd roczny							X						
5.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat do zabiegów prądami diadynamicznymi DIATRONIC DT-10B	19.11.2004r	przegląd roczny							X						
6.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat do terapii laserowej Terapuls mini	29.11.2004r.	przegląd roczny							X						
7.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat INTERDYNAMIC ID-8C	04.01.2005r.	przegląd roczny							X						
8.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Lampa typ BIOTRON PRO	04.01.2005r.	przegląd roczny							X						
9.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Magnetronik typ MF-10	01.01.1998r.	przegląd roczny							X						
10.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Rower H-67	2001r.	przegląd roczny							X						
11.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Bieżnia	01.07.1998r.	przegląd roczny							X						
12.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat Stymat S110	1991r.	przegląd roczny							X						
13.	Sterylizatornia nr 010	Zgrzewarka szczękowa typ Ms-82	1998r.	przegląd roczny												X	
14.	Sterylizatornia nr 010	Autoklaw typ Exacta	01.12.1998r.	przegląd roczny												X	
15.	Pracownia psychologiczna nr 115	Aparat Piórkowskiego PIOR/ATB2.0	18.05.2007r.	przegląd roczny							X						
16.	Pracownia psychologiczna nr 115	Aparat krzyżowy AK/ATB 2.0	18.05.2007r.	przegląd roczny							X						








WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO W MWOMP W PŁOCKU ODDZIAŁ W RADOMIU Z HARMONOGRAMEM PRZEGLĄDÓW NA ROK 2025

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa wyposażenie	Data produkcji / zakupu	Zakres	Rok 2025				Czynności dodatkowe
					I	II	II	IV	
1.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Autorefraktometr z keratometrem typ GR 3100K firmy Grand Seiko	31.08.2007r.	przegląd roczny					
2.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Synoptofor typ L-2510 ze stolikiem elektrycznym MD1N	08.03.2004r.	przegląd roczny					
3.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Fotel okulistyczny FO-02.0	18.11.2005r.	przegląd roczny					
4.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Ofthalmoskop typ BX-4 z akumulatorem	2001r.	przegląd roczny					
5.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat do zabiegów prądami diadynamicznymi DIATRONIC DT-10B	19.11.2004r.	przegląd roczny					
6.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat do terapii laserowej Terapuls mini	29.11.2004r.	przegląd roczny					
7.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat INTERDYNAMIC ID-8C	04.01.2005r.	przegląd roczny					
8.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Lampa typ BIOTRON PRO	04.01.2005r.	przegląd roczny					
9.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Magnetronik typ MF-10	01.01.1998r.	przegląd roczny					
10.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Rower H-67	2001r.	przegląd roczny					
11.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Bieżnia	01.07.1998r.	przegląd roczny					
12.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Aparat Symat S110	1991r.	przegląd roczny					
13.	Sterylizatornia nr 010	Zgrzewarka szczękowa typ Ms-82	1998r.	przegląd roczny					
14.	Sterylizatornia nr 010	Autoklaw typ Exacta	01.12.1998r.	przegląd roczny					
15.	Pracownia psychologiczna nr 115	Aparat Piórkowskiego PIOR/ATB2.0	18.05.2007r.	przegląd roczny					
16.	Pracownia psychologiczna nr 115	Aparat krzyżowy AK/ATB 2.0	18.05.2007r.	przegląd roczny					

53.	Prac. badań czyn. układu odd. gab. 102	Spirometr Lungtest 1000SB z osprzętem	12.07.2019r	przegląd roczny						procedura kalibracji
54.	Prac. badania słuchu gab. 126	Kabina audiometryczna z rampą dla osób niepełnosprawnych KC120	11.07.2019r	przegląd roczny						
55.	Pracownia badania słuchu gab. 126	Audiometr z tympanometrem klinicznym AA222 Intercooustic	11.07.2019r	przegląd roczny						procedura kalibracji
56.	Poradnia laryngologiczna nr 127	Fotel laryngologiczny PROMAT MX	07.08.2019r	przegląd roczny						
57.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Lampa solux statywowa LUMINA V 5.0	17.06.2019r	przegląd roczny						
58.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Perymetr komputerowy (z badaniem BLUE on YELLOW	17.07.2019r	przegląd roczny						
59.	Pracownia badań wibracyjnych gab. 126	Termometr bezdotykowy do badania temperatur	04.07.2019r	przegląd co 2 lata						
60.	Pracownia badań wibracyjnych gab. 126	Termometr bezdotykowy do badania temperatur	04.07.2019r	przegląd co 2 lata						
61.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Wielofunkcyjny 4 kanałowy aparat do terapii skojarzonej BTL 5000	14.08.2019r	przegląd roczny						
62.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Bieżnia elektryczna CPQ6	06.11.2020r	przegląd roczny						
63.	Poradnia laryngologiczna nr 127	Lampa naczołowa LED CLAR N 55	27.11.2019r	przegląd roczny						
64.	Poradnia laryngologiczna nr 127	Lampa naczołowa LED Ri FOCUS R -6091	27.11.2019r	przegląd roczny						
65.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Masażer pistolet	22.07.2021r	przegląd roczny						
66.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Platforma wibracyjna HS -080VS	22.07.2021r	przegląd roczny						
67.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Orbitek elektryczno magnetyczny HS -50C	22.07.2021r	przegląd roczny						
68.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Rower treningowy Kettler Axos AVIOR P	28.06.2021r	przegląd roczny						
69.	Poradnia Medycyny Pracy gab. 18	Tester wzroku wraz z wyposażeniem Optec 5000G	15.09.2021r	przegląd roczny						
70.	Zakład rehabilitacji leczniczej	Aparat do krioterapii FROOZER	11.10.2018r	przegląd roczny						
71.	Poradnia dla uczniów gab. 206	Waga kolumnowa ze wzrostomierzem typ MS4971	09.06.2021r	przegląd co 2 lata						

  A. Górska

35.	Gabinet zabiegowy nr 12	Lampa bakteriologiczna	2001 rok	przeгляд co dwa lata					
36.	Poradnia dermatologiczna nr 15	Lampa bakteriologiczna	2001 rok	przeгляд co dwa lata					
37.	Punkt pobrań mat. do badań nr 14	Lampa bakteriologiczna	2001 rok	przeгляд co dwa lata					
38.	Poradnia Medycyny Pracy nr 5	Waga WPT 150	2003 rok	przeгляд co dwa lata					
39.	Prac. badań czyn. układu oddech. nr 102	Waga WPT 150	2003 rok	przeгляд co dwa lata					
40.	Prac. diag. zesp. wibracyjnego nr 124	Mikroskop stereoskopowy typ MST 131	01.12.1996r.	przeгляд co dwa lata					
41.	Gabinet zabiegowy nr 12	Defibrylator PRIMEDIC HeartSave AED -M	30.12.2014r	przeгляд roczny					
42.	Poradnia Chorób Zawod. gab.122	Waga kolumnowa ze wzrostomierzem cyfrowa BMI	11.05.2017r	przeгляд co dwa lata					
43.	Prac. badań czyn. układu oddech. nr 102	Waga kolumnowa ze wzrostomierzem cyfrowa BMI	11.05.2017r	przeгляд co dwa lata					
44.	Gabinet zabiegowy nr 12	Elektrokardiograf AsCard Grey v.07 304	16.12.2016r	przeгляд roczny					
45.	Punkt pobrań mat. do badań nr 14	Fotel zabiegowy FoZa Basic Mobil	20.12.2016r	przeгляд roczny					
46.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Tester okulistyczny Optec 5000G z zestawem komputerowym i drukarką	21.06.2016r	przeгляд roczny					
47.	Poradnia okulistyczna gab. nr 103	Lampa szczelinowa SL 110; tonometr aplantacyjny ATO20; stoлик taro	22.11.2018r	przeгляд roczny					
48.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Wielofunkcyjny 4 kanałowy aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, laseroterapii i magnetoterapii BTL 5818 SLM	23.11.2018r	przeгляд roczny					
49.	Poradnia badań słuchu nr 126	Palestetjometr P33	07.12.2018r	przeгляд roczny					
50.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Inhalator pneumatyczny MONSUN 2 MP2	26.12.2018	przeгляд roczny					
51.	Zakład rehabilitacji lecz. nr 209	Inhalator pneumatyczny MONSUN 2 MP2	26.12.2018	przeгляд roczny					
52.	Sterylizatornia gab. nr 010	Młynia ultradźwiękowa Sonic 6	08.07.2019r	przeгляд roczny					

A. Wacik

72.	Gabinet zabiegowy gab.nr 12	Aparat rtęciowy do mierzenia ciśnienia, słuchawki lekarskie	2001r.	przeгляд roczny					
73.	Poradnia neurologiczna gab.125	Aparat zegarowy do mierzenia ciśnienia, słuchawki lekarskie	2005r.	przeгляд roczny					
74.	Poradnia Chorób Zawodowych gab.4	Aparat rtęciowy do mierzenia ciśnienia, słuchawki lekarskie	2005r.	przeгляд roczny					
75.	Poradnia Medycyny Pracy gab.22	Aparat rtęciowy do mierzenia ciśnienia, słuchawki lekarskie	1998r.	przeгляд roczny					
76.	Poradnia Medycyny Pracy gab.119	Aparat rtęciowy do mierzenia ciśnienia, słuchawki lekarskie	1998r.	przeгляд roczny					
77.	Poradnia okulistyczna gab.103	Aparat rtęciowy do mierzenia ciśnienia, słuchawki lekarskie	1998r.	przeгляд roczny					
78.	Poradnia dla kierowców gab.112	Aparat rtęciowy do mierzenia ciśnienia, słuchawki lekarskie	1998r.	przeгляд roczny					
79.	Poradnia Chorób Zawodowych gab.109	Aparat rtęciowy do mierzenia ciśnienia, słuchawki lekarskie	2005r.	przeгляд roczny					
80.	Poradnia Chorób Zawodowych gab.110	Aparat rtęciowy do mierzenia ciśnienia, słuchawki lekarskie	1998r.	przeгляд roczny					
81.	Poradnia Chorób Zawodowych gab.123	Aparat rtęciowy do mierzenia ciśnienia, słuchawki lekarskie	2000r.	przeгляд roczny					
82.	Poradnia Chorób Zawodowych gab.25	Cisnieniomierz zegarowy PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
83.	Gabinet zabiegowy nr 12	Cisnieniomierz zegarowy PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
84.	Poradnia neurologiczna gab.125	Cisnieniomierz zegarowy PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
85.	Poradnia Medycyny Pracy gab.8	Cisnieniomierz zegarowy PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
86.	Poradnia Chorób Zawodowych gab.110	Cisnieniomierz zegarowy PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
87.	Poradnia Chorób Zawodowych gab.123	Cisnieniomierz zegarowy PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
88.	Poradnia Medycyny Pracy gab.22	Cisnieniomierz zegarowy PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
89.	Poradnia okulistyczna gab.103	Cisnieniomierz zegarowy PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
90.	Poradnia dla kierowców gab.112	Cisnieniomierz zegarowy PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
91.	Poradnia Chorób Zawodowych gab.123	Cisnieniomierz PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
92.	Poradnia Chorób Zawodowych gab.122	Cisnieniomierz PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					
93.	Poradnia laryngologiczna gab.127	Cisnieniomierz PRECISA N	05.08.2009r.	przeгляд roczny					

  H. Lewin

94.	Gabinet zabiegowy, punkt szczepień nr 12	Cisnienie mierz Big Ben	30.12.2014r	przeгляд roczny					
95.	Poradnia Chorób Zawodowych gab.123	Cisnienie mierz elektroniczny Panasonic EW3106	25.08.2014r	przeгляд roczny					
96.	Poradnia dla uczniów i studentów gab.206	Cisnienie mierz OMRON Model M3 + zasilacz	30.06.2017r	przeгляд roczny					
97.	Poradnia dla uczniów i studentów gab.207	Cisnienie mierz OMRON Model M3 + zasilacz	30.06.2017r	przeгляд roczny					
98.	Poradnia Medycyny Pracy gab.18	Platforma baropodometryczna freeMED MAXI z wyposażeniem	13.08.2021r	przeгляд roczny					
99.	Poradnia Okulistyczna gab. 103	Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem wraz z wyposażeniem	17.08.2021r	przeгляд roczny					

A. Kozłowski