


Opis przedmiotu zamówienia - Aparat RTG DR 7500 – Część II

1. Okresowe przeglądy i konserwacje, a w szczególności:
 - wykonania dwóch przeglądów techniczno-eksploatacyjnych w ciągu roku dla aparatu DR 7500,
 - aktualizacja oprogramowania według zaleceń producenta,
 - udzielania telefonicznej pomocy technicznej codziennie w dni robocze w godzinach od 8:30 do 18:00 wraz z dokonywaniem zdalnych diagnoz i napraw w każdej sytuacji, kiedy jest to możliwe,
 - gotowość do usuwania napraw i awarii na podstawie odrębnego zlecenia
 - dostarczania części zamiennych niezbędnych do usuwania zgłoszonych awarii i usterek urządzeń, spełniających warunki określone w przepisach prawa, w tym w ustawie o wyrobach medycznych (w przypadku zakupu części zamiennych o wartości wyższej niż 200,00 zł).

Zamawiający zastrzega sobie konieczność każdorazowego uzgodnienia takiego zakupu.

2. Zakres przeglądu techniczno-eksploatacyjnego dla aparatu DR 7500 obejmuje:
 - sprawdzenie wyłączników bezpieczeństwa, zewnętrznych lamp ostrzegawczych;
 - oczyszczenie i sprawdzenie generatora ewentualne wykonanie kalibracji;
 - oczyszczenie i sprawdzenie stanu układów zasilających, sterujących i komputerowych w urządzeniu, ewentualna kalibracja;
 - oczyszczenie, sprawdzenie oraz ewentualna kalibracja następujących podzespołów: kolimatora, stołu, ścianki „Wall Stand”, zawieszenia „OTC”, lampy oraz detektorów;
 - oczyszczenie elementów sufitowego toru jezdnego, sprawdzenie ustawień i ewentualne wykonanie kalibracji pomieszczenia;
 - sprawdzenie, wyczyszczenie i ewentualna wymiana filtrów powietrznych;
 - wykonanie wewnętrznych testów odbiorczych producenta;
 - wyczyszczenie odpowiednich baz danych (stacja kliniczna).

3. Pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowej usługi:
 - maksymalny czas reakcji na zgłoszoną usterkę, której nie można naprawić zdalnie - 72 godziny;
 - dokonywanie wpisu do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu [paszport] wykonywanych czynności;
 - wystawianie pisemnej opinii/orzeczenia o stanie technicznym aparatu, na prośbę Zamawiającego, szczególnie dla aparatów nie nadających się do naprawy/użytku;
 - usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia w ramach czynności przeglądowo – konserwacyjnych;
 - zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być również zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami;
 - podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji aparatu, w szczególności instrukcji użytkownika (atesty). W miarę potrzeby dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez serwis;
 - w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone bezpłatne instruktaże dla użytkownika;
 - wykonywania napraw i usuwania awarii (wg. indywidualnych zgłoszeń pisemnych);
 - dostarczania części zamiennych niezbędnych do usuwania zgłoszonych awarii i usterek urządzeń, spełniających warunki określone w przepisach prawa, w tym w ustawie o wyrobach medycznych (w przypadku zakupu części zamiennych o wartości wyższej niż 300,00 zł), Zamawiający zastrzega sobie konieczność każdorazowego uzgodnienia takiego zakupu.



HARMONOGRAMEM PRZECIĄDÓW MWOMP W PŁOCKU NA 2023 - 2025 R
Aparat RTG DR 7500

Znak sprawy: ZP 260.02.2023

Lp.	Lokalizacja	Nazwa wyposażenia	Ilość przeglądów w roku	Data produkcji/zakupu	Numer inwentarzowy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Uwagi
I	Pracownia Diagnostyki Obrazowej	Aparat RTG DR 7500 nr seryjny 75000889	2	2010	MWOMP/VIII/168/10/P						X						X	




A. Nowak

