


Opis przedmiotu zamówienia - PACS – Część III

1. Zakres przeglądu techniczno-eksploatacyjnego dla zestawu PACS:
 - wykonanie jednego zdalnego przeglądu techniczno – eksploatacyjnego w ciągu roku –zestaw PACS (stacja kliniczna + stacja diagnostyczna);
 - wykonanie dwóch zdalnych przeglądów techniczno – eksploatacyjnego w ciągu roku –zestaw PACS (serwer);
 - oczyszczenie układów elektronicznych, komputerowych;
 - wyczyszczenie odpowiednich baz danych urządzeń.
2. Pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowej usługi:
 - maksymalny czas reakcji na zgłoszoną usterkę, której nie można naprawić zdalnie - 72 godziny;
 - usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia w ramach czynności przeglądowo –konserwacyjnych;
 - zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być również zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami;
 - w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone bezpłatne instruktaże dla użytkownika;
 - wykonywania napraw i usuwania awarii (wg. indywidualnych zgłoszeń pisemnych);
 - dostarczania części zamiennych niezbędnych do usuwania zgłoszonych awarii i usterek urządzeń, spełniających warunki określone w przepisach prawa, w tym w ustawie o wyrobach medycznych (w przypadku zakupu części zamiennych o wartości wyższej niż 300,00 zł), Zamawiający zastrzega sobie konieczność każdorazowego uzgodnienia takiego zakupu.



A. Gorka

HARMONOGRAMEM PRZEGŁADÓW MWOMP W PŁOCKU NA 2023 - 2025 R
Zestaw PACS

Lp.	Lokalizacja	Nazwa wyposażenia	Ilość przeглядów w roku	Data produkcji/zakupu	Numer inwentarzowy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Uwagi
1	Pracownia Diagnostyki Obrazowej	Zestaw PACS Carestream Health (server)	2	2010	MWOMP/VIII/168/10/P						X						X	Przeгляд zdalny
2	Pracownia Diagnostyki Obrazowej	Zestaw PACS Carestream Health (stacja kliniczna, stacja diagnostyczna)	1	2010	MWOMP/VIII/168/10/P						X							Przeгляд zdalny

