

Opis przedmiotu zamówienia dla Części I

1. Okresowe przeglądy i konserwacje, a w szczególności:
 - zbieranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterekach;
 - wykonywanie oględzin aparatury, usuwanie zauważonych usterek;
 - wykonywanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta;
 - wykonywanie regulacji i pomiarów kontrolnych;
 - sprawdzanie działania wymienionych urządzeń oraz innych określonych przez Wykonawcę form obsługi technicznej;
 - dokonywanie wpisu do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu [paszport] wykonywanych czynności;
 - podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji aparatu, w szczególności instrukcji użytkownika (atestu). W miarę potrzeby dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez serwis;
 - usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia w ramach czynności przeglądowo – konserwacyjnych z odpłatnością dodatkową jedynie za zużyte materiały i części zamienne o wartości jednostkowej powyżej 50,00 zł;
 - wydawanie orzeczeń technicznych o stanie urządzeń, w tym nie nadających się do naprawy;
 - w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone bezpłatne instruktaże dla użytkownika.
2. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być również zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami.
3. Wykonywanie napraw i usuwanie awarii.
4. Dostarczanie części zamiennych niezbędnych do usuwania zgłoszonych awarii i usterek urządzeń, spełniających warunki określone w przepisach prawa, w tym w ustawie o wyrobach medycznych (w przypadku zakupu części zamiennych o wartości wyższej niż 300,00 zł), Zamawiający zastrzega sobie konieczność każdorazowego uzgodnienia takiego zakupu – koszt zakupu części pokrywa Zamawiający.
5. Wykonywania wzorcowania/kalibracji w firmach do tego upoważnionych dotyczy:
 - Płock - audiometr MIDIMATE 622,
 - Płock - PALESTEZJOMETR P33,
 - Płock - audiometr TYMPANOMETR AZ26.
6. Wykonanie badania bezpieczeństwa elektrycznego – jeden raz w roku – urządzenie do masażu wodnego rąk WKG i urządzenie do wodnego masażu nóg WKS, urządzenie do krioterapii.
7. Udział w corocznych przeglądach technicznych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego dla sterylizatorów.

Terminy wykonania czynności zgodnie z harmonogramem.

Zestawy BTL

1. Oględziny urządzenia:
 - sprawdzenie obudowy urządzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych,
 - sprawdzenie zewnętrznych kabli, zasilaczy pod kątem uszkodzeń mechanicznych,
 - sprawdzenie akcesoriów pod kątem uszkodzeń mechanicznych,
 - sprawdzenie obecności i czytelności koniecznych etykiet ostrzegawczych i informacyjnych,
 - sprawdzenie obecności etykiety z numerem seryjnym i wersją oprogramowania.



2. Test funkcjonalny urządzenia:

- sprawdzenie ustawień daty i czasu,
- sprawdzenie funkcjonowania wyświetlacza LCD i jego podświetlenia,
- sprawdzenie funkcjonowania przycisków i ich podświetlenia,
- sprawdzenie funkcjonowania pokręteł i ich podświetlenia,
- sprawdzenie funkcjonowania głośnika,
- sprawdzenie funkcjonowania i kalibracji ekranu dotykowego,
- sprawdzenie funkcjonowania przycisku bezpieczeństwa pacjenta - (Diatermia),
- sprawdzenie funkcjonowania czujnika ciśnienia - (Lymphastim),
- sprawdzenie funkcjonowania komunikacji RFID - (Lymphastim),
- sprawdzenie funkcjonowania/parametrów elektroterapii i akcesoriów - (jeśli występuje),
- sprawdzenie funkcjonowania/parametrów terapii ultradźwiękowej i akcesoriów - (jeśli występuje),
- sprawdzenie funkcjonowania/parametrów laseroterapii i akcesoriów - (jeśli występuje),
- sprawdzenie funkcjonowania/parametrów magnetoterapii i akcesoriów - (jeśli występuje),
- sprawdzenie funkcjonowania/parametrów masażu ciśnieniowego (Lymphastim),
- sprawdzenie funkcjonowania/parametrów terapii pojemnościowej (Diatermia),
- sprawdzenie funkcjonowania/parametrów terapii indukcyjnej (Diatermia),
- sprawdzenie wyników autotestu urządzenia.

3. Test bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.

Ponadto wymagane będzie:

- zbieranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterek;
- wykonywanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta;
- dokonywanie wpisu do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu [paszport] wykonywanych czynności;
- podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji aparatu, w szczególności instrukcji użytkownika (atestu). W miarę potrzeby dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez serwis;
- usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia w ramach czynności przeglądowo – konserwacyjnych z odpłatnością dodatkową jedynie za zużyte materiały i części zamienne o wartości jednostkowej powyżej 50,00 zł;
- wydawanie orzeczeń technicznych o stanie urządzeń, w tym nie nadających się do naprawy;
- w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone bezpłatne instruktaże dla użytkownika;
- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być również zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami;
- wykonywanie napraw i usuwania awarii;
- dostarczanie części zamiennych niezbędnych do usuwania zgłoszonych awarii i usterek urządzeń, spełniających warunki określone w przepisach prawa, w tym w ustawie o wyrobach medycznych (w przypadku zakupu części zamiennych o wartości wyższej niż 300,00 zł), Zamawiający zastrzega sobie konieczność każdorazowego uzgodnienia takiego zakupu – koszt zakupu części pokrywa Zamawiający.

  A. Czerwinski

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW NA ROK 2023 - Płock

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa wyposażenia	Ilość przeglądów w roku	Data produkcji / zakupu	Numer inwentarżowy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Czynności dodatkowe	Uwagi
1	EKG	APARAT EKG ASCARD M-Silver	1	2006	MWOMP/VIII/065/07/P			X											
2		APARAT EKG ASCARD Grey	1	2016	MWOMP/VIII/470/16												X		
3	Gabinet Zabiegowy - Punkt Strzeplięć	Aparat do mierzenia ciśnienia Big Ben (ścienny)	1	2014	MWOMP/VIII/355/14/P					X									
4	Pomieszczenie przygotowywania roztworów dezynfekujących	Destylator elektryczny DE-5M	1	2010	MWOMP/VIII/176/10/P				X										
5	Poradnia dermatologiczna	Dermatoskop DELTA	1	2009	MWOMP/VIII/155/09/P											X			
6		Audiometr - TYMPANOMETR AZ 26	1	2003	MWOMP -T/IV-42-7-2						X							Świadectwo sprawdzenia, wzorcowanie	
7	Poradnia Laryngologiczna	AUDIOMETR MIDIMATE 622	1	1998	MWOMP -T/IV-42-7-1													Świadectwo sprawdzenia, wzorcowanie	
8		LAMPA CLARA	1	1978	MWOMP -I/IV-49-23-2				X										
9		LAMPA LARYNGOLOGICZNA L-20/25/5W	1	2004	MWOMP -I/IV-49-23-5				X										
10		Rinofaryngoskop EF28	1	2019	MWOMP/VIII/758/19/P							X							
11		Aparat do badania otonisji akustycznej Neurosoft aScreen	1	2019	MWOMP/VIII/755/19/P							X							
12		Autorefraktometr AR-330 + STOLIK ELEKTRYCZNY	1	2008	MWOMP/VIII/128/08/P				X										
13		Frontofotometr AL-500+STOLIK ELEKTRYCZNY	1	2008	MWOMP/VIII/129/08/P				X										
14		Lampa szzelinowa SL 115 + STOLIK ELEKTRYCZNY	1	2013	MWOMP/VIII/151/13/P				X										
15		OFTALMOSKOP	1	1989	MWOMP -I/IV-42-6-7				X										
16		PERYMETR KOMPUTEROWY PTS-920BY	1	2016	MWOMP/VIII/477/16									X					
17		POLIMERZ KULISTY (CARL ZEISS JENA)+STOLIK ELEKTRYCZNY	1	1974	MWOMP -I/IV-42-5-1				X										
18	Poradnia Okulistyczna	Stolik okulistyczny MD-3	1	2016	MWOMP/VIII/464/16/P									X					
19		SYNOPTOFOR INAMI L-2510+STOLIK ELEKTRYCZNY	1	2004	MWOMP -I/IV-42-13-1-1				X										
20		Tester okulistyczny - Optec 500G	1	2016	MWOMP/VIII/458/16/P						X								
21		Tonometr bezdotykowy z pachymetrem NIDEK + stolik elektryczny	1	2019	MWOMP/VIII/740/19/P		X												
22		ELEKTRYCZNA PIŁA OSCYLACYJNA EP - 1	1	2003	MWOMP -I/IV-49-30-1				X										
23	Poradnia	Lampa starykowa BHS - 375	1	2005	MWOMP -I/IV-42-24-5				X										
24	Ortopedyczna	Stół operacyjny - zabiegowy SO10. Sz-01.0	1	2005	MWOMP -I/IV-49-24-3				X										
25		Stół operacyjny SU-02	1	2005	MWOMP -I/IV-42-24-4				X										
26	Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego	SPIROMETR LUNGTEST 500 P730A	1	1997	MWOMP -T/IV-42-6-1						X								
27	Pracownia Diagnostyki Zespołu Wibracyjnego	Palestezjometr P33	1	2018	MWOMP/VIII/734/18/P													Kalibracja	
28		TERMOMETR TERMISTOROWY	1	1991	MWOMP -T/IV-42-21-1					X									
29		APARAT KRZYŻOWY	1	2009	MWOMP/VIII/142/09/P														
30		APARAT PIOROKOWSKIEGO	1	2009	MWOMP/VIII/143/09/P														
31		Aparat wrażeń optyczne WO-1	1	1995	MWOMP -I/IV-49-4-1							X							
32		Głównia kabinowa z wyposażeniem	1	2009	MWOMP/VIII/141/09/P														
33		Miernik czasów reakcji MRK-7	1	2010	MWOMP/VIII/175/10/P														
34	Pracownia Psychologiczna	Miernik czasu reakcji APR	1	2016	MWOMP/VIII/473/16/P														
35		SKRYŃKA POŁECEN	1	1975	MWOMP -I/IV-49-7-1				X										
36		SPINMETER TYP 2003	1	1995	MWOMP -I/IV-49-43-1				X										
37		STEREOMETR	1	1974	MWOMP -I/IV-49-1-3				X										
38		STEREOMETR GE-2	1	1980	MWOMP -I/IV-49-1-1				X										
39		Stereometr STE-03	1	2008	MWOMP/VIII/126/08/P														
40		Wirometr W-03	1	2008	MWOMP/VIII/127/08/P														

A. Giermp

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW NA ROK 2023 - Płock

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa wyposażenia	Ilość przeglądów w roku	Data produkcji / zakupu	Numer inwentarzowy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Czynności dodatkowe	Uwagi
41	Punkt Pobrań	Fotel zabiegowy do pobierania krwi FK-04	1	2008	MMOMP/VIII/123/08/P					X									
42	Autoklaw E9	Autoklaw E9 Inspection MED	1	2009	MMOMP/VIII/133/09/P							X							
43	Sterylizatoria	Zarzewarka MELAG	1	2005	NS: 021002219											X			
44		Aparat do masażu limfatycznego - BTL - 6000 LYMPHASTIM TOPLINE	1	2013	MMOMP/VIII/221/13/P					X								Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
45		Aparat do masażu limfatycznego - BTL - 6000 LYMPHASTIM TOPLINE	1	2013	MMOMP/VIII/244/13/P					X								Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
46		BTL - 5818 SLM	1	2018	MMOMP/VIII/721/18/P												X	Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
47		Dzielnia krótkofalowa - BTL - 6000 SHORTWAVE	1	2013	MMOMP/VIII/222/13/P					X								Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
48		DIATRONIK HDT-7/8	1	1995	MMOMP - I/IV-41-9-2					X									
49		Fotel masujący EUROPA III Zero Gravity SD	1	2013	MMOMP/VIII/252/13/P					X									
50		INTERDYNAMIK ID-4C	1	1995	MMOMP - I/IV-41-10-1					X									
51		LAMPA BIOTRON PRO PAG - 890	1	2003	MMOMP - I/IV-49-46-1					X									
52		LAMPA BIOTRON PRO PAG - 890	1	2003	MMOMP - I/IV-49-46-2					X									
53		Lampa Lumina	1	2013	MMOMP/VIII/246/13/P					X									
54		Lampa Lumina	1	2013	MMOMP/VIII/247/13/P					X									
55		Lampa LUMINA Ver. 3.31	1	2006	MMOMP/VIII/029/06					X									
56		Lampa LUMINA Ver. 3.31	1	2006	MMOMP/VIII/029/06					X									
57		LAMPA SOLUX	1	1987	MMOMP - I/IV-41-3-9					X									
58		Laser Polaris 2 z aplikatorem skanującym R	1	2018	MMOMP/VIII/720/18/P										X				
59		Magneo Box typ BH	1	2006	MMOMP/VIII/031/06					X									
60		MAGNETRONIK MF - 10	1	1995	MMOMP - I/IV-41-3-1					X									
61		MAGNETRONIK MF - 20 (WZMACNIACZ ZSZT., APLIKATOR ZSZT.)	1	2004	MMOMP - I/IV-41-3-2					X									
62		PULSATRONIK S ST-6D	1	1995	MMOMP - I/IV-41-4-1					X									
63		STOL BTL 1300	1	2002	MMOMP - I/IV-41-9-1								X						
64		Stół do masażu i terapii manualnej SM-W	1	2008	MMOMP/VIII/125/08/P					X									
65		Stół do masażu Terapeuta M-P5 F4	1	2013	MMOMP/VIII/253/13/P					X									
66		Stół do masażu Terapeuta M-P5 F4	1	2013	MMOMP/VIII/254/13/P					X									
67		Stół do masażu Terapeuta M-P5 F4	1	2013	MMOMP/VIII/255/13/P					X									
68		Stół do masażu Terapeuta M-P5 F4	1	2013	MMOMP/VIII/256/13/P					X									
69	Zakład Rehabilitacji	Urządzenie do krioterapii - KRIOPOL R ver.3	1	2013	MMOMP/VIII/226/13/P					X								Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
70		Urządzenie do masażu wodnego nóg WKS	1	2013	MMOMP/VIII/225/13/P					X								Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
71		Urządzenie do masażu wodnego rąk WKG	1	2013	MMOMP/VIII/224/13/P					X								Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
72		Urządzenie przenośne do elektrotterapii i laseroterapii - BTL - 4852 L TOPLINE	1	2013	MMOMP/VIII/223/13/P					X								Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
73		Zestaw BTL 1. BTL 5820 SL Combi 2. BTL VAC	1	2013	MMOMP/VIII/245/13/P					X								Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
74		Zestaw do ćwiczeń rehabilitacyjnych: - Redcut Workstation Professional - Stół do masażu Terapeuta M-S2 F4	1	2013	MMOMP/VIII/249/13/P					X									

A. Wawrzyniak

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW NA ROK 2023 - Płock

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa wyposażenia	Ilość przeglądów w roku	Data produkcji / zakupu	Numer inwentarzowy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Czynności dodatkowe	Uwagi
75		ZESTAW REHABILITACYJNY BTL w tym: BTL - 5000 PULS BTL - 5000 SONO BTL - VAC	1	2002	MWOMP -T/IV-41-7-1										X			Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
76		ZESTAW REHABILITACYJNY BTL w tym: BTL - 5820 SL Combi BTL - VAC	1	2004	MWOMP -T/VIII-41-13-2										X			Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
77		ZESTAW REHABILITACYJNY BTL w tym: BTL - 5825 SL BTL - VAC	1	2005	MWOMP -T/14/41-9-2										X			Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
78		ZESTAW REHABILITACYJNY BTL w tym: BTL - 5825 SL BTL - VAC	1	2005	MWOMP -T/14-41-9-3										X			Badanie bezpieczeństwa elektrycznego 1 w roku	
79	Poradnia Medycyny Pracy	Tester OPTEC 5000G	421129	2021	MWOMP/VIII/977/21/P									X					

[Signature] *[Signature]* *M. Gawn*

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW NA ROK 2024 - Płock

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa wyposażenia	Ilość przeglądów w roku	Data produkcji / zakupu	Numer inwentarzowy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Czynności dodatkowe	Uwagi
1	EKG	APARAT EKG ASCARD MrSilver	1	2006	MWOMP/VIII/065/07/P			X											
2		APARAT EKG ASCARD Grey	1	2016	MWOMP/VIII/470/16												X		
3	Gabinet Zabiegowy - Punkt Szczepień	Aparat do mierzenia ciśnienia Big Ben (ścienny)	1	2014	MWOMP/VIII/355/14/P					X									
4	Pomieszczenie przygotowywania roztworów dezynfekujących	Destylator elektryczny DE-5M	1	2010	MWOMP/VIII/176/10/P					X									
5	Poradnia dermatologiczna	Dermatoskop DELTA	1	2009	MWOMP/VIII/155/09/P											X			
6		Audiometr - TYMPANOMETR AZ 26	1	2003	MWOMP -T/IV-42-7-2						X							Świadectwo sprawdzenia	
7		AUDIOMETR MIDIMATE 622	1	1998	MWOMP -T/IV-42-7-1											X		Świadectwo sprawdzenia	
8	Poradnia Laryngologiczna	LAMPA CLAR'A	1	1978	MWOMP -I/IV-49-23-2				X										
9		LAMPA LARYNGOLOGICZNA L-20/25Z/5W	1	2004	MWOMP -I/IV-49-23-5				X										
10		Rinofaryngoskop EF28	1	2019	MWOMP/VIII/759/19/P							X							
11		Aparat do badania otonisji akustycznej Neurosoft aScreen	1	2019	MWOMP/VIII/755/19/P							X							
12		Autorefraktometr AR-330 + STOLIK ELEKTRYCZNY	1	2008	MWOMP/VIII/128/08/P				X										
13		Frontofotometr AL-500+STOLIK ELEKTRYCZNY	1	2008	MWOMP/VIII/129/08/P				X										
14		Lampa szczelinowa SL-115 + STOLIK ELEKTRYCZNY	1	2013	MWOMP/VIII/215/13/P				X										
15		OFTALMOSKOP	1	1989	MWOMP -I/IV-42-6-7									X					
16		PERYMETR KOMPUTEROWY PTS-920BY	1	2016	MWOMP/VIII/477/16												X		
17	Poradnia Okulistyczna	POLOMERZ KULISTY (CARL ZEISS JENA)+STOLIK ELEKTRYCZNY	1	1974	MWOMP -I/IV-42-5-1				X										
18		Stolik okulistyczny MD-3	1	2016	MWOMP/VIII/464/16/P									X					
19		SYNOPTOFOR INAMI L-2510+STOLIK ELEKTRYCZNY	1	2004	MWOMP -I/IV-42-13-1-1				X										
20		Tester okulistyczny - Optec 500G	1	2016	MWOMP/VIII/458/16/P						X								
21		Tonometr bezdotykowy z pachymetrem NIDEK + stolik elektryczny	1	2019	MWOMP/VIII/740/19/P		X												
22	Poradnia Ortopedyczna	ELEKTRYCZNA PIŁA OSCYLACYJNA EP - 1	1	2003	MWOMP -I/IV-49-30-1				X										
23		Lampa statywowa BHS - 375	1	2005	MWOMP -I/IV-42-24-5				X										
24		Stół operacyjny - zabiegowy SO10, Sz-01.0	1	2005	MWOMP -I/IV-49-24-3				X										
25		Stół operacyjny SU-02	1	2005	MWOMP -I/IV-42-24-4				X										
26	Pracownia Badań Czynnościowych	SPIROMETR LUNGTEST 500 P730A	1	1997	MWOMP -T/IV-42-6-1						X								
27	Układu Oddychowego	Spirometr Lungtest Basic	1	2021	MWOMP/VIII/961/21/P								X						
28	Pracownia Diagnostyki	Palczestojometr P33	1	2018	MWOMP/VIII/734/18/P												X	Kalibracja	
29	Zespół W/Bracynsco	TERMOMETR TERMISTOROWY	1	1991	MWOMP -T/IV-42-21-1				X										
30		APARAT KRZYŻOWY	1	2009	MWOMP/VIII/142/09/P												X		
31		APARAT PIÓRKOWSKIEGO	1	2009	MWOMP/VIII/143/09/P												X		
32		Aparat wrażeń obwodowe WO-1	1	1995	MWOMP -I/IV-49-4-1							X							
33		Ciemnia kabinowa z wyposażeniem	1	2009	MWOMP/VIII/141/09/P												X		
34		Miernik czasu reakcji MRK-7	1	2010	MWOMP/VIII/175/10/P												X		
35	Pracownia Psychologiczna	Miernik czasu reakcji APR	1	2016	MWOMP/VIII/473/16/P												X		
36		Skrzynka poleceń	1	1975	MWOMP -I/IV-49-7-1								X						

H. Garmy

37		SPINNIETER TYP 2003	1	1995	MWOMP-I/IV-49-43-1															
38		STEREOMEIR	1	1974	MWOMP-I/IV-49-1-3															
39		STEREOMETR GE-2	1	1980	MWOMP-I/IV-49-1-1															
40		Stereometr STE-03	1	2008	MWOMP/VIII/126/08/P															
41		Wirecmet W-03	1	2008	MWOMP/VIII/127/08/P															
42	Punkt Pobran	Fotel zabiegowy do pobierania krwi FK-04	1	2008	MWOMP/VIII/123/08/P															
43		Autoklaw E9 Inspection MED	1	2009	MWOMP/VIII/133/09/P															
44	Sterylizatoria	Zgrzewarka MELAG	1	2005	NS - 021002219															
45		Aparat do masażu limfatycznego - BTL - 6000 LYMPHASTIM TOPLINE	1	2013	MWOMP/VIII/221/13/P															
46		Aparat do masażu limfatycznego - BTL - 6000 LYMPHASTIM TOPLINE	1	2013	MWOMP/VIII/244/13/P															
47		BTL - 5818 SLIM	1	2018	MWOMP/VIII/72/18/P															
48		Diatemia krótkofalowa -BTL - 6000 SHORTWANE	1	2013	MWOMP/VIII/222/13/P															
49		DIATRONIK HDT-7B	1	1995	MWOMP-I/IV-41-9-2															
50		Fotel masujący EUROPA III Zero Gravity 5D	1	2013	MWOMP/VIII/252/13/P															
51		INTERDYNAMIK ID-4C	1	1995	MWOMP-I/IV-41-10-1															
52		LAMPA BIOPTRON PRO PAG - 890	1	2003	MWOMP-I/IV-49-46-1															
53		LAMPA BIOPTRON PRO PAG - 890	1	2003	MWOMP-I/IV-49-46-2															
54		Lampa Lumina	1	2013	MWOMP/VIII/246/13/P															
55		Lampa Lumina	1	2013	MWOMP/VIII/247/13/P															
56		Lampa LUMINA Ver. 3.31	1	2006	MWOMP/VIII/029/06															
57		Lampa LUMINA Ver. 3.31	1	2006	MWOMP/VIII/029/06															
58		LAMP A SOLUX	1	1987	MWOMP-I/IV-41-3-9															
59		Laser Polaris 2 z aplikatorem skanującym R	19/RJ/AT	2018	MWOMP-VIII/20/18/P															
60		Magneto Box typ BH	1	2006	MWOMP/VIII/031/06															
61		MAGNETRONIK MF - 10	1	1995	MWOMP-I/IV-41-3-1															
62		MAGNETRONIK MF - 20 (WZMACNIACZ 25ZT., APLIKATOR 25ZT.)	1	2004	MWOMP-T/VII-41-3-2															
63		PULSATRONIK S ST-6D	1	1995	MWOMP-I/IV-41-4-1															
64		STOL BTL 1300	1	2002	MWOMP-I/IV-41-9-1															
65		Stół do masażu i terapii manualnej SM-W	1	2008	MWOMP/VIII/125/08/P															
66		Stół do masażu Terapeuta M-P5 F4	1	2013	MWOMP/VIII/253/13/P															
67		Stół do masażu Terapeuta M-P5 F4	1	2013	MWOMP/VIII/254/13/P															
68		Stół do masażu Terapeuta M-P5 F4	1	2013	MWOMP/VIII/255/13/P															
69		Stół do masażu Terapeuta M-P5 F4	1	2013	MWOMP/VIII/256/13/P															
70	Zakład Rehabilitacji	Urządzenie do krioterapii - KRIOPOL R ver.3	1	2013	MWOMP/VIII/226/13/P															
71		Urządzenie do masażu wodnego nóg VKS	1	2013	MWOMP/VIII/225/13/P															
72		Urządzenie do masażu wodnego rąk WKG	1	2013	MWOMP/VIII/224/13/P															
73		Urządzenie przenośne do elektrokrioterapii i laseroterapii - BTL - 4852 L TOPLINE	1	2013	MWOMP/VIII/223/13/P															
74		Zesław BTL 1. BTL 5820 SL Combi 2. BTL VAC	1	2013	MWOMP/VIII/245/13/P															
75	Zestaw do ćwiczeń rehabilitacyjnych: - Redcut Workstation Professional - Stół do masażu Terapeuta M-S2 F4	1	2013	MWOMP/VIII/249/13/P																

Zakład Rehabilitacji

A. Vandy

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW NA ROK 2025 - Płock																			
Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Nazwa wyposażenia	Ilość przeglądów w roku	Data produkcji / zakupu	Numer inwentarzowy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Czynności dodatkowe	Uwagi
1	EKG	APARAT EKG ASCARD MrSilver	1	2006	MWOMP/VIII/065/07/P			X											
2	Poradnia Okulistyczna	Tonometr bezdotykowy z pachymetrem NIDEK + stolik elektryczny	1	2019	MWOMP/VIII/740/19/P		X												



Dr. A. Gory

