



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 6

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 229 / 535 /24

Data: 06.02.2024r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 301 / 2024

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 14 pozycja 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści przewód elektrody neutralnej, długość 5 m? Łącznik stykowy z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody biernej; Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego elektrogeneratorem ESG-400 Olympus.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem kompatybilności potwierdzonej w instrukcji obsługi.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 14 pozycja 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody czynnej dla wszystkich elektrod z trzonkiem 2,4mm.z ostrzem ze stali nierdzewnej, przewód długości 5 m, złącze 3-stykowe? Kompatybilny z elektrogeneratorem ESG-400 Olympus. Wielorazowy z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 134°C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem kompatybilności potwierdzonej w instrukcji obsługi.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 14 pozycja 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści pincetę biopolarną z izolacją, gładkie końcówki, całkowita długość 19,5cm, końcówka robocza 1mm? (Do amputacji piersi i cięć cesarskich). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego elektrogeneratorem ESG-400 Olympus. Wielorazowa możliwość sterylizacji w temp. 134°C.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu nr 14 pozycja 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści przewód do pincety biopolarnej długość 5m? (Do amputacji piersi). Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego elektrogeneratorem ESG-400 Olympus. Wielorazowy z możliwością sterylizacji w temp. 134°C.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 14 pozycja 3 nie zawiera przewodu do pincety bipolarnej, nie mniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 14 pozycja 4 i udziela odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem