



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 14.09.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na:
Dostawa urządzeń medycznych, **NZZ/65/D/23**

Wszyscy Wykonawcy

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie przepisu art. 260 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **w zakresie zadania 2.**

Faktyczne:

Zadanie 2 – Urządzenia do resuscytacji – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

W postępowaniu w zakresie ww. zadania została złożona 1 oferta.

Oferty Wykonawcy została odrzucona na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. – jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wykonawca zgodnie z SWZ Rozdział III pk. 1.4. oraz Rozdziałem V pkt. 14 zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia.

Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ – określił wszystkie wymagane parametry przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany był zaoferować.

Zamawiający w pkt. 7 Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika w ppkt 4 określił swój wymóg w zakresie: „Uciskanie klatki piersiowej zgodne z protokołami ERC. Głębokość **w zakresie co najmniej – od 4 do 6 cm.**

Wykonawca w tabeli parametry oferowane wpisał: Tak. Uciskanie klatki piersiowej zgodne z protokołami ERC. Głębokość **w zakresie – od 4 do 5,3 cm.**

Tym samym Wykonawca zaoferował urządzenie, które nie spełnia parametru głębokości uciskanie klatki piersiowej tj. głębokość uciskania posiada wartość mniejszą od wymaganej przez Zamawiającego.

W świetle powyższego Zamawiający zmuszony był odrzucić ofertę Wykonawcy.

Prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Zamawiający



SZPITAL
AKREDYTOWANY