



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 49/02/2023

Chrzanów, 07.02.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania: Dostawa USG dla poradni Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa nr 09/2023.

Pytanie 1. Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (AIT) : Aparat USG został opisany w taki sposób, że Zamawiający wykluczył z postępowania czołowego producenta aparatów USG do diagnostyki ultrasonograficznej. Formułując takie wymagania Zamawiający pozbawił jednego z czołowych producentów aparatów USG możliwości złożenia ważnej oferty. Pragniemy wskazać, że Zamawiający sporządził SWZ w sposób wadliwy i niezgodny z przepisami Ustawy PZP, naruszając zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwą konkurencję i wprowadził zapisy jednoznacznie wskazujące na jedyny konkretny produkt.

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego aparatu USG o poniżej opisanych parametrach, które w żaden sposób nie zmniejszają funkcjonalności przedmiotu zamówienia, a najważniejsze parametry dla aparatu USG świadczące o klasie aparatu i wartości diagnostycznej znacznie przewyższają wymagania Zamawiającego np.:

- Zakres częstotliwości : 1-22 MHz (wymagane 1-20 MHz)
- Głębokość penetracji powyżej 40 cm (wymagane do 30 cm)
- Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie co 0,5-24 mm (wymagane 1-15 mm).

Żądania nasze mają na celu uzyskanie możliwości złożenia ważnej oferty, przywrócenie zasady równego traktowania, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiający technologie tylko jednego producenta, a nie funkcjonalność urządzenia uniemożliwia wybór oferty ekonomicznie najkorzystniejszej spośród dostępnych na rynku, natomiast daje możliwość zaoferowania aparatu i wygrania postępowania tylko jednemu wykonawcy, co rażąco narusza podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.

Reasumując prosimy o dopuszczenie jako równoważnego aparatu o poniższych parametrach:

L.p.	Wymagane parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Aparat nowy z 2022 roku	TAK	
2	Przenośny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym	TAK	



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

	Dopplerem.	
3	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK
4	Zasilanie sieciowe oraz bateryjne	TAK
5	Monitor LED o rozdzielczości min. 1920x1080 bez przeplotu z regulacją jasności	TAK
6	Przekątna ekranu min. 15 cali	TAK
8	Podświetlana klawiatura alfanumeryczna	TAK
9	Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 22 MHz	TAK
10	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 4 000 obrazów	TAK
12	Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1,0 - 40 cm	TAK
13	Dodatkowy wbudowany w konsole dodatkowy ekran dotykowy o wielkości min. 8,5 cala do obsługi	TAK
Obrazowanie i prezentacja obrazu		TAK
14	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów:	TAK
· B, B + B, 4 B	TAK	
· M	TAK	
· B + M	TAK	
· D	TAK	



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

· B + D	TAK	
· B + C (Color Doppler)	TAK	
· B + PD (Power Doppler)	TAK	
15	Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne	TAK
16	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
17	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
18	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania odpowiednio min. 0,5-16 kHz oraz min. 0,5-40 kHz)	TAK
19	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki)	TAK
20	Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 0,5 mm do 24 mm	TAK
21	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla	TAK



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

	głowic liniowych w zakresie: min. +/- 20 stopni	
22	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni	TAK

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Przedstawione parametry nie spełniają kluczowych wymagań Zamawiającego.

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892