

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 02.06.2022 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 02.06.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia Publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa aparatu RTG oraz sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, OAiT oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego.**

Oznaczenie sprawy: **12/2022**

Zapytanie nr 1 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG z 36 wgranymi programami anatomicznymi podzielonymi na 6 grup anatomicznych, każda po 6 predefiniowanych ustawień?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 17

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG z lampą o małym ognisku 0,8 mm? Różnica pomiędzy wartościami oferowanymi a wymaganymi jest niewielka i nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 3 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 18

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG z anodą o pojemności cieplnej wynoszącej 107 kHu?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 4 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 19

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG z kołpakiem o pojemności cieplnej wynoszącej 668 kHu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 5 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 21

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG z maksymalnym zasięgiem ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu wynoszącym 107cm? Różnica pomiędzy wartościami oferowanymi a wymaganymi jest niewielka i nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 6 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 35

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG z detektorem o wytrzymałości 150 kg na całej powierzchni? Taka wartość jest wystarczająca do większości zastosowań detektora.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 7 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 37

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG z detektorem o DQE przy 0,0 pl/mm wynoszącym 57%?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 8 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 39

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG z detektorem nie posiadającym pamięci wewnętrznej?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 9 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 47

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG z czasem od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze dłuższym niż 5 sekund?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 10 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 50

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG bez możliwości regulacji okna obrazu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 11 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, pkt 55

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG bez wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 12 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 2 – Ortopedyczne wyposażenie medyczne, poz. 4 Podważki do operacji protezoplastyki bioder i kolan

Zwracam się z prośbą o wskazanie ile sztuk: Modyfikowany retraktor typu Hohmann, Rozszerzacz piszczelowo-udowy oczekuję Zamawiający od oferenta?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 13 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 2 – Ortopedyczne wyposażenie medyczne, poz. 4 Podważki do operacji protezoplastyki bioder i kolan

Czy Zamawiający dopuści Retraktor panewkowy o długości całkowitej 30,8 cm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 14 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 2 – Ortopedyczne wyposażenie medyczne, poz. 4 Podważki do operacji protezoplastyki bioder i kolan

Czy Zamawiający dopuści modyfikowany retraktor typu Hohmann o długości całkowitej 25,4 mm?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 15 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 2 – Ortopedyczne wyposażenie medyczne, poz. 5 Zacisk pneumatyczny (z mankietami)

Czy Zamawiający dopuści zacisk pneumatyczny z obsługą urządzenia i komunikatami w języku angielskim?

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 16 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 2 – Ortopedyczne wyposażenie medyczne, poz. 9 Kule łokciowe, ortozy kręgosłupowe, barkowe, biodrowe, kolanowe oraz stawu skokowego

Czy Zamawiający oczekuje kompletu „Ortez na stopę i goleń” t.j. lewą i prawą?

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 17 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 2 – Ortopedyczne wyposażenie medyczne, poz. 9 Kule łokciowe, ortozy kręgosłupowe, barkowe, biodrowe, kolanowe oraz stawu skokowego

Czy Zamawiający oczekuje kompletu „Aparatu szynowo-uciskowego na goleń i udo” t.j. na goleń lewą i prawą?

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 18 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 4 – Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, poz. 3 Kozetka

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wysokości 500 mm i głębokości 1850 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 19 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 4 – Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, poz. 4 Stolik do podawania pacjenta

Czy Zamawiający dopuści stół chirurgiczny z regulacją wysokości w zakresie 950-1320 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 20 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 4 – Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, poz. 4 Stolik do podawania pacjenta

Czy Zamawiający dopuści stół chirurgiczny o głębokości 750 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 21 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 4 – Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, poz. 9 Wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowany do pracy w środowisku MR

Czy Zamawiający oczekuje aby wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowany do pracy w środowisku MR był wyposażony w regulacje wysokości?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 22 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 4 – Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, poz. 9 Wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowany do pracy w środowisku MR

Czy Zamawiający oczekuje aby wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowany do pracy w środowisku MR był wyposażony w barierki boczne min. ¾ zabezpieczające pacjenta podczas transportu?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 23 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 4 – Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, poz. 9 Wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowany do pracy w środowisku MR

Czy Zamawiający oczekuje aby wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowany do pracy w środowisku MR posiadał leże co najmniej

dwusegmentowe pozwalające zmieniać pozycje pacjenta w zakresie regulacji oparcia głowy i pleców oraz osiągać pozycję Trendelenburga?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 24 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 4 – Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, poz. 9 Wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowana do pracy w środowisku MR

Czy Zamawiający oczekuje aby wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowana do pracy w środowisku MR był wyposażony w odbojniki co najmniej w czterech narożnikach wózka ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 25 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 4 – Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, poz. 9 Wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowana do pracy w środowisku MR

Czy Zamawiający oczekuje aby wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowana do pracy w środowisku MR był produktem przetestowanym pod kątem niemagnetyczności potwierdzonym dokumentem przeprowadzonego testu w środowisku MRI?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 26 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 4 – Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, poz. 9 Wózek leżący niemagnesujący do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowana do pracy w środowisku MR

Czy Zamawiający oczekuje produktu fabrycznie nowego z roku produkcji 2022 ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 27 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, poz. 5

Poz. 5 „Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji min. 0,4-300 mAs”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o wartościach min 0.1 - 320 mAs?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 28 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, poz. 9

Poz. 9 „Zakres wysokości ogniska od podłogi min. 70- 200cm”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem wysokości ogniska od podłogi min. 72,6 -201cm, różnica jest znikoma, nie ma znaczenia diagnostycznego.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 29 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, poz. 16

Poz. 16 „Wielkość dużego ogniska max. 1,2mm”

Czy zamawiający dopuści do przetargu system z anodą min. 1,3 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 30 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, poz. 17

Poz. 17 „Wielkość małego ogniska max. 0.6 mm”

Czy zamawiający dopuści system z anodą min. 0,8mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 31 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, poz. 19

Poz. 19 „Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kWhU”

Czy zamawiający dopuści aparat z anodą o pojemności 300khu i kołpakiem min 670kHU?

Czy zamawiający dopuści anody o pojemności min 107kHU?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 32 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, poz. 21

Poz. 21 „Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu min 120 cm”

Czy zamawiający dopuści system z zakresem wysięgu ramienia min 710 ÷ 1070 mm, aparat jest aparatem mobilnym zasięg ramienia można uzyskać poprzez przesunięcie całego aparatu.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 33 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, poz. 23

Poz. 23 „Wysokość aparatu złożonego do transportu max.150 cm”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o wysokości 1855 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 34 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, poz. 28

Poz. 28 „Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez sterowania z poziomu kolimatora?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 35 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, poz. 43

Poz. 43 „Automatyczne ładowanie detektora i baterii w aparacie”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z dodatkową ładowarką służącą do ładowania akumulatorów?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 36 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, poz. 55

Poz. 55 „Oprogramowanie do eliminacji promieniowania rozproszonego (wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa)”

Czy zamawiający dopuści do przetargu system bez opcji wirtualnej kratki?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 37 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) o ile ten każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie zmienia treści zapisów projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 38 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 7 ust. 11a oraz Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 3 - Videobronhoskop, Wymagania formalno-techniczne pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 2 do 5 dni roboczych?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie zmienia treści zapisów projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 39 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 7 ust. 12 oraz Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 3 - Videobronhoskop, Wymagania formalno-techniczne pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie zmienia treści zapisów projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 40 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 8 ust. 1 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie zmienia treści zapisów projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 41 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 8 ust. 1 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,3% do 0,1% ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie zmienia treści zapisów projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 42 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 8 ust. 1 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie zmienia treści zapisów projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 43 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 8 ust. 1 pkt 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

Wyjaśnienie: Zamawiający zmienia treść zapisów umowy w następującym zakresie: Dodaje w paragrafie 8 ust. 5 o treści:

"5. Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kar umownych, o których mowa w paragrafie 8 ust. 1 pkt. 3 umowy jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze na okres zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji."

Zapytanie nr 44 dot. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 7 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy.” ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie zmienia treści zapisów projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 45 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 - aparat RTG mobilny, część II Charakterystyka, pkt 37

W punkcie nr 37 sekcji II Załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wymaga, aby wartość DQE dla detektora wynosiła minimum 70%. Pragniemy podkreślić, iż parametr ten jest ściśle powiązany z rozdzielczością detektora oraz rozmiarem piksela (im lepsza rozdzielczość detektora i rozmiar piksela- tym niższe DQE). Sprzęt, który pragniemy Państwu zaoferować charakteryzuje się rozdzielczością detektora na poziomie ponad 9,5 mln pikseli oraz o rozmiarze piksela wynoszącym 125 µm, co gwarantuje wysoką rozdzielczość liniową na

poziomie 4LP/mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie aparatu z detektorami o maksymalnym DQE na poziomie 65%.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 46 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 - aparat RTG mobilny, część II Charakterystyka, pkt 39

W punkcie nr 39 sekcji II Załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wymaga, aby wewnętrzna pamięć panelu wynosiła minimum 50 obrazów. Pragniemy poinformować, że w przypadku naszego sprzętu obrazy każdorazowo przesyłane są do pamięci komputera i nie ma możliwości przechowywania ich w pamięci detektora, co nie wpływa znacząco na funkcjonalność oferowanego sprzętu. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 47 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 - aparat RTG mobilny, część II Charakterystyka, pkt 56

W punkcie nr 56 sekcji II Załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wymaga, aby aparat zapewniał współpracę ze standardem DICOM, obsługą protokołów: worklist manager(WLM), storage, MPPS, DICOM storage commitment: - możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów pacs - automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji przez użytkownika. Pragniemy poinformować, że w przypadku naszego sprzętu, wszystkie powyższe wymagania są spełnione, poza samodzielną możliwością zmiany konfiguracji sieciowej, co podyktowane jest kwestią bezpieczeństwa sieciowego urządzenia i nie wpływa znacząco na funkcjonalność oferowanego sprzętu. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 48 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 - aparat RTG mobilny, część II Charakterystyka, pkt 59

W punkcie nr 59 sekcji II Załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem. Pragniemy poinformować, że w przypadku naszego sprzętu, pomiar dawki DAP realizowany jest poprzez oprogramowanie i nie odbiega funkcjonalnością od komory zintegrowanej. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 49 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 - aparat RTG mobilny, część III Pozostałe wymagania, pkt 6

Zamawiający wymaga, aby:

6.	<i>Główne podzespoły aparatu RTG (lampa rtg, generator, mechanika) muszą być wyprodukowane przez tego samego wytwórcę.</i>	<i>TAK, załączyć odpowiednie dokumenty (tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagania</i>		<i>Bez punktacji</i>
----	--	---	--	----------------------

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnację z powyższego parametru i dopuszczenie aparatu, w którym lampa rtg, generator oraz detektor są wyprodukowane przez innego producenta niż wytwórca aparatu. Wymóg, w którym wszystkie wymienione przez Zamawiającego elementy muszą pochodzić od jednego wytwórcy jest wymogiem sztucznym, który nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Finalny produkt (w tym przypadku mobilny aparat RTG) jest certyfikowany jako „gotowe” urządzenie zarówno przez producenta

aparatu (deklaracja zgodności na całe urządzenie), jak i niezależną jednostką notyfikującą (certyfikat CE). Powyższe dokumenty potwierdzają, że urządzenie jako całość spełnia wszystkie wymagania określone w dyrektywach unijnych, jest dopuszczone do obrotu oraz zakwalifikowane jako wyrób medyczny, w związku z czym może być używane w placówkach ochrony zdrowia. Fakt, że np. lampa aparatu jest wyprodukowana przez innego producenta nie ma żadnego znaczenia dla funkcjonowania całego urządzenia, a tym bardziej dla procesu diagnostycznego i jakości wykonywanych badań. Również kwestie serwisowe nie stanowią żadnego problemu, ponieważ producent musi mieć i ma zabezpieczone wszystkie komponenty niezbędne do produkcji więc wymiana jakiegokolwiek elementu następuje praktycznie „od ręki”, potrzebny jest jedynie czas na dostarczenie danej części (czas transportu, ale nie produkcji).

W związku z powyższym nie ma żadnego realnego, sensownego uzasadnienia dla tak skonstruowanego parametru, dlatego też wnosimy jak na wstępie o dopuszczenie rozwiązania opisanego w pytaniu.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 50 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 - aparat RTG mobilny, część III Pozostałe wymagania, pkt 6

W treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający nie wskazał jakichkolwiek przedmiotowych środków dowodowych, które wykonawcy mieliby załączyć do oferty, natomiast w ww. pkt. 6 napisał:

TAK, załączyć odpowiednie dokumenty (tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagań

Prosimy o wyjaśnienie:

- czy wykonawcy mają obowiązek załączenia wskazanych dokumentów do oferty czy jest to omyłka pisarska i nie ma takiego obowiązku?
- jeżeli tak, to czy wykonawcy mają traktować te dokumenty jako przedmiotowe środki dowodowe?
- jeżeli tak, to czy w związku z faktem, że żaden z producentów nie tworzy dokumentacji która zawierałaby wszystkie parametry opisane przez Zamawiających, czy wykonawcy mogą przedłożyć oświadczenie autoryzowanego dystrybutora lub oświadczenie własne wykonawcy potwierdzające parametr.

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, że w pkt 6 nastąpiła omyłka pisarska.

Zamawiający poprawia zapis w pkt 6 z „TAK, załączyć odpowiednie dokumenty (tj. materiały producenta) potwierdzające spełnienie wymagań” na zapis „TAK”.

Zapytanie nr 51 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 3 – Videobronchoskop

Prosimy o dopuszczenie videobronchoskopu cyfrowego nieznacznie odbiegającego od obecnego opisu SWZ o parametrach równoważnych i lepszych funkcjonalnie t.j.:

dot. poz. 4 - średnica zewnętrzna końcówki wziernika maks. 6,2mm

dot. poz. 7 – pole widzenia min. 110°

dot. poz. 10 – przyciski funkcyjne/sterujące na głowicy: min. 2 przyciski

dot. poz. 15 - zawór testera szczelności umieszczony w rękocyści

dot. poz. 16 – okrągły konektor łączący endoskop z procesorem (bez konieczności rotacji i ryzyka uszkodzenia światłowodu)

dot. poz. 19 – obrazowanie w standardzie HD (bez konieczności wzmocnienia obrazu funkcją obrazowania w wąskich pasm światła)

dot. poz. 23 – z własnym mobilnym procesorem obrazu z obrazowaniem w standardzie HD. z możliwością ustawienia i podłączenia na posiadanej kolumnie endoskopowej

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 52 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, Dot. CYFROWEGO APARATU RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH, I Informacje ogólne, pkt 2

Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2020 . Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.

Wnosimy o wprowadzenie punktacji:

Rok produkcji min. 2022 - 40 pkt

Rok produkcji poniżej 2022 roku – 0 pkt

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 53 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, Dot. CYFROWEGO APARATU RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH, II Charakterystyka, pkt 16

Wielkość dużego ogniska max. 1,2mm

Wnosimy o wprowadzenie punktacji:

Wielkość dużego ogniska $\leq 1,2$ mm - 5 pkt

Wyższe wartości – 0 pkt

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 54 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, Dot. CYFROWEGO APARATU RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH, II Charakterystyka, pkt 17

Wielkość małego ogniska max. 0,6 mm

Wnosimy o wprowadzenie punktacji:

Wielkość małego ogniska $\leq 0,6$ mm - 5 pkt

Wyższe wartości – 0 pkt

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 55 dot. Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy, Pakiet Nr 1 – aparat RTG mobilny, Dot. CYFROWEGO APARATU RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH, II Charakterystyka, pkt 43

Automatyczne ładowanie detektora i baterii w aparacie.

Wnosimy o wprowadzenie punktacji

Automatyczne ładowanie detektora i baterii w aparacie - 20 pkt.

Brak automatycznego ładowania detektora i baterii w aparacie 0 pkt.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

**Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz**