



PCZ/II-ZP/24/2024

Żnin, dn. 22.10.2024 r.

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
PCZ/II-ZP/24/2024


Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzącego w trybie podstawowym na Dostawę materiałów zużywalnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni w Grupach 1 -12 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie Nr post.: PCZ/II-ZP/24/2024.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

1. Pytanie dotyczy: Grupa 5

Czy w miejsce opisanej maty Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny w rozmiarze 40 x 60 cm z wkładem chłonnym 34 cm x 54cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 3,12 g, dwóch warstw celulozy 6,2 g, pulpy celulozowej 27,6 g, niebieskiej folii PE 5,3 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 590 g.? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

2. Pytanie dotyczy: Grupa 5


Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

3. Pytanie dotyczy: Grupa 5

Czy w miejsce opisanej maty Zamawiający dopuści matę o poniższym opisie?

Matą chłonna na stół operacyjny; jałowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 8l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonna od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 60x38cm (52cm x 30cm); op. 50szt Warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent. Gramatura maty 830 ±10g/m²? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

4. Pytanie dotyczy: Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.



5. Pytanie dotyczy: Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty będące wyrobem medycznym objęte stawką VAT w wysokości 8%, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 38cm x 17cm. Kolor niebieski. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot zamówienia był wyrobem medyczny. Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zgodnie z SWZ).

6. Pytanie dotyczy: Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch podfoliowany na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35g/m² z mankietem z dzianiny o szerokości 5,5cm (+/- 1cm), dwa troki wszyte w okolicy pasa, w okolicy karku zapięcie na rzep, fartuch w rozmiarze XL o długości 110cm (+/- 3cm)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

7. Pytanie dotyczy: Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę, przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ..

8. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o wymiarze około 65mmx25mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

9. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu Bowie Dick ze wskaźnikiem przebarwiającym się po procesie Sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pakietów testowych Bowie&Dick składających się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru bez pianki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

11. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu ze wskaźnikiem przebarwiającym się po procesie Sterylizacji z koloru żółtego na czarny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

12. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów wraz z przyrządem posiadającym kapsułę ze stali kwasoodpornej oraz rurki z wysokiej wytrzymałości plastiku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

13. Pytanie dotyczy: Grupa 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy ze wskaźnikiem w postaci pasków przebarwiającym się z koloru żółtego na brąz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Pytanie dotyczy: Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści użyczenie autoczytnika do inkubacji wskaźników biologicznych bez panelu LCD zgodnie z opisem poniżej:



„Autoczytnik do wskaźników biologicznych szybkiego odczytu w czasie 20min.; utrzymywanie stałej temperatury w zakresie od 37°C do 60°C; 12 miejsc do umieszczenia wskaźników; wbudowane miejsce do aktywacji/kruszenia wskaźników; posiadający panel z diodami - wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu.; wbudowana drukarka oraz wbudowany port USB pozwalający na podłączenie komputera PC lub skanera kodów kreskowych; możliwość zapamiętania danych z wykonanych testów na karcie pamięci.”

Obecny opis autoczytnika umożliwia złożenie oferty tylko jednej firmie co w sposób bezsporny ogranicza konkurencyjność postępowania, a tym samym naraża Zamawiającego na zakup asortymentu po zawyżonych cenach.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Panel LCD ma zapewnić personelowi łatwą identyfikację wyniku testu i ułatwić personelowi obsługę urządzenia.

15. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy bez powierzchni samoprzylepnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

16. Pytanie dotyczy: Grupa 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie, sterylnie zapakowanych wymazówek . W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

17. Pytanie dotyczy: Grupa 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby inkubator na użyczenie posiadał 4 cele?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zamawiający wymaga aby wszystkie zmiany, na które Zamawiający wyraził zgodę (jeżeli dotyczą składanej przez Wykonawcę oferty), były zaznaczone i opisane przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy: zmiana dopuszczona odpowiedzią na pytanie nr ...

**Przewodniczący Komisji
Zastępca Dyrektora
Ds. ekonomiczno – administracyjnych
Ewa Galas - Gąsior**