



Poznań, 19 maja 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wg rozdzielnika

Nasz znak: AD-O.272.15.2020

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy pakietu I, załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie nr 1: „Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o wielkości komory roboczej (GXSW) 61cm x 170,5 cm x 70 cm?”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Pytanie nr 2: „Czy zamawiający dopuści komorę o średniej szybkości przepływu 0,47? Im większy przepływ tym lepsza skuteczność oczyszczania.,,

Odpowiedź nr 2: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia komora musi zapewniać szybkość przepływu powietrza na poziomie 0,28 m/s (+/- 10%) (możliwość regulacji od 0,25 - 0,55 [m/s]).



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Pytanie nr 3: „Czy zamawiający dopuści komorę laminarną bez regulacji natężenia oświetlenia?”

Pytanie nr 4: „Czy zamawiający dopuści komorę o wymiarach zewn: głębokość 810, szerokość 1800, wys. 2185?”

Pytanie nr 5: „Czy zamawiający dopuści komorę na stelażu bez regulacji wysokości?”

Pytanie nr 6: „Czy zamawiający dopuści komorę bez prefiltra przeciwkurzowego?”

Odpowiedź nr 3 - 6: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy pakietu II, załącznik nr 3 do SIWZ

Pytanie nr 7: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia i instalacji aparatu do izolacji kwasów nukleinowych do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy?”

Pytanie nr 8: „Czy Zamawiający dopuszcza, aby do aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych Wykonawca mógł zaoferować jednostkę sterującą o następujących parametrach:

Model: HP rp5800. Processor: Intel Core i5-2400 3.10 GHz, 6 MB cache. Ilość rdzeni:4. Pamięć RAM: 4GB PC3-12800 DDR3-1600. LAN: Intel Gigabit NIC (na płycie). PCIe: Intel GbE CT Desktop NIC. Dysk Twardy: 1 x 500GB SATA & 1 TB Harddisk Drive. Napęd optyczny: 16x/48x CD-/DVD+/-RW LightScribe Optical Drive. Gniazda: 2 x RJ-45, 2 x PS/2, 1 x VGA analog Video, 2 x Audio (1 in + 1 out) 7 x USB 2.0. Mysz. Klawiatura. Monitor TFT LCD 19 Zoll z dźwiękiem. Zainstalowany Windows 7. Zawiera imageDVD (Win 7).”

Odpowiedź nr 7 i 8: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 9: „Ze względu na gabaryty oferowanego aparatu czy Zamawiający zgadza się na przeprowadzenie wizji lokalowej i zwymiarowanie pomieszczenia przez inżyniera serwisowego Wykonawcy?”

Odpowiedź nr 9: Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w budynku mieszczącym się w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00.



Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 10: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?”

Pytanie nr 11: „Par. 4 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?”

Pytanie nr 12: „Par. 6 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze”?”

Pytanie nr 13: „Par. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Pytanie nr 14: „Par. 8 ust. 1 pkt 2 – 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”

Odpowiedź nr 10 – 14: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 15: „Par. 9. Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.”

Odpowiedź nr 15: Zamawiający nie będzie przetwarzał danych osobowych na zakupionym aparacie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl