



ZMIANA ZAPISÓW SWZ 1

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „**Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia medycznego dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu**”

Na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji warunków zamówienia dla Zadania częściowego nr 1 -**Zakup wraz z dostawą symulatorów i trenerów medycznych.**

1. Zamawiający uzupełnia opis w załączniku 1A dla pozycji nr 5- Fantom RKO/BLS dziecko- 1 szt.

1.	Fantom RKO/BLS dziecko Fantom dziecka (4- 7 lat) powinien umożliwiać naukę podstawowych czynności resuscytacyjnych. Fantom powinien umożliwiać ćwiczenie: <ul style="list-style-type: none">• podstawowych czynności resuscytacyjnych,• udrożniania bezprzyrządowego dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy,• wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej oraz worka samorozprężalnego. Fantom powinien zawierać: <ul style="list-style-type: none">• pełną postać dziecka 4-7 lat odwzorowującego cechy takie jak wygląd oraz rozmiar fizjologiczny,• zaznaczone punkty anatomiczne umożliwiające lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej jak : sutki, obojczyki, mostek, żebra• możliwość unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji oraz realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania,• czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej,• czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej,• czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji,• wskaźnik przewentylowania żołądka,	1 szt.
----	---	--------



	<ul style="list-style-type: none">• możliwość bezprzewodowego podłączenia do tabletu z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego,• oprogramowanie lub panel kontrolny(w języku polskim i według aktualnych wytycznych ERC) umożliwiają analizę oraz pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych takich jak:<ul style="list-style-type: none">✓ głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnień,✓ relaksacja klatki piersiowej,✓ prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnień klatki piersiowej,✓ częstość ucisków klatki piersiowej,✓ objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości.	
--	--	--

2. Ww. zmiany zostają wprowadzone do Załącznika nr 1A- Opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.
3. Zamawiający informuje, że wskazana powyżej zmiana treści SWZ staje się integralną częścią zamówienia, a pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Z upoważnienia REKTORA
mgr Tomasz J. Filozof
Kanclerz PWSW w Przemyślu**

Otrzymują:
1.Strona internetowa
2.a/a