



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05  
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ [zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)

🌐 [www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)

Kielce, dnia 10-01-2022 r.

Znak postępowania: **07/PN/2021**

### **WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Sukcesywna dostawa: elektrod i sprzętu jednorazowego na potrzeby oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, jednorazowych narzędzi chirurgicznych, akcesoriów zużywalnych jednorazowego użytku kompatybilnych z monitorem Hemisphere dla szpitala SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II*

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129) udziela wyjaśnień na pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania.

#### **Pytanie nr 1**

✓ Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 7, 8 i 9 Części nr 3, parametry narzędzi według opisu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia że w części 3 - Zestaw jednorazowych narzędzi chirurgicznych\_3 występują poz. od 1 do 6, zatem nie może dopuścić złożenia osobnej oferty na pozycje 7, 8, 9 ponieważ takie pozycje nie występują.

#### **Pytanie 2.**

##### **Część nr 2 Poz.1**

✓ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów 7-gumkowych z materiału hypoalergicznego, wyposażonych dla ochrony kanału roboczego w prowadnicę niemetalową typu nić, z igłą umożliwiającą podłączenie drenu, przystosowanych do współpracy z endoskopami 8,6-9,2mm oraz 9,5-13,0mm.)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zestawu do opaskowania zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym

#### **Pytanie 3.**

##### **Część nr 2 Poz.2**

✓ Czy zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów rotacyjnych, reпозиjonowanych, w rozmiarze 12mm i długości narzędzia 165cm i 230cm, kompatybilnych z MRI?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zestawu klipsów zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym

**Pytanie 4.**

**Część nr 2 Poz.2**

Czy zamawiający dopuści zaferowanie klipsów rotacyjnych, repositionowanych, w rozmiarze 11mm i długości narzędzia 165cm i 230cm, kompatybilnych z MRI?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zestawu klipsów zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym

**Pytanie 5.**

**Część nr 3 Poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie pętli jak wymagane o długości narzędzia 240cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga pętli zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym

**Pytanie 6.**

**Część nr 3 Poz.3-5**

Czy zamawiający w pozycji 5 dopuści zaferowanie pętli 32mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga pętli zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym

**Pytanie 7.**

**Pytanie do pozycji nr 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rozmiaru 5,5 F długość 15 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaferowanie w poz. 3 rozmiaru 5,5 F długość 15 cm

**Pytanie 8.**

Pytanie do pozycji nr 5

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie 10 kompletów elektrod?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zestawu oprzyrządowania dla 10 pacjentów /kpl., czyli 20 sztuk elektrod.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach  
im. św. Jana Pawła II  
25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego.51  
NIP 657 18 13 314 REGON 290391139

DYREKTOR  
SP ZOZ MSWiA w Kielcach  
im. św. Jana Pawła II

*Halina Olenińska*

(podpis osoby upoważnionej)

Opr. St. Żak

*St. Żak*